

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	WYMAGANIA TECHNICZNE
1.	Pakiet 1
2.	Moduł do kardiomonitorów FX 3000 o numerach seryjnych z zakresu 11236001-11236008 o pomiarach inwazyjnego ciśnienia w dwóch kanałach (IBPx2) x 8 sztuk <ul style="list-style-type: none"> zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia: od -50 do +320 mmHg czułość wejścia: 5µV/V/mmHg wyposażenie do kardiomonitora: 2 kable interfejsowe do wybranych przez użytkownika przetworników przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego
3.	UWAGA: Gwarancja minimum 24 miesięcy
4.	INNE WYMAGANIA
5.	Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy.

Lp.	WYMAGANIA TECHNICZNE
6.	Pakiet 2
7.	Przetwornik jednorazowego użytku x 240 sztuk <ul style="list-style-type: none"> Kategoria: IBP Typ przetwornika: BD Liczba kanałów: pojedynczy (single) Materiał kabla: PVC (powłoka typu jacket) Materiał przewodu: PVC (powłoka typu jacket) Kolor przewodu: transparentny Średnica przewodu (linia infuzyjna): średnica zewnętrzna: 4,00 ± 0,10 mm średnica wewnętrzna: 2,85 ± 0,10 mm Długość przewodu: 20 cm + 130 cm + 150 cm Produkt bezłateksowy: tak <input type="checkbox"/> Produkt sterylny: tak
8.	UWAGA: Gwarancja minimum 12 miesięcy
9.	INNE WYMAGANIA
10.	Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy.

Potwierdzam spełnienie powyższych parametrów

.....

pieczętka firmowa i podpis Wykonawcy, albo upoważnionego