

.....
pieczęć oferenta**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
(OCENIANYCH)**

Parametry punktowane	Punktacja	Tak/Nie podać	Parametr oferowany
Fabryczny (tj. pojazdu bazowego) system elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych do zewnętrznego schowka oraz lewych do przedziału medycznego	Tak- 5 pkt. Nie - 0 pkt.		
Moc silnika powyżej 180 KM, maksymalny moment obrotowy powyżej 400 Nm	Tak- 5 pkt. Nie - 0 pkt.		
Układ rozrządu napędzany przy użyciu łańcucha	Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt.		
Możliwość zwolnienia przesuwu fotela u wezłowania noszy zarówno z pozycji osoby siedzącej na fotelu jak również poprzez osobę przechodzącą z kabiny kierowcy do przedziału medycznego (poprzez dodatkowy przycisk na ścianie działowej).	Tak- 5 pkt. Nie - 0 pkt.		
Dodatkowe szuflady pod półkami sufitowymi na lewej ścianie umożliwiające przechowywanie drobnego sprzętu medycznego	Tak- 5 pkt. Nie - 0 pkt.		
Uchwyt do sterowania elektrycznego noszy dostępny na dwóch poziomach wysokości, który zapewnia łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście	Tak- 3 pkt. Nie - 0 pkt.		
Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji	Tak - 3pkt. Nie - 0 pkt.		
Nosze wyposażone w fabrycznie wbudowany system oświetlenia podłóża zapewniający dobrą widoczność, ułatwiający prowadzenie i manewrowanie noszami w nocy	Tak- 2 pkt. Nie - 0 pkt.		
Dodatkowy system blokady toczenia na wprost dostępny w przedniej części noszy	Tak - 2pkt. Nie - 0 pkt.		

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **35 pkt.****podpisujemy elektronicznie**