

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 Zakup i dostawa videogastroskopu zgodnie z poniższymi wymaganiami: do Pracowni endoskopowej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2				
VIDEOGASTROSKOP HD				
Lp.	OPIS / PARAMETR WYMAGANY	Wymogi graniczne	Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać	Punktacja
1	Oferent / Producent	Podać		
2	Nazwa i typ urządzenia	Podać		
3	Kraj pochodzenia	Podać		
4	Kąt obserwacji 140°	Tak		
5	Głębokość ostrości min 2-100 mm	Tak		
6	Średnica zewnętrzna wżernika max. 9,3 mm	Tak		
7	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm	Tak		
8	Średnica kanału roboczego 2,8 mm	Tak		
9	Długość robocza min. 1100 mm	Tak		
10	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 210° -w dół 90° -w lewo 100° -w prawo 100°	Tak		
11	Cztery programowalne przyciski endoskopowe	Tak		
12	Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED	Tak		
13	Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS	Tak		
14	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających	Tak		
15	Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem	Tak		
16	Typ konektora - jednogniazdowy	Tak		
17	Aparat kompatybilny z procesorem obrazu VP-7000, który jest na wyposażeniu Pracowni endoskopowej Zamawiającego	Tak		
GWARANCJA I SERWIS				
18	Gwarancja min. 36 miesiące	Tak (podać)		Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. – 10 pkt. > 37 m. – 20 pkt.
19	Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji min. 1x w roku lub zgodnie ze wskazaniami producenta	Tak		
20	Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji	Tak		

21	Wymiana każdego podzespołu na nowy po dwukrotnej nieskutecznej próbie jego naprawy, przy trzeciej naprawie wymiana aparatu na nowy	Tak		
22	Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku np. konieczności importu części zamiennych, nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.	Tak		
23	Gwarantowana dostępność części zamiennych min.8 lat	Tak		
24	Sprzęt nie posiada zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy	Tak		
SZKOLENIA				
25	Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w dniu dostawy sprzętu, a w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego.	Tak		
INNE WYMAGANIA				
26	Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny	Tak		
27	Instrukcje działania, obsługi, konserwacji i postępowań w przypadkach awaryjnych w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy)	Tak		
28	Z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie),	Tak		