



INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym **w trybie przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.),  
pn.:

### DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH W OBRĘBIE MÓZGU- 9 PAKIETÓW

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/283163/notice/public/details>

nr postępowania **ZP/CZD/051/26**

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Zamówienie uwzględniające aspekty społeczne / środowiskowe / innowacyjne – **NIE**

**Zatwierdzam:**

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.*

## ROZDZIAŁ I

**Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania**

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel: +48 22 815-10-24 czynny pn. - pt.: 8:00 - 15:35

e-mail: [zamowienia.publiczne@ipczd.pl](mailto:zamowienia.publiczne@ipczd.pl)

**strona internetowa prowadzonego postępowania:**

<https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/283163/notice/public/details>

## ROZDZIAŁ II.

**Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w Rozdziale I.

## ROZDZIAŁ III.

**Tryb udzielenia zamówienia**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Zamawiający **nie przewiduje** zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

## ROZDZIAŁ IV.

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu specjalistycznego do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie mózgu – 9 pakietów.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.  
Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
**33140000-3 Materiały medyczne**
4. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający **nie zastrzega** możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp
8. Zamawiający **dopuszcza składania ofert częściowych wówczas wykonawca może złożyć ofertę na wybrany pakiet lub wszystkie pakiety wymienione w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ).**
9. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

## Rozdział V

**Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.**

## ROZDZIAŁ VI.

**Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, i 109 ust. 1. ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp;
  - 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 poz. 514);
  - 3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.).

*Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

*Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## **ROZDZIAŁ VII.**

### **Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  - 1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym** - zamawiający nie określa tego warunku
  - 1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów** – zamawiający nie określa tego warunku
  - 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej** – zamawiający nie określa tego warunku;
  - 1.4. zdolności technicznej lub zawodowej** – zamawiający nie określa tego warunku.

## **ROZDZIAŁ VIII.**

**Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych do złożenia przez Wykonawcę (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126.1. ustawy Pzp), którego oferta została najwyżej oceniona:**

*(dokumenty złożone wraz z ofertą nie wypełniają dyspozycji art. 126.1. ustawy Pzp – wyrok KIO 1649/21, KIO 1704/21)*

### **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:**

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1616 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 7 do SWZ – dotyczy pakietu nr.....
3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, oraz Rozdziale XV pkt. 1.4 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia – wg zał. nr 8 do SWZ.

### **W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

**Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych.**

**Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1.** składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

- I. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
  - 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
  - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
- II. Wykonawca, zgodnie z art. 127 ust 2 ustawy Pzp, nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Zamawiający **nie wymaga** złożenia wraz z ofertą środków dowodowych potwierdzających spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

## **Rozdział X.**

**Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. **Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami** w niniejszym postępowaniu odbywać się będzie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy (Marketplanet): **Link do postępowania:** <https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/283163/notice/public/details>
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie <https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin>
3. **Wymagania techniczne i organizacyjne** sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie pod linkiem: [https://ipczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP\\_module=main&MP\\_action=publicFilesList&clientName=ipczd&USER\\_MENU\\_HOVER=publicFilesList](https://ipczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=ipczd&USER_MENU_HOVER=publicFilesList)
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie Marketplanet: <https://ipczd.ezamawiajacy.pl> nr postępowania **ZP/CZD/051/26** przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).

6. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) j.w.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) j.w.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. **Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ.**
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.

## Rozdział XI.

### Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający **nie przewiduje** innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia

## Rozdział XII.

### Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami

**Jolanta Bakula – kontakt przy użyciu środka komunikacji elektronicznej** wskazanego w Rozdziale X pkt 1. swz.

## ROZDZIAŁ XIII.

### Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą **90 dni tj. do dnia 29 sierpnia 2026 r.** (od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## ROZDZIAŁ XIV

### Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

## ROZDZIAŁ XV

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

#### 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

**1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg zał. nr 4 do SWZ.**

Zamawiający przygotował formularz JEDZ w formacie .xml. W części IV formularza JEDZ „**Kryteria kwalifikacji**” Wykonawca wypełnia tylko sekcję oznaczoną literą *a* (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” zaznaczając pozycję „TAK” lub „NIE”

Narzędzie do wypełnienia JEDZ-a: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzesp>

Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
- b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

## **1.2. Formularz ofertowy – zał. nr 3 do SWZ;**

## **1.3. Formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ**

## **1.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 poz. 514)– wg zał. nr 6 do SWZ.**

## **1.5. Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, zgodnie z § 13 ust. 1 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2415 z późn. zm.) w formie dokumentowej.**

2. **Ofertę należy złożyć za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej platformy zakupowej link: <https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/283163/notice/public/details>**
3. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na platformie e-Zamawiający (Marketplanet), wówczas ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.**
4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV pkt 1 swz należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp i § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2415 z późn. zmianami).
5. Zamawiający rekomenduje podpisywanie plików w formacie pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż pdf formatem XAdES.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Postać elektroniczna obejmuje przekazanie Zamawiającemu oferty składającej się z dokumentów/oświadczeń/formularzy w takiej formie w jakiej zostały utworzone i udostępnione przez Zamawiającego tj. dokumentu w postaci elektronicznej.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
  - a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  - b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zmiany z dnia 03.08.2023 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz



środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy oferowaną ceną/ podaną w elektronicznym Formularzu oferty przez Wykonawcę w platformie podczas składania oferty, a treścią Formularza cenowego stanowiącego **załącznik nr 5 do SWZ** i dołączonego do oferty w postaci podpisanego pliku, za obowiązującą przyjmuje się cenę z Formularza cenowego wg zał. 5 do swz.
11. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być sporządzone w postaci elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej (...) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
12. Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.
13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”.
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza zmiany lub wycofania oferty. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
17. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.
18. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1233 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia łącznie przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie tj., że zastrzeżone informacje:
  - a) mają wartość gospodarczą,
  - b) jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób – czyli są poufne,
  - c) uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
21. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje

dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale XVI SWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektowanych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

## **ROZDZIAŁ XVI.**

### **Sposób oraz termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanego w swz środka komunikacji elektronicznej **do dnia 01 czerwca 2026 r., do godz. 08:55.**
2. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż wskazany w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp (min. 35dni) na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Pzp, który uprawnia do wyznaczenia terminu krótszego o 5 dni, jeśli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę przekazania jej na platformę.
4. Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

## **ROZDZIAŁ XVII.**

### **Termin otwarcia ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu wskazanego w swz środka komunikacji elektronicznej, w dniu **01 czerwca 2026 r., o godz. 09:00.**
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## **ROZDZIAŁ XVIII.**

### **Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym – **wg załącznika nr 5 do SWZ.**
2. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Cena jednostkowa za oferowany przedmiot zamówienia musi być wyłącznie wartością dodatnią pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Dopuszcza się cenę jednostkową w zaokrągleniu do więcej niż 2 miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że cena wynikowa wiersza/oferty będzie wyliczona w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość



bez kwoty podatku, a także wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

## **ROZDZIAŁ XIX.**

### **Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” w formule homograficznej malejącej: (wartość najniższej oferty/ wartość badanej oferty) \* waga na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do swz.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 100 punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 249 ustawy Pzp).
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

## **ROZDZIAŁ XX.**

### **Informacje o formalnościach, jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej – zgodnie z art. 432 ustawy Pzp i w nawiązaniu do art. 78 KC. Wobec powyższego zostanie przygotowana i zawarta umowa w formie elektronicznej czyli podpisana przez obie Strony umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a na wyraźne życzenie wykonawcy może być zawarta w formie papierowej z własnoręcznym podpisem.
5. W przypadku podpisania umowy przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy należy do przesłanej umowy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

## **ROZDZIAŁ XXI**

### **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## ROZDZIAŁ XXII

### **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy**

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ.

## ROZDZIAŁ XXIII.

### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

1. Odwołanie przysługuje na:
  - 1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
3. Odwołanie wnosi się:
  - 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się:
  - nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  - w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX (Środki ochrony prawnej) ustawy Pzp z dn. 11.09.2019r. (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz.1320 z późn. zm.)

## ZAŁĄCZNIKI

1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Projektowane postanowienia umowy,
3. Formularz ofertowy,
4. JEDZ - Oświadczenie Wykonawcy wynikające z Rozdziału XV pkt 1.1 SWZ w oddzielnym pliku .xml i pdf
5. Formularze cenowe w oddzielnym pliku excel,
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, wynikające z Rozdziału XV pkt 1.4 SWZ,
7. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wynikające z Rozdziału VIII pkt I.2.SWZ
8. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, oraz Rozdziale XV pkt. 1.4 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wynikające z Rozdziału VIII pkt 3 swz.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu specjalistycznego do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie mózgu w podziale na 9 pakietów** na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych - dotyczy wszystkich pakietów.

Pakiet nr 1
<p><b>1. Koszulki diagnostyczne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica F4; F5; F6; F7; F8; F9, F10, F11, -długość 5, 7 i 10cm z bezrdzeniowym przewodnikiem</li> <li>- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką,</li> <li>- silikonowa zastawka uszczelniająca,</li> <li>- duża odporność na zagięcie,</li> <li>- możliwość zamówienia zestawu wraz z igłą plastikową i 2,5 ml strzykawką .</li> </ul>
<p><b>2. Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cewnik podwójnie zbrojony stalową siatką dla 4F, pojedynczo zbrojony dla 5F z wewnętrzną powierzchnią wykonaną z NYLONU , zewnętrzna powierzchnia wykonana z POLYURETANU</li> <li>- końcówki pokryte hydrofilnie ( M Polymer) na odcinku 15, 25, 40 cm w zależności od kształtu końcówki i długości cewnika.</li> <li>- średnice 4F , 5F</li> <li>- długości 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm .</li> <li>- akceptują przewodnik ,038</li> <li>- Średnice zewnętrzne: 4 Fr ( 1,40 mm) i 5 Fr ( 1,70 mm),</li> <li>- Średnice wewnętrzne: 4F 0,041"(1,03 mm) i dla 5F 0,043"(1,10 mm)</li> <li>- Wytrzymujące ciśnienie: 750 psi dla 4 Fr i 1000 psi dla 5 F</li> </ul>
<p><b>3. Nitinolowe standardowe i sztywne przewodniki krótkie</b></p> <p>Powłoczenie „Polimer M. Płaszcz cieniujący z poliuretanu i wolframu</p> <p>Dostępne wersje półsztywne</p> <p>przewodniki standardowe: średnice:0.018" / 0.025"/ 0.032" / 0.035" / 0.038"/ Długości 50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm</p> <p>przewodniki sztywne:</p> <p>Średnice: 0.020" / 0.025" / 0.035" / 0.038"</p> <p>Długości: 80/ 150/180 cm</p> <p>Różny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm</p> <p>Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce</p> <p>Różne krzywizny dystalne: prosty, 45° angled, 1,5mm J, 3mmJ, double angulation /Bolia</p>
<p><b>4. Nitinolowe standardowe i sztywne przewodniki długie</b></p> <p>Powłoczenie Polimer M. Płaszcz cieniujący z poliuretanu i wolframu</p> <p>Dostępne wersje półsztywne</p> <p>przewodniki standardowe: średnice:0.018" / 0.025"/ 0.032" / 0.035" / 0.038"/ Długości 220/ 260 cm</p> <p>przewodniki sztywne:</p> <p>Średnice: 0.020" / 0.025" / 0.035" / 0.038"</p> <p>Długości: 260 / 300 cm</p> <p>Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce</p> <p>Różny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm</p> <p>Różne krzywizny dystalne: prosty, 45° angled, 1,5mm J.</p>
<p><b>5. Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej</b> po koszulkach 6F, 7F, 8F oparty na bioabsorbowalnym materiale biologicznym. Zamykaczne umożliwiające w łatwy i efektywny sposób uzyskanie maksymalnej hemostazy kaniulowanego naczynia.</p>

**Pakiet nr 2****1. Mikroprzewodnik do zabiegów neuroradiologicznych:**

- Prowadnik o budowie hybrydowej
- Prowadnik o średnicy 0,012" w części dystalnej oraz 0,014" w części proksymalnej
- Rdzeń przewodnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynu
- Prowadnik o długości 200 cm, część nitynowa o długości 60 cm, kształtowalna część przewodnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm

**2. Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych:**

- Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów
- Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną
- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali
- Mikrocewnik o małym profilu 2.1/1.6F- średnica wewnętrzna 0,0165"- długość 156 lub 167 cm
- Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F, średnica wewnętrzna 0,017"; średnica 2.5 / 2.0F, średnica wewnętrzna 0,021"; 2,6/3,1F średnica wewnętrzna 0,027"
- Długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm • Dostępne 2 typy : regular, extra support

**3. Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych:**

- Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika
- Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie :
  - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0.059" 6 F – średnica wewnętrzna 0.071" długość cewnika 95 cm
  - część wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0.041", 5F – średnica wewnętrzna 0.048", długość cewnika 117 cm, pokrycie hydrofilne na długości 15cm
- Cewnik o kształcie końcówki ; PROSTY, MP2

**4. Zastawka hemostatyczna:**

Y-konektor

- Światło wewnętrzne 9 F
- Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika
- Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy
- Materiał: polikarbonat
- Obrótowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu Podwójny Y-konektor
- Podwójne światło wewnętrzne 9 F
- Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”
- Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika
- Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy
- Materiał: polikarbonat
- Obrótowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu

**5. Materiał embolizacyjny:**

- Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu
- Kopolimer PLGA rozpuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek).
- Zawiera jod, jako środek cieniujący
- Dostępny w trzech stężeniach 25%, 30%, 35 %.
- Czas precypitacji - 15–25 sekund
- W zestawie; 1 szklana strzykawka z 1 ml materiału embolizacyjnego, 1 szklana strzykawka 1 ml DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników

**Pakiet nr 3****1. Mikrocewnik do dostarczania spiral**

- długości całkowitej 155cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym o min. śr. wewn. 0,05" (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035" (0,89mm) dla rozmiaru 10
- średnicy zewnętrznej 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i światło wewnętrznym 0,017" na całej długości
- czterech strefach miękkości od najsztwniejszej do najbardziej miękkiej,
- konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 45°./2,5mm, 90°/5mm

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycie hydrofilne</li> </ul>
<p><b>2. Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zbrojony z oplotem nitynolowym</li> <li>• zbudowany w technologii 3 segmentów – każda część cewnika o innej sztywności</li> <li>• dostępne długości : 95 cm , 105 cm , 115 cm i 125 cm i 130 cm , miękka część dystalna o długości 8 cm</li> <li>• długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm</li> <li>• zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058" , 6F/0,072"</li> <li>• zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności</li> <li>• miękka i atraumatyczna końcówka o cieniużąca w skopii</li> <li>• wewnętrzne światło pokryte teflonem</li> <li>• różne kształty końcówek : prosta , Multi-Purpose 25°</li> <li>• pokrycie hydrofilne na całej długości</li> <li>• rekomendowany prowadnik : 0,035"/0,038"</li> </ul>
<p><b>3. Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o długości całkowitej 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5.</li> <li>• średnica prowadnika 0,014" na całej długości,</li> <li>• pokrycie hydrofilne w części dystalnej.</li> <li>• prowadnik miękki, atraumatyczny</li> <li>• w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera</li> </ul>
<p><b>4. System dostawczy do stentów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018,</li> <li>• mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021",</li> <li>• posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie</li> <li>• mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021,</li> <li>• mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8-2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie</li> </ul>
<p><b>5. Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyń iaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kopolimer EVOH (etylen z alkoholem winylowym)</li> <li>• DMSO (sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalnik do EVOH</li> <li>• zawiera rozdrobniony proszek tantalu, celem wizualizacji we fluoroskopie</li> <li>• dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34.</li> <li>• w zestawie 1 ampułka 1,5ml ze środkiem ONYX, 1 ampułka 1,5ml ze środkiem DMSO i trzy strzykawki 1 ml</li> </ul>
<p><b>6. Mikrocewnik infuzyjny typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010".</li> <li>• o średnicy zewnętrznej 2,7 - 1,5F prox/dyst i światło wewnętrznym 0,013"</li> <li>• o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej</li> <li>• pokrycie hydrofilne na całej długości</li> <li>• wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego</li> </ul>
<p><b>7. Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010".</li> <li>• mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst.</li> <li>• odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm</li> <li>• w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera</li> </ul>
<p><b>8. Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o długości całkowitej 200 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm.</li> <li>• średnica prowadnika 0,008" na całej długości,</li> <li>• pokrycie hydrofilne w części dystalnej.</li> <li>• prowadnik miękki, atraumatyczny</li> </ul>

- w zestawie torquer i introducer do wprowadzania przewodnika do koszulki lub Y-adaptera

**Pakiet nr 4****1. Mechanicznie uwalniana spirala neurologiczna wolumetryczna:**

- Średnica pierwotna 0,020" – kompatybilne z mikrocewnikami 0,025 – 0,027"
- Średnica wtórna – od 2 do 32mm w zależności od długości i kształtu
- Dostępne długości: 1 – 60 cm
- Możliwe kształty – 3D, helikalne, "J"
- Klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka
- Spirale złożone z wewnętrznego drutu nitinolowego, spirali nitinolowej oraz zewnętrznej spirali platynowej, w różnych konfiguracjach.
- Możliwość wymiany na spirale okluzyjne typu POD, do zamykania naczyń (średnice 4, 5, 6 lub 8 mm)

**2. Mikrocewnik do wprowadzania wolumetrycznych spiral embolizacyjnych:**

- a. zakończenie proste lub wygięte (45, 90 lub 130 stopni)
- b. długość całkowita 150cm
- c. średnica wewnętrzna – 0.025"

**3. Urządzenie do mechanicznego odczepiania spiral wolumetrycznych****4. Spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości:**

Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę położenia/ułożenia;  
Długość spiral – od 1 do 30cm, średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 8mm.  
Kompatybilne z mikrocewnikami 0.010"  
Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka;  
Za utrzymywanie długości odpowiada nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny;  
Progresywna miękkość – każda spirala posiada bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości jest bardzo elastyczny.

**5. Urządzenie do mechanicznego odczepiania spiral****6. Spirala embolizacyjna neurologiczna i obwodowa odczepialna**

- mechaniczne uwalnianie spirali
- mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie;
- średnica spirali 0,0135"
- długość spiral – od 3 do 60 cm
- kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010"
- spirala miękka o kształcie sinusoidalnym 2D zaprojektowana do maksymalnego upakowania
- spirala zbudowana z platyny z włóknem PE przeciw rozciąganiu

**7. Cewnik wspierający pośredni**

- Cewnik dostępu udowego/radialnego;
- Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,043"/0,062"
- dostępne długości - 115, 125 cm
- dystalnie pokryty warstwą hydrofilną - 60 cm (0,043") lub 30 cm (0,062")
- marker
- dystalny
- zastawka hemostatyczna obrotowa w zestawie

**8. Zestaw aspiracyjny**

- Cewnik aspiracyjny w co najmniej 5 różnych średnicach dystalnych: dystalna średnica wewnętrzna 0,068", 0,072" i 0,078" przy długości 132 cm; 0,062" dla długości 138 cm oraz 0,043" przy długości 153cm;
- odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną;
- wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości
- możliwość kształtowania końca cewnika "na parze" - stosowny mandryl w opakowaniu;
- Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z łącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej 0,110"; kalibrowane z pompą typu PMXENG, S10427-33, będącej na stanie Zamawiającego



**Pakiet nr 5****1. Mikroprzewodnik o transmisji siły skrętnej 1:1**

- Prowadnik o średnicy 0.010"/0.012" oraz 0.014" i długości 200/300 cm
- Rdzeń przewodnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją.
- Dystalna część cieniująca na długości 35/45/55cm
- Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej
- Dostępny w dwóch wersjach sztywności:  
standard support

**2. Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie**

- Spirale platynowe
- Spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza
- System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali
- Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka
- Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0.0095"; 0.010"; 0.011"; 0.012" oraz 0.014" • Spirale kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy  $\geq 0.0165"$
- Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności:
  1. o 360o SHAPE – spirale o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka (mechanizm SR - stretch resistant, tzn. wewnątrz pierwotnego zwoju spirali znajduje się polipropylenowa nić, łącząca oba końce spirali i uniemożliwiająca jej rozciągnięcie i urwanie). Wersje sztywności:
    1. Standard - standardowa
    2. Soft – miękka
    3. Ultra – super miękka
  - o HELICAL SHAPE – Helical Ultra – super miękka o 3D – spirale o kształcie koszyka
- Spirale o rozmiarach, średnice od 1mm do 24mm, długości od 1cm do 50cm

**3. Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral**

- gwarantujący wizualną (zielona dioda) oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund

**Pakiet nr 6****1. Spirale embolizacyjne coil**

Charakterystyka oferowanego wyrobu:

Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków, odczepiane w wyniku termicznego rozpuszczenia złącza w temperaturze około 70°C.

Sygnalizacja dźwiękowa gdy spirala jest prawidłowo upozycjonowana w tętniaku. Kompatybilne ze wszystkimi typami mikrocewników w tym cewnikami do embolizacji malformacji tętniczo-żylnych. Rozmiar spirali pozwalający na wykorzystanie mikrocewnika 1,5F do embolizacji naczynek do podawania spiral w przypadku malformacji tętniczo-żylnych.

**2. Urządzenie do odłączania spiral**

Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację w momencie kiedy spirala jest prawidłowo pozycjonowana do wyczepienia – czas wyczepienia spirali do 1 sekundy.

**Pakiet nr 7**

Opis pompy:

Pompa przeznaczona do aspiracji płynów i drobnych cząstek.

- Bezolejowa pompa próżniowa
- podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny;
- Najwyższe możliwe podciśnienie aspiracji -29,2 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania
- kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytyjącym odsysane skrzepiny (plastikowa siatka)
- integralna część systemu do tromboaspiracji firmy Penumbra
- wyposażona w:
  - przycisk wł./wyl.
  - regulator
  - podciśnienia
  - analogowy przyrząd pomiarowy

**1. Zbiornik kompatybilny z dostarczoną pompą zgodną z opisem powyżej i zestawem aspiracyjnym kalibrowany**

- przezroczysty
- objętość 1000 ml
- wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym

**Pakiet nr 8****1. Koszulka naczyniowa długa zbrojona**

Opis koszulki:

- Średnica wewnętrzna 0.088", długość 80, 90 lub 100cm
- Zakończenia: proste lub MP
- Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości.

**Pakiet nr 9**

- 1. Produkt do embolizacji typu Flow Diverter**, powierzchnia w technologii BlueXide rozmiary: średnica 2.5-8.0 mm długość 10-50 mm przeznaczony do naczyń o średnicy od 1.5 do 8.0 mm, długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, kompatybilny z mikroprowadnikiem 0.02"7 a wersji mini z 0.017" ID - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy
- 2. Produkt służący do przeprowadzenia procedury mechanicznej trombektomii o wysokiej widoczności** rozmiary: średnica 2.5-6.0 mm długość 16-50 mm, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.0 mm do 5.5 mm, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.0165" i 0.021" ID zaopatrzony w trzy platynowe markery dystalne i dwa platynowe markery proksymalne oraz DFT dwa platynowe mikrofilamenty biegnące spiralnie przez całą długość urządzenia budowa hybrydowa – otwarto oraz zamkniętokomórkowa jednocześnie budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu dokładne pozycjonowanie w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu
- 3. Nitinolowy stent samorozprężalny, laserowo cięty zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce do naczyń mózgowych:** rozmiary: średnica 3.0-8.0 mm długość 15-60 mm dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 7.0 mm zaopatrzony w trzy dystalne oraz trzy proksymalne markery platynowo-irydowe oraz marker centralny na prowadniku trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny, dedykowane mikrocewniki w rozmiarach 0.0165" – 0.027" ID stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy
- 4. Nitinolowy stent pleciony, dobrze widoczny na całej długości**, zgodny z mikrocewnikiem 0.0165"0.017" oraz 0.039" wykończenie w technologii BlueXide, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.5-4.0 mm oraz 5.5-10.0 mm repozycjonowalny aż do 95% długości stentu, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy, rozmiary: średnica 2.5-10.0 mm długość 10-60 mm - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy
- 5. Nitinolowy elastyczny stent samorozprężalny do leczenia zwężeń wewnątrzczaszkowych** dostarczane przez cewnik balonowy dostępny w rozmiarach: średnica 3.0-5.0 mm długość 15-30 mm dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.5 mm posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, możliwość repozycjonowania aż do 90% długości stentu.

6.	<b>Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych</b> w celu poprawy perfuzji. długość użytkowa balonu – 8.0 mm, długość użytkowa cewnika - 150 cm, elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, długość elastycznej końcówki – 10 mm, 3 markery – dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, dostępne rozmiary: średnica 1.5-4.0 mm długość 8.0 mm
7.	<b>Cewnik do wprowadzania sprzętu interwencyjnego</b> oraz diagnostycznego do naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mózgowych o podwójnej hydrofilnej powłoce konstrukcja wielopolimerowa składa się z 5 różnych stref: bardzo miękkiego końca (0-40mm), miękkiej strefy dystalnej (40-80mm), średnio miękkiej strefy środkowej (80-130mm), wspierającej strefy przejściowej (130-200mm), bardzo stabilnej strefy proksymalnej (200-prox.), co zapewnia precyzyjną i optymalną kontrolę nawigowania, wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika oraz atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, światło cewnika o rozmiarze 0.065" ID umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników. Pierwszego mikrocewnika o rozmiarze 0.021" oraz drugiego mikrocewnika o rozmiarze 0.017" lub jednego cewnika o rozmiarze 0.039" rozmiary 0.039", 0.052", 0.065", długości całkowite od 130 do 150 cm
8.	<b>Mikrocewnik przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych</b> w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. dostępny w rozmiarach - 0.017", 0.021", 0.027" długość użytkowa mikrocewnika - 155-167 cm, przeznaczony do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu, końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną, posiada markery na końcu, wielopolimerowa konstrukcja zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10 mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średnio delikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.).
9.	<b>Stent do leczenia stenoz w tętnicy szyjnej,</b> pleciony o gęstej strukturze, samorozprężalny nitynolowy z wewnętrznym rdzeniem platynowym poprawiającym widoczność stentu w skopii. Stent w całości pokryty powłoką HEAL o działaniu przeciwzakrzepowym hamującym fazę zapalną. Doskonała elastyczność stentu i wysokie pokrycie płytki miażdżycowej, dobra nawigacja w krętych naczyniach. Stent dobrze przylegający do ściany naczynia o dobrej sile radialnej, repozycjonowalny do 96% konfiguracji stentu dostępne w wersji cylindrycznej i taperowanej system OTW dostarczalny przez cewnik 0,052" średnice stentu: cylindryczny 6.0, 8.0, 10.0 mm, taperowany 6.0/8.0, 8.0/10.0mm długość stentu: 29, 30, 35, 36, 40, 41, 43, 50, 60 mm średnica zakresu leczenia: 4.0 - 10,0 mm

**Wykaz pakietów:**

1.	Cewniki i prowadniki diagnostyczne do zabiegów i diagnostyki neuroradiologicznej
2.	Sprzęt naczyniowy do leczenia patologii naczyń mózgowych
3.	Sprzęt do leczenia wad naczyniowych mózgu
4.	Sprężyny do embolizacji wad tętniczo-żylnych i tętniaków mózgu
5.	Sprzęt do embolizacji wad naczyniowych i dostęp naczyniowy
6.	Jednorazowy sprzęt do dostępu naczyniowych
7.	Sprzęt do leczenia wad naczyniowych mózgu
8.	Sprzęt do leczenia wad naczyniowych mózgu
9.	Stenty do rekonstrukcji naczyń

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****§ 1. Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego następujących towarów: ..... – **pakiet nr.**
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz cenowy stanowi integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1).

**§ 2. Terminy dostaw, wynagrodzenie, waloryzacja**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia depozytu, według załącznika nr 1, począwszy od dnia zawarcia umowy, **w terminie 3 dni roboczych**. Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy zużycie asortymentu (w wyniku przeprowadzonego zabiegu) na karcie kontrolnej zużycia, a Wykonawca uzupełni depozyt o brakujące ilości w terminie 3 dni roboczych **a w przypadku sytuacji w trybie „na ratunek” do 24 godzin**, oraz zafakturuje zużyte materiały zgodnie z §3 pkt. 1 niniejszej umowy do łącznej maksymalnej wysokości wynagrodzenia:
  - a) Pakiet **nr**, netto: PLN, **brutto: PLN**
  - b) Pakiet **nr**, netto: PLN, **brutto: PLN**
 Łączna wartość umowy netto:....., **brutto**.....
2. Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw i bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. Ceny są stałe i niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, cena ulegnie zmianie odpowiednio do postanowień aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.
5. W przypadku towarów sprowadzanych spoza granic RP, cena ulegnie proporcjonalnej zmianie, jeżeli średni kurs NBP waluty państwa, z którego towar jest sprowadzany, ulegnie zmianie w stosunku do złotego o co najmniej 10%, przy czym:
  - a) przy pierwszej zmianie ceny brany pod uwagę jest kurs z dnia zawarcia umowy oraz z dnia realizacji dostawy mającej miejsce po zmianie kursu,
  - b) jeżeli ponownie nastąpi opisana powyżej zmiana kursów walut, druga i następne zmiany będą wprowadzane, biorąc pod uwagę kurs z dnia dokonania poprzedniej zmiany ceny, oraz z dnia realizacji dostawy mającej miejsce po kolejnej zmianie kursu.
6. Zmiana ceny zgodnie z ust. 4 lub 5 nie wymaga zmiany umowy i następuje automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.
7. Towary, o których mowa w § 1 ust. 1 do momentu zużycia i zafakturowania są własnością Wykonawcy.
8. Zamawiający wyznacza: Krzysztofa Bartosza Kądziołkę jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad właściwym przechowywaniem sprzętu depozytowego, która będzie:
  - a) prowadzić rejestr złożonych, wydanych, zużytych i uzupełnionych produktów depozycie.
  - b) przekazywać niezwłocznie podpisane i opieczetowane protokoły Działowi Zakupów Zamawiającego zawierające nr katalogowe oraz nr LOT zużytych produktów z depozytu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania uzupełnień depozytu z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb, bez względu na ilość danego asortymentu podanego w pakiecie pod warunkiem nie przekroczenia globalnej wartości pakietu. Przesunięcie takie może być dokonane, jeżeli jego hipotetyczne dokonanie na etapie oceny ofert nie skutkowałoby wyłonieniem innego wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, nie więcej jednak niż z 20 % łącznej wartości umowy, o której mowa w ust. 1, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia. Rezygnacja nie wymaga składania jakiegokolwiek oświadczenia i może nastąpić wyłącznie poprzez niezłożenie w terminie obowiązywania umowy specyfikacji częściowej dostawy.

11. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towary rzeczywiście dostarczone, a uprzednio zamówione w specyfikacji częściowej sprzedaży.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć w zakresie przedmiotu zamówienia w ramach pakietu, ilościowo w zakresie do 20%, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości tego pakietu. Przesunięcie takie może być dokonane, jeżeli jego hipotetyczne dokonanie na etapie oceny ofert nie skutkowałoby wyłonieniem innego wykonawcy.
13. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana:
  - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  - c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie będzie miała wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
14. Zamawiający określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 2 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów względem ceny lub kosztu zawartego w ofercie wykonawcy stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia:
  - a) Strony Umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego §,
  - b) Strony Umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy będzie wyższa lub niższa o co najmniej 3% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt c),
  - c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów (ostatniego z ogłoszonych średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  - d) maksymalna wartość każdej ze zmian wynagrodzenia Wykonawcy dokonywanych na podstawie niniejszego § nie może przekroczyć 8% wartości umowy brutto określonej § 2 ust. 1,
  - e) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę Umowy w sposób wskazany w pkt f, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy,
  - f) Strona Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem, Strona Umowy będzie zobowiązana pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów. Jeżeli po upływie 14-dniowego terminu Strona Umowy nie zwróci się o zmianę wynagrodzenia, Strony uznają, iż zmiana cen materiałów lub kosztów nie ma faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - g) zasadność wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powinna być poddana analizie przez drugą ze Stron,
  - h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie się odbywać na podstawie aneksu do Umowy i będzie następować najwcześniej od daty zawarcia aneksu i dotyczyć będzie wyłącznie niezrealizowanej części Umowy,

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

### **§ 3. Terminy płatności**

1. Rozliczenia za nabyte przez Zamawiającego i dostarczone towary odbywać się będą na podstawie faktur, prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, płatnymi przelewem na konto Wykonawcy

podane na fakturze, **w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury**. Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze, obejmujące wszystkie towary dostarczone w wyniku realizacji zamówień częściowych z danego miesiąca kalendarzowego. Wystawienie faktury nastąpi po upływie miesiąca kalendarzowego, którego dana faktura dotyczy. W przypadku umowy depozytowej, wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze ostatniego dnia miesiąca, obejmujące wszystkie towary dostarczone w wyniku przesłanych zużyć z zabiegów z danego miesiąca kalendarzowego. Zamawiający odeśle bez księgowania faktury wystawione niezgodnie z powyższymi zasadami.

2. *W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wszystkie faktury będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii KSeF po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail ..... na adres e-mail: [ksiegowosc@ipczd.pl](mailto:ksiegowosc@ipczd.pl)*
3. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
4. Wykonawca oświadcza, iż **posiada/ nie posiada\*** status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
5. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki), chyba że Zamawiający wskaże inaczej.
6. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności przekracza 60 dni. W takim przypadku Wykonawca może wstrzymać wydawanie kolejnych partii towarów wyłącznie w sytuacji, gdy po upływie powyższego terminu wyznaczy Zamawiającemu kolejny termin na uregulowanie należności w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie krótszy niż 14 dni, a Zamawiający temu terminowi uchybi.
7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

#### **§ 4. Zasady dostaw**

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, **z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy** licząc od dnia dostarczenia.
2. Zamówione towary będą dostarczane loco Magazynu Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.30 – 15.00 - zgodnie z wymaganym czasem dostawy. Paczka z uzupełnieniem depozytu: „Uzupełnienie depozytu do umowy ..../2026”
3. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:
  - Zamawiający: ....., tel. ...., e-mail: .....
  - Wykonawca: ....., tel. ...., e-mail: .....
 Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie w jakiegokolwiek formie.
4. Towary dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.
5. Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:
  - a) aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych – na wezwanie Zamawiającego w przeciągu 3 dni roboczych.
7. Brak dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c.



8. Wykonawca zobowiązuje się spełniać wymagania z zakresu ochrony środowiska na terenie Zamawiającego, które zostały określone z załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

### **§ 5. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w razie zwłoki w dostawie lub braków ilościowych w dostarczonej partii towarów - w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towarów (lub wartości brutto całej wybrakowanej partii) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie partii lub każdy rozpoczęty dzień, w którym partia nie została uzupełniona o braki,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo zwłokę w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,
  - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, a jeżeli odstąpienie dotyczy tylko poszczególnych pakietów – 10% wartości brutto pakietów, których dotyczy odstąpienie,
  - c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy / pakietów.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swych zobowiązań wobec Wykonawcy.
4. Maksymalna wartość wszystkich naliczonych kar umownych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20 % łącznej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.

### **§ 6. Reklamacje**

1. Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą składane przez Zamawiającego e-mail do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wad towarów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji e-mailem zwrotnym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji jakościowej i wymiany na towary wolne od wad, na własny koszt, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji ilościowej, na własny koszt, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu zamówionych towarów o okres przekraczający 3 dni robocze lub w przypadku braku wymiany w terminie na towary wolne od wad zgodnie z ust. 3 powyżej lub w przypadku braku załatwienia w terminie reklamacji ilościowej zgodnie z ust. 4 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie jeszcze nie zrealizowanym w terminie do ostatniego dnia okresu obowiązywania niniejszej umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 5 ust. 1 lit. c.
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do ostatniego dnia okresu obowiązywania niniejszej umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 5 ust. 1 lit. c.
7. Niezależnie od pozostałych postanowień umowy, w razie zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu towarów lub w razie braku wymiany na towary wolne od wad, a także w przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, Zamawiający może dokonać zamówienia analogicznych towarów u innego sprzedawcy i nie przyjąć towarów dostarczonych przez Wykonawcę ze zwłoką. W takim przypadku, niezależnie od uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy pomiędzy ceną określoną w łączącej strony umowie a ceną, za którą Zamawiający nabył towaru u innego sprzedawcy.

### **§ 7. Zmiana umowy**

1. Zamawiający przewiduje następujące przypadki, w których strony mogą dokonać zmiany niniejszej umowy oraz zakres zmian:

- a) przyczynienie się Zamawiającego do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – zmiana poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do rozmiarów przyczynienia się Zamawiającego do opóźnienia;
  - b) wystąpienie okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – zmiana poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
  - c) w przypadkach określonych w § 2 ust. 4-5 umowy i w sposób tam przewidziany;
  - d) w przypadkach określonych w § 2 ust. 14 umowy i w sposób tam przewidziany;
  - e) zmiana poprzez obniżenie ceny płaconej przez Zamawiającego niezależnie od przyczyny;
  - f) zmiana poprzez obniżenie ceny płaconej przez Zamawiającego do wysokości limitu finansowania w przypadku, gdy w czasie trwania umowy ulegnie on obniżeniu do wartości niższej niż cena umowna w konsekwencji wejścia w życie nowego Obwieszczenia Ministra Zdrowia;
  - g) zmiana poprzez wydłużenie terminów płatności ceny przez Zamawiającego;
  - h) zmiana poprzez wymianę/zamianę/zmianę dostarczanych towarów na towary wyższej jakości, o wyższych parametrach, o dłuższych terminach przydatności do wykorzystania lub o dodatkowych funkcjonalnościach – przy zachowaniu ceny oraz zgodności nowych towarów z SWZ;
  - i) dokonana przez producenta zmiana wielkości opakowań jednostkowych – zmiana poprzez dopuszczenie innych opakowań przy utrzymaniu lub obniżeniu ceny w przeliczeniu na jednostkę masy lub objętości;
  - j) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian obowiązujących przepisów, wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub innych organów lub wynikać będzie z umów zawartych z NFZ - zmiana poprzez wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian w obowiązujących przepisach, wydaniem wytycznych, zawarciem umów;
  - k) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - zmiana poprzez wprowadzenie zmian w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  - l) zmiany doprecyzowujące treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;
  - m) niewykorzystanie wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów, określonej w § 2 ust. 1 umowy, w terminie określonym w § 10 ust. 1 – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.
2. Niewykonanie lub brak dochodzenia przez którąkolwiek ze stron prawa przysługującego stronie na podstawie niniejszej umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa, ani też nie wyklucza wykonania lub dochodzenia takiego prawa w jakimkolwiek późniejszym terminie.
3. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie lub w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78<sup>1</sup> Kc.
4. Formy pisemnej lub formy elektronicznej w rozumieniu art. 78<sup>1</sup> Kc pod rygorem nieważności wymaga także dokonanie innej niż wskazana w ust. 1 zmiany umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej.

### **§8. Podwykonawstwo – jeśli dotyczy**

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia, do wykonania podwykonawcy.
2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać wykonania tych prac przez Wykonawcę.

4. Każdorazowa zmiana osoby podwykonawcy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie. Oświadczenie w tym przedmiocie Zamawiający złoży w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o nowym podwykonawcy.
5. W przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie wraz z fakturą, o której mowa w § 3 ust. 1, dowodu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. W przypadku przeciwnym Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu otrzymania oświadczenia podwykonawcy o dokonanej na jego rzecz zapłacie.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 2 ust. 14, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  - a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

#### **§9. Ograniczenia dysponowania wierzytelnością**

Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

#### **§ 10. Czas trwania umowy**

1. Niniejsza **umowa obowiązuje przez 24 miesiące** albo do czasu wykorzystania łącznej wartości umowy, na którą składają się kwoty, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a i b niniejszej umowy, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z ww. okoliczności, z zastrzeżeniem postanowień umownych wykraczających poza tę datę, które obowiązują do czasu wypełnienia przez strony wszystkich przewidzianych w nich obowiązków. W szczególności pozostają w mocy postanowienia dotyczące rozliczeń i ich warunków, kar umownych, reklamacji i wad towarów, postanowień dotyczących jakichkolwiek czynności związanych ze zmianą wierzyiciela.

#### **§ 11. Właściwość sądu, doręczenia**

1. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
2. Wszelką korespondencję wysłaną na adres Wykonawcy uważa się za doręczoną z chwilą pierwszej próby jej doręczenia.
3. Wszelka korespondencja wysłana Wykonawcy przez Zamawiającego przed dniem doręczenia Zamawiającemu informacji o zmianie adresu Wykonawcy, jest uznawana za doręczoną Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 2
4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie do doręczenia korespondencji w formie dokumentowej

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Wymagania z zakresu ochrony środowiska

**Zamawiający**

**Wykonawca**



INSTYTUT „POMNIK –  
CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”  
Al. Dzieci Polskich 20,  
04-730 Warszawa

Kod dokumentu: **PI;QP6;FP1**

Data wyd.: **01.03.2019**

Wydanie **6**

## WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IPCZD

### Załącznik nr 2 do umowy

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie IPCZD, Wykonawca / Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy.
2. Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem Instytutu (wyznaczonym w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych, administracyjnych i bieżących.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrażanego na terenie IPCZD Systemu Zarządzania Jakością, w szczególności do:
  - a) realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,
  - b) właściwej gospodarki odpadami:
    - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
    - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
    - nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady,
    - nie dopuszczania do mieszania odpadów niebezpiecznych z nie niebezpiecznymi, stosowania się do obowiązujących aktualnych wymagań prawnych.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada decyzje zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.) - o ile są wymagane.
5. Za wszelkie odpady wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe w czasie realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów<sup>1</sup> powstałych w czasie realizacji umowy (w celu zachowania porządku i estetyki budynków i terenów przyległych IPCZD) oraz po zakończeniu działalności (chyba, że umowa stanowi inaczej).
6. Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT.
7. Przestrzegania obowiązującego w Instytucie zakazu palenia tytoniu.
8. Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla personelu, pacjentów i osób odwiedzających.
9. Na terenie Instytutu, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:
  - a) bezpieczeństwo swoich pracowników,
  - b) skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.
10. W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy oraz Centralną Dyspozytornię (tel: 22 815 14 88), w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności od rodzaju zdarzenia).
11. W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.
12. Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.
13. W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
14. IPCZD zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę..

<sup>1</sup> W przypadku powstania odpadów typu złomy metaliczne oraz stopów metali, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Dział Logistyki IPCZD oraz postępować wg jej wytycznych (sprzedaż odpadu i wniesienie opłaty do kasy IPCZD lub pozostawienie zabezpieczonego odpadu w miejscu wyznaczonym).

## SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

## Załącznik nr 3 do SWZ

**Zamawiający:**<sup>1)</sup>

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”  
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP/CZD/051/26** Dostawa sprzętu specjalistycznego do wykonywania zabiegów wewnątrzczaszkiowych w obrębie mózgu – 9 pakietów.

**A. Dane dotyczące wykonawcy:**

Nazwa.....

Siedziba/m-ce zam.: .....kod.....ul.....

NIP:....., Regon:....., województwo:.....

nr telefonu: .....e-mail:.....

Wykonawca jest: ☐ MIKRO ☐ MAŁYM ☐ ŚREDNIM ☐ DUŻYM przedsiębiorcą (należy zaznaczyć)

http:// ..... e-mail: ..... BDO:.....(o ile dotyczy)

Osoba upoważniona do kontaktów w trakcie procedury: ....., tel. ...., e-mail:.....

W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej – dane do UMOWY:

- Osoba odpowiadająca za realizację umowy - .....tel. +48..... e-mail.....

- §3 ust. 2 PPU - W przypadku wystąpienia awarii KSeF po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i **przesyłane z adresu e-mail** ..... - *wypełnia wykonawca*

- §3 ust. 4 PPU - Wykonawca oświadcza, iż **posiada/ nie posiada\*** status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). *\*niepotrzebne skreślić*

**B. Wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:****Dane dotyczące wykonawcy nr 1:**

Nazwa.....

Siedziba/m-ce zam.: .....kod.....ul.....

NIP:....., Regon:....., województwo: .....

nr telefonu: .....e-mail:..... http:// .....

Wykonawca jest: ☐ MIKRO ☐ MAŁYM ☐ ŚREDNIM ☐ DUŻYM przedsiębiorcą (należy zaznaczyć)

**Dane pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu:**

Imię i nazwisko.....

Osoba upoważniona do kontaktów w trakcie procedury: ....., tel. ...., e-mail:.....

Osoba odpowiadająca za realizację umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej:

.....tel..... e-mail.....

### **Dane dotyczące wykonawcy nr 2:**

Nazwa.....

Siedziba/m-ce zam.: .....kod.....ul.....

nr telefonu/fax. ....

Wykonawca jest: ☐ MIKRO ☐ MAŁYM ☐ ŚREDNIM ☐ DUŻYM przedsiębiorcą (należy zaznaczyć)

http:// ..... e-mail: .....

itd... w zależności od ilości wykonawców wspólnie ubiegających się

### **C. Zobowiązania wykonawcy:**

- Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami SWZ.
- Oświadczam, iż akceptujemy zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w swz.
- Oświadczam, że oferta:
  - zawiera na str. .... oferty / nie zawiera (wypełnia Wykonawca) informacje/i, stanowiące/ych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób określony w swz i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.
- Oświadczam, że wykonanie zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom - *wypełnić o ile dotyczy - dla każdego podwykonawcy oddzielnie.*

I.p	Część zamówienia powierzona podwykonawcy	Pełna nazwa firmy podwykonawcy	Wartość brutto lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
1			

Siedziba/m-ce zam. Podwykonawcy : .....kod.....ul.....

NIP podwykonawcy : ....., Adres strony internetowej podwykonawcy: .....

Podwykonawca jest: ☐ MIKRO ☐ MAŁYM ☐ ŚREDNIM ☐ DUŻYM przedsiębiorcą (należy zaznaczyć)

5. Oświadczam, że:

- wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. \*

lub:

- wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. \*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ..... objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ..... zł, stawka podatku VAT, która będzie miała zastosowanie: .....

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>2)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
- Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 1).....
  - 2).....

<sup>1)</sup> Zamawiający definiuje mikro, małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Art. 7. 1. (...)

<sup>1)</sup> mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz



- b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
  - 2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
    - c) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
    - d) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
  - 3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
    - a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
    - b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; (...)
- 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- \* Właściwe zaznaczyć i uzupełnić.
- \*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach  
o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”) informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej, jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961
2. W instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email [iod@ipczd.pl](mailto:iod@ipczd.pl) lub pisemnie na adres Administratora Danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 akapit 1 lit f) RODO.
4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  - a) dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych
  - b) dostawcom usług prawnych oraz wspierającym Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń.
  - c) instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa.
  - d) podmiotom upoważnionym na mocy prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.).
5. Administrator Danych Osobowych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres 14 lat.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Zamawiający:**

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”  
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

**Dane Wykonawcy:** .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJĄCE z Rozdziału XV pkt 1.4. SWZ**  
**DOTYCZY WYKONAWCY/**  
**WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP/CZD/051/26** Dostawa sprzętu specjalistycznego do wykonywania zabiegów wewnątrzczaszkowych w obrębie mózgu – 9 pakietów.*

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu** na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.).

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 507).

**Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu:**

- **będącego podwykonawcą**, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....  
- **będącego dostawcą**, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....  
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),*  
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**UWAGA oświadczenie składa się wraz z ofertą.**

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.*

**Zamawiający:**

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”  
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

**Dane Wykonawcy:** .....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJĄCE z Rozdziału VIII pkt 2. SWZ**  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej\*)

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP/CZD/051/26** Dostawa sprzętu specjalistycznego do wykonywania zabiegów wewnątrzczaszkowych w obrębie mózgu – 9 pakietów.*

**1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5)**

ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1616 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, tj.: - **wypełnić jeśli dotyczy:**

*Podać nazwę wykonawcy:*

.....  
.....

*Wraz z oświadczeniem załączam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od wskazanego wyżej wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

- 
- 2. Oświadczam, brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust.1. pkt 5)** ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1616 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową.

**\*) Należy wybrać pkt 1 lub 2.**

**UWAGA, oświadczenia nie składa się wraz z ofertą.**

*Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie to składa wykonawca najwyżej oceniony w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.*

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.*

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**Zamawiający:**

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”  
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

**Dane Wykonawcy/ .....**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJĄCE z Rozdziału VIII pkt 3. SWZ  
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP/CZD/051/26** Dostawa sprzętu specjalistycznego do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie mózgu – 9 pakietów.*

**Oświadczam**, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. JEDZ), **są aktualne** w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

**Oświadczam**, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XV pkt. 1.4 SWZ, **są aktualne** w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**UWAGA, oświadczenia nie składa się wraz z ofertą.**

*Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie to składa wykonawca najwyżej oceniony w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.*

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.*