



## **Załącznik nr 1 do ogłoszenia na zakup Komory laminarnej**

### **Specyfikacja na dostawę komory laminarnej**

1. Komora laminarna fabrycznie nowa.
2. Wymiary wewnętrzne przestrzeni roboczej: minimalna szerokość 1000 mm, maksymalna szerokość 1200 mm, minimalna głębokość 600 mm
3. Wymiary zewnętrzne: maksymalna głębokość 790 mm
4. Przepływ sterylizowanego powietrza - laminarny, poziomy
5. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu prędkości przepływu powietrza
6. Wskaźnik prędkości przepływu powietrza
7. Dwustopniowy system filtracji: filtr wstępny i filtr HEPA H14
8. Klasa czystości powietrza ISO 3
9. Skuteczność odpylania cząstek 0,3 µm co najmniej 99,9%
10. Poziom hałasu poniżej 55 dB
11. Panel sterowania dotykowy, w języku polskim
12. Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej, boki przeszklone
13. Dezynfekcja lampą bakteriobójczą z programowanym wyłącznikiem czasowym
14. Oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi min. 800 lx
15. Licznik czasu pracy komory
16. Licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej
17. 1 gniazdo elektryczne
18. Wyposażenie dodatkowe - podstawa/statyw pod komorę na blokowanych kołach
19. Zasilanie 230V, 50Hz
20. Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy.
21. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce, autoryzowany przez producenta. Zapewniona pomoc techniczna w języku polskim w trakcie użytkowania urządzenia
22. Komora musi posiadać certyfikat CE
23. Dostawca komory dostarczy dokumenty potwierdzające, że urządzenie spełnia wymagania wyszczególnione w specyfikacji (folder techniczny producenta)
24. Dostawa wliczona w cenę (Raciborowice, woj. małopolskie).
25. Czas realizacji dostawy do 01.06.2026 r.
26. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.
27. Instrukcja obsługi w języku polskim.