



Załącznik nr 2 do ogłoszenia na zakup Komory laminarnej

Formularz specyfikacji – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Komora laminarna fabrycznie nowa.			
2	Wymiary wewnętrzne przestrzeni roboczej: minimalna szerokość 1000 mm, maksymalna szerokość 1200 mm, minimalna głębokość 600 mm			
3	Wymiary zewnętrzne: maksymalna głębokość 790 mm			
4	Przepływ sterylne powietrza - laminarny, poziomy			
5	Możliwość ręcznego ustawienia poziomu prędkości przepływu powietrza			
6	Wskaźnik prędkości przepływu powietrza			
7	Dwustopniowy system filtracji: filtr wstępny i filtr HEPA H14			
8	Klasa czystości powietrza ISO 3			
9	Skuteczność odpylania cząstek 0,3 µm co najmniej 99,9%			
10	Poziom hałasu poniżej 55 dB			
11	Panel sterowania dotykowy, w języku polskim			
12	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej, boki przeszklone			
13	Dezynfekcja lampą bakteriobójczą z programowanym wyłącznikiem czasowym			
14	Oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi min. 800 lx			
15	Licznik czasu pracy komory			
16	Licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej			
17	1 gniazdo elektryczne			
18	Wyposażenie dodatkowe - podstawa/statyw pod komorę na blokowanych kołach			
19	Zasilanie 230V, 50Hz			

20	Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy.			
21	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce, autoryzowany przez producenta. Zapewniona pomoc techniczna w języku polskim w trakcie użytkowania urządzenia			
22	Certyfikat CE			
23	Dokumenty potwierdzające, że urządzenie spełnia wymagania wyszczególnione w specyfikacji (folder techniczny producenta)			
24	Dostawa wliczona w cenę (Raciborowice, woj. małopolskie).			
25	Czas realizacji dostawy do 01.06.2026 r.			
26	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora			
27	Instrukcja obsługi w języku polskim.			

Cena netto: PLN/Euro