



Załącznik nr 2 do ogłoszenia na zakup Autoklawu – sterylizatora parowego

Formularz specyfikacji – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Autoklaw – sterylizator parowy fabrycznie nowy			
2	Sterylizacja parą wodną pożywek, płynów, szkła, odpadów oraz innego wyposażenia laboratoryjnego			
3	Wolnostojący z pionową komorą sterylizacyjną			
4	Pojemność komory - 80 l			
5	Autoklaw spełnia europejskie normy bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych			
6	Komora sterylizacyjna cylindryczna, wersja pionowa o średnicy 370 – 415 mm			
7	Komora sterylizacyjna, wytwornica pary, pokrywa komory wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej			
8	Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość i głębokość nie mogą przekraczać 800 mm ze względu na wymiary drzwi (standardowe 80 cm)			
9	Wbudowana wytwornica pary o minimalnej mocy 6 kW			
10	Temperatura sterylizacji – regulacja w zakresie temperatur: od +100°C do +135°C			
11	Sterowanie mikroprocesorowe			
12	Obsługa przy pomocy dotykowego wyświetlacza w języku polskim			
13	Dostępne rodzaje programów: sterylizacja narzędzi, sterylizacja płynów, możliwość zaprogramowania opóźnionego startu, program do podgrzewania i utrzymania zadanej temperatury od 60°C			
14	Automatyczny pobór wody zasilającej uzdatnionej			
15	System chłodzenia zrzutu do kanalizacji do wartości bezpiecznej dla instalacji			
16	Zabezpieczenia: ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie pokrywy w trakcie działania urządzenia, zabezpieczenie przed uruchomieniem przy zbyt niskim poziomie wody, termoblokada zabezpieczająca użytkownika przed poparzeniem gorącą cieczą			
17	Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą			
18	Czujnik/sonda do pomiaru temperatury bezpośrednio w sterylizowanym materiale płynnym			
19	Cztery kółka transportowe do wygodnego przemieszczania autoklawu			
20	Zasilanie 400 V / 50 Hz			

21	Dodatkowe wyposażenie – system demineralizacji wody wodociągowej dla potrzeb generatora pary. System demineralizacji powinien mieć dodatkowy ręczny punkt poboru wody oczyszczonej.			
22	Dodatkowe wyposażenie – 2 kosze sterylizacyjne ze stali nierdzewnej – jeden z pełnym dnem i jeden druciany (tylko w sytuacji gdy nie są na wyposażeniu autoklawu), o wymiarach, które umożliwiają ustawienie ich na sobie i używanie jednocześnie			
23	Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy.			
24	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce, autoryzowany przez producenta. Zapewniona pomoc techniczna w języku polskim w trakcie użytkowania autoklawu.			
25	Deklaracja zgodności CE, poświadczająca zgodność autoklawu z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych			
26	Możliwość wykonywania prób ciśnieniowych i rewizji wewnętrznych (co 10 lat) zgodnie z przepisami UDT			
27	Dokumenty konieczne dla UDT do zarejestrowania urządzenia			
28	Dokumenty potwierdzające, że urządzenie spełnia wymagania wyszczególnione w specyfikacji (folder techniczny producenta)			
29	Dostawa wliczona w cenę (Raciborowice, woj. małopolskie).			
30	Czas realizacji dostawy do 01.06.2026 r.			
31	Pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora			
32	Instrukcja obsługi w języku polskim.			

Cena netto:PLN/Euro