



| ZADANIE NR 1 | | |
|---|----------------------------|--|
| ZAKUP KRZESŁA EWAKUACYJNEGO - 1 sztuka. | | |
| <p>Opis ogólny: stabilna i lekka konstrukcja umożliwiająca bezpieczną ewakuację osoby z niepełnosprawnością ruchową, także po schodach; udźwig minimum 150 kg, wyposażenie w system pasów bezpieczeństwa (min. 2 punkty mocowania); podłokietniki lub boczne ramiona ułatwiające wsiadanie; zintegrowane uchwyty dla dwóch ratowników/opiekunów (góra/dół); system gąsienicowy lub ślizgowy umożliwiający płynne zjazdy po schodach; hamulce na kołach dla stabilizacji podczas postoju; możliwość składania i łatwego przechowywania; materiał siedziska łatwy do dezynfekcji; podnózek, zagłówek, dodatkowe pasy bezpieczeństwa, pokrowiec transportowy; certyfikat zgodności z normami ewakuacyjnymi (np. EN 1865, ISO 10535).</p> | | |
| Nazwa parametru | Wartość parametru | Informacja oferenta o spełnieniu parametru |
| RODZAJ URZĄDZENIA | KRZESŁO EWAKUACYJNE | |
| Oferent | | |
| Producent | | |
| Pełna nazwa i typ urządzenia | Podać | |
| Kraj pochodzenia | Podać | |
| Rok produkcji 2026 (fabrycznie nowy) | Podać | |
| Udźwig ≥ 150 kg | Podać | |
| Napęd elektryczny /zasilanie akumulatorowe w zestawie/ | TAK | |
| Gąsienicowy system schodowy / wjazd i zjazd po schodach | TAK | |
| Pasy bezpieczeństwa dla pacjenta minimum 2 punkty mocowania | TAK | |
| Możliwość składania i łatwego przechowywania | TAK | |
| Zintegrowane uchwyty dla dwóch ratowników/opiekunów (góra/dół); | TAK | |
| Blokada kół / hamulec / | TAK | |
| Podnózek i zagłówek | TAK | |
| Dostawca dołącza paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK | |
| <p>Urządzenie objęte min. 24 miesięczną gwarancją producenta, w okresie trwania gwarancji bezpłatne wykonanie wszystkich przeglądów zalecanych przez producenta.</p> <p>Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie posiadać żadnych śladów użytkowania, posiadające wszystkie konieczne dopuszczenia, atesty i certyfikaty (wymagane przepisami prawa). Żaden element dostawy ani jego część składowa, nie może być rekondycjonowana. Urządzenie powinno posiadać aktualny certyfikat WE/ CE deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) Certyfikat zgodności z normami ewakuacyjnymi (np. EN 1865, ISO 10535).</p> | Podać | |