



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik nr 1

ZADANIE NR 3		
ZAKUP ANALIZATORA SKŁADU MASY CIAŁA - 1 sztuka.		
Opis ogólny: pomiar dla dzieci i osób dorosłych, lekka konstrukcja i bezprzewodowa łączność z monitorem ułatwiająca użytkowanie w różnych warunkach. Analizator może być urządzeniem, które umożliwia pomiar w pozycji leżącej (u pacjentów leżących lub z ograniczeniami ruchowymi).		
Nazwa parametru	Wartość parametru	Informacja oferenta o spełnieniu parametru
<b>RODZAJ URZĄDZENIA</b>	<b>ANALIZATOR SKŁADU MASY CIAŁA</b>	
Oferent		
Producent		
Pełna nazwa i typ urządzenia	Podać	
Kraj pochodzenia	Podać	
Rok produkcji 2025-2026 (fabrycznie nowy)	Podać	
Pomiar dla dzieci i osób dorosłych,	TAK	
Możliwość pomiaru w pozycji leżącej	TAK	
Ekran dotykowy $\geq 7$ cali	TAK	
Zasilanie: zasilacz + bateria	TAK	
Podstawowe parametry pomiarowe : Procent tkanki tłuszczowej w organizmie Procent wody w organizmie Masa mięśni w kg Wiek metaboliczny organizmu Basal Metabolic Rate - (Podstawowa przemiana materii) - ilość kalorii, jaką organizm spala w spoczynku w ciągu doby Healthy Ranges - ocena zawartości tkanki tłuszczowej (niedobór, w normie, nadmiar) Physique Rating - ocena organizmu na podstawie proporcji masy tkanki tłuszczowej i masy mięśni (niezależnie od masy całego ciała)	TAK	
Wynik dostępny $\leq 60$ sekund	Podać	
Wydruk wyniku badania w języku polskim / drukarka w zestawie /	TAK	
Transmisja danych przewodowa i bezprzewodowa	TAK	
Pamięć danych pomiarowych $\geq 100$ badań	TAK	
Stojak mobilnym	TAK	
Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)	TAK	
Kabel USB do połączenia analizatora z komputerem	TAK	
Urządzenie objęte min. 24 miesięczną gwarancją producenta, w okresie trwania gwarancji bezpłatne wykonanie wszystkich przeglądów zalecanych przez producenta. Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie posiadać żadnych śladów użytkowania, posiadające wszystkie konieczne dopuszczenia, atesty i certyfikaty (wymagane przepisami prawa). Żaden element dostawy ani jego część składowa, nie może być rekondukcjonowana. Urządzenie powinno posiadać aktualny certyfikat WE/ CE deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974)	Podać	