



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1

ZADANIE NR 4

ZAKUP FOTEŁA GINEKOLOGICZNEGO Z REGULOWANA WYSOKOŚCIĄ - 1 sztuka.

Opis ogólny: fotel z elektryczną regulacją wysokości w szerokim zakresie umożliwiającą łatwe wsiadanie osobom z niepełnosprawnością i dopasowanie dla personelu medycznego, wysoka nośność, ważne dla pacjentek bariatrycznych; Segmentowa konstrukcja z możliwością regulacji oparcia pleców i siedziska, odchylane podłokietniki; regulowane podkolanniki (lub opcjonalnie podpórki łydkowe) – zapewniające wygodne i bezpieczne ułożenie nóg; Opcjonalnie możliwość wyposażenia w bariery boczne, które można składać lub wypinać – dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia. Sterowanie za pomocą pilota ręcznego lub nożnego Opcjonalnie: system jezdny z blokadą kółek – dla mobilności

Nazwa parametru	Wartość parametru	Informacja oferenta o spełnieniu parametru
RODZAJ URZĄDZENIA	FOTEL GINEKOLOGICZNY	
Oferent		
Producent	Podać	
Pełna nazwa i typ urządzenia	Podać	
Kraj pochodzenia	Podać	
Rok produkcji 2025-2026 (fabrycznie nowy)	Podać	
Segmentowa konstrukcja, z regulacją wysokości, pochylenia kąta oparcia, elektryczna za pomocą siłowników elektrycznych sterowana nożne (pedał) lub ręcznie (pilot).	TAK	
Manualna regulacja wysokości zagłówka i podnóżka,	TAK	
Fotel musi umożliwiać obniżenie siedziska do poziomu zapewniającego możliwości zajmowania miejsca przez osoby niepełnosprawne.	TAK/podać	
Regulacja wysokości od poziomu min. 42 cm	Podać	
Regulacja zakresu wysokość (kołyska), min. 110 cm przechył siedziska w zakresie min. 0° do +20°. Pozycja Trendelenburga	Podać	
Regulacja oparcia: w zakresie od pozycji siedzącej do leżącej (min. 0° do +80°)	TAK	
Szerokość siedziska ≥ 60 cm	Podać	
Dopuszczalne obciążenie: ≥ 150 kg	TAK	
Podpórki na podkolanniki mocowane na listwie, regulowane w trzech płaszczyznach (kąt, wysokość, obrót), pokryte miękkim tworzywem (poliuretan).	TAK	
Uchylne podłokietniki,	TAK	
Funkcja RESET, przywracająca pozycję zerową	TAK	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Siedzisko i oparcie: bezzwowa tapicerka, łatwa do dezynfekcji, odporna na środki czyszczące i dezynfekujące	TAK	
Kolor tapicerki pastelowy / jasny	Podać	
Misa urologiczno-ginekologiczna: Ze stali nierdzewnej lub wysokiej jakości tworzywa, wysuwana, łatwa do demontażu.	TAK	
System jezdny z blokadą kółek – zapewniający mobilność fotela	TAK / NIE	
Montaż: Dostawca zapewni wniesienie, montaż i uruchomienie fotela w gabinecie oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.	TAK	
Dostawca dołącza paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim	TAK	
Uchwyt na podkład papierowy	TAK	
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE		
Opcjonalnie możliwość wyposażenia w barierki boczne, które można składać lub wypinać – dla osób z ograniczoną stabilnością	TAK / NIE	
Urządzenie objęte min. 24 miesięczną gwarancją producenta, w okresie trwania gwarancji bezpłatne wykonanie wszystkich przeglądów zalecanych przez producenta. Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie posiadać żadnych śladów użytkowania, posiadające wszystkie konieczne dopuszczenia, atesty i certyfikaty (wymagane przepisami prawa). Żaden element dostawy ani jego część składowa, nie może być rekondukcjonowana. Urządzenie powinno posiadać aktualny certyfikat WE/ CE deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974)	Podać	