

Załącznik nr 1 do SWZ

Część nr 2 – Dostawa wideo-laryngoskopu inkubacyjnego dla Centrum Symulacji Medycznej PUM

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Część 2 – wideo-laryngoskop intubacyjny – 6 szt.		
Lp.	Szczegółowy opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	
1.	Średnica zewnętrzna	Nie większa niż 2,6 mm
2.	Długość robocza	Minimum 300 mm
3.	Kąt zginania końcówki	Ok 180° góra / 180° dół
4.	Promień zginania	Mniej niż ≤ 12 mm
5.	Pole widzenia	Minimum 119°
6.	Głębina ostrości	W zakresie 3–50 mm
7.	Rozdzielczość obrazu	min. 400 × 400 pikseli
8.	Przetwornik obrazu	zaawansowana technologia miniaturowych czujników obrazu umożliwia- jąca uzyskanie obrazu cyfrowego o wysokiej rozdzielczości bezpośrednio wewnątrz ciała pacjenta
9.	Źródło światła	LED zintegrowane
10.	Funkcje obrazu	regulacja jasności LED / balans bieli / freeze
11.	Funkcja wykonywania zdjęć	TAK
12.	Funkcja nagrywania wi- deo	TAK
13.	Liczba przycisków na rę- kojeści	Minimum 2
14.	Wodoodporność	klasa wodoszczelności urządzenia na tymczasowym zanurzenie w wodzie, pozwalać na przebywanie pod wodą do 30 minut na głębokości do 1 metra
15.	Monitor	LCD
16.	Przekątna monitora	3,5 cala do 4,5 cala
17.	Regulacja monitora	W zakresie 120° góra/dół oraz 180° lewo/prawo
18.	Wbudowana pamięć	Minimum 32 GB
19.	Wyjście wideo	HDMI
20.	Transfer danych	USB Type-C
21.	Zasilanie	wbudowany akumulator litowy
22.	Czas pracy na baterii	Minimum 240 minut
23.	Czas ładowania	Do 4 godzin
24.	Wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepi- sami	Oznakowanie CE