

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „DOSTAWA MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH”

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, oraz fabrycznie nowy.
2. Opisane poniżej parametry są minimalnymi parametrami granicznymi. Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, który spełnia opisane parametry, lub je przewyższa.
3. Parametry minimalne są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów - będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, należy przyjąć, że są to przykładowe produkty, które między innymi spełniają wymagania Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia przez wykonawcę liczby opakowań (zaoferowania innej ilości szt. w opakowaniu), pod warunkiem, że łączna ilość danej pozycji przedmiotu zamówienia w ofercie nie będzie mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego i zostanie dostarczona w cenie ofertowej.

Część II

Lp.	Nazwa	Jedn.	Ilość
1	Elektrody Treningowe (kompatybilne z defibrylatorem treningowym Laerdal AED Trainer 2 i 197-01050), żółta wtyczka, 1 para	para	5
2	Elektrody Treningowe (kompatybilne z defibrylatorem treningowym Laerdal AED Trainer 197-01050), biała wtyczka, 1 para	para	5
3	Elektrody pediatryczne kompatybilne z Cardiac Science Powerheart G3 posiadanym przez zamawiającego, 1 para	para	1
4	Elektrody kompatybilne z Cardiac Science Powerheart G3 posiadanym przez zamawiającego, 1 para	para	1
6	Wymienna stomia kolostomiczna z otworem przelotowym pasującym do fantoma Nursing Anne (325-05050) posiadanym przez zamawiającego, 1 szt.	szt	2
7	Wymienna nakładka skórna z blokiem mięśniowym kompatybilna z modelem do wstrzyknięć (LIM-00310) posiadanym przez zamawiającego, 1 szt. LIM-00311	szt	2
8	Wymienna wkładki LIM-60231 Needle Decompression Pad do trenażera do odbarczana (60230), 2 szt. w op.	op	3
9	Wymienna wkładka LIM-60245 Advanced Chest Drain Pads do trenażera do odbarczana (60230), 2 szt. w op.	op	1
10	Wymienna wkładka LIM-60242 Standard Chest Drain Pads do trenażera do odbarczania (60230), 2 szt. w op.	op	2
11	Wymienny naskórek kompatybilny z modelem do wstrzyknięć (LIM-00310) posiadanym przez zamawiającego, 2 szt. LIM-00320	para	3
12	Wymienny moduł żyły śródreżcza kompatybilne z trenażerem Advanced Venipuncture Arm (LIM-70300) posiadanym przez zamawiającego, 1 szt.	szt	5
13	Wymienny moduł żył ACF (dołu łokciowego) kompatybilne z trenażerem Advanced Venipuncture Arm (LIM-70300) posiadanym przez zamawiającego, 1 szt.	szt	5
14	Wymienna skóra kompatybilna z trenażerem Advanced Venipuncture Arm (LIM-70300) posiadanym przez zamawiającego, skóra w jasnej karnacji, 1 szt. Kat.	szt	6
15	Komplet wymiennej skóry i żył lewej ręki, kompatybilny z fantomem Nursing Anne (325-05050) posiadanym przez zamawiającego. Zestaw musi zawierać po jednej sztuce skóry i żył. Skóra kobiety w jasnej karnacji, 1 szt.	szt	1
16	Komplet wymiennej skóry i żył prawej ręki, kompatybilny z fantomami Nursing Kelly (300-05050) i MegaCode Kelly (200-05050) posiadanym przez zamawiającego. Zestaw musi zawierać po jednej sztuce skóry i żył. Skóra mężczyzny w jasnej karnacji. 1 szt.	szt	6
20	zawór pęcherza kompatybilny z trenażerem do cewnikowania - 60850 Male Catheterization Trainer with Augmented Reality - 10 szt w op.	op	2
21	Lubrykant dróg oddechowych 45ml (na bazie gliceryny) kompatybilny z symulatorami firmy Laerdal posiadanymi przez zamawiającego, 1 szt.	szt	5
22	Symulowana krew w formie koncentratu kompatybilna z trenażerami i symulatorami firmy Laerdal posiadanym przez zamawiającego, jedna butelka musi wysatczyć na na 2,5L gotowej sztucznej krwi	szt	5