

Numer sprawy: **LAP.6.2026**

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny  
Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
ul. Al. Jana Pawła II 10  
22-400 Zamość  
tel. 84/677 33 33  
e-mail: aptekasw@szpital.zam.pl

**Zaprasza do złożenia oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 170 000 zł na:  
„Dostawa bronchoskopów jednorazowych i rurek z torem wizyjnym”  
kod CPV: 33181100-3**

**I. Określenie przedmiotu zamówienia:**

**I. BRONCHOSKOP JEDNORAZOWY (JEDNOPACJENTOWY )- 30 szt.**

**Parametry wymagane:**

1. Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny
2. Technologia video ( kamera, źródło światła )
3. Metoda oświetlenia LED – 2 diody
4. Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej
5. Możliwość odsysania i wprowadzania narzędzi poprzez kanał roboczy
6. Port kanału roboczego wykonany z MABS i silikonu
7. W komplecie przewód z poliwęglanu ułatwiający wprowadzenie strzykawki Luer Lock i giętkich akcesoriów endoskopowych do kanału roboczego.
8. Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła, (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego.
9. Rękojeść wykonana z MABS przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne
10. Chropowata powierzchnia rękojeści.
11. Bronchoskopy w trzech rozmiarach 4,2 – 5,4 - 6,3 mm oznaczone kolorystycznie celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury
12. Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek
13. Zakres regulacji góra- dół 180 st
14. Część robocza wprowadzana do dróg oddechowych wykonana z poliuretanu
15. Endoskop bez limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora- wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora.
16. Pole widzenia 85 st
17. Głębia ostrości 6-50 mm
18. Długość części roboczej 600 mm
19. Kanał roboczy o średnicy: 1,2 mm
20. Wejście do kanału roboczego umieszczone od góry
21. Endoskopy kompatybilne z zestawem pojemników do pobierania wydzielin. Pobieranie próbek w systemie zamkniętym. Obejście próżniowe w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej za pomocą adaptera z przełącznikiem przepływu.
22. Do stosowania podczas procedur BAL i toalety drzewa oskrzelowego.

23. Zestaw pojemników: pojemnik na próbkę 30 ml-2 szt, adapter integrujący stabilne połączenie z bronchoskopem -1 szt, adapter ssący 1 szt

## **II. BRONCHOSKOP ZE ZINTEGROWANYMI POJEMNIKAMI DO POBIERANIA BAL , rozm REGULAR/ LARGE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – 30 szt**

### Parametry wymagane:

1. Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny
2. Technologia video ( kamera, źródło światła )
3. Metoda oświetlenia LED – 2 diody
4. Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części robocze
5. Możliwość odsysania i wprowadzania narzędzi poprzez kanał roboczy
6. Port kanału roboczego wykonany z MABS i silikonu
7. W komplecie przewód z poliwęglanu ułatwiający wprowadzenie strzykawki Luer Lock i giętkich akcesoriów endoskopowych do kanału roboczego.
8. Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła, (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego.
9. Rękojeść wykonana z MABS przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne
10. Chropowata powierzchnia rękojeści.
11. Bronchoskopy w trzech rozmiarach 4,2 – 5,4 - 6,3 mm oznaczone kolorystycznie celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury
12. Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek
13. Zakres regulacji góra- dół 180 st
14. Część robocza wprowadzana do dróg oddechowych wykonana z poliuretanu
15. Endoskop bez limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora- wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora.
16. Pole widzenia 85 st
17. Głębina ostrości 6-50 mm
18. Długość części roboczej 600 mm
19. Kanał roboczy o średnicy: 1,2 mm
20. Wejście do kanału roboczego umieszczone od góry
21. Endoskopy kompatybilne z zestawem pojemników do pobierania wydzielin. Pobieranie próbek w systemie zamkniętym. Obejście próżniowe w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej za pomocą adaptera z przełącznikiem przepływu.
22. Do stosowania podczas procedur BAL i toalety drzewa oskrzelowego.
23. Zestaw pojemników: pojemnik na próbkę 30 ml-2 szt, adapter integrujący stabilne połączenie z bronchoskopem -1 szt, adapter ssący 1 szt

## **III. RURKA JEDNOŚWIATŁOWA Z TOREM WIZYJNYM – 15 szt**

1. Rozmiar: 7,0 – 7,5 – 8,0 mm do wyboru przez zamawiającego
2. Długość (+/- 3 mm) 323 mm
3. Źródło światła : 2 diody LED
4. Podłączenie do procesora za pomocą przewodu
5. Kompatybilna z monitorem (pkt. VII)

## **IV. RURKA DWUŚWIATŁOWA Z TOREM WIZYJNYM – 25 szt**

1. Rozmiar: 35, 37, 39, 41 Fr do wyboru przez zamawiającego
2. Źródło światła: 2 diody LED
3. Podłączenie do procesora za pomocą przewodu
4. Kompatybilna z monitorem (pkt. VII)

## **V. KLESZCZYKI DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH, SPIRALA METALOWA POKRYTA TEFLONEM, CHWYTAJĄCY TYPU SZCZURZY ZĄB – 10 szt**

1. Średnica 2,3 mm, do kanału roboczego min 2,5 mm
2. Długość 120 cm

## **VI. KOSZYCZEK DO ENDOSKOPOWEGO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z DRZEWA OSKRZELOWEGO – 20 szt**

1. Średnica 2,3 mm, do kanału roboczego min 2,5 mm
2. Długość 120 cm

## **VII. MONITOR KOMPATYBILNY Z W/W BRONCHOSKOPAMI JEDNOPACJENTOWYMI I RUREKAMI Z TOREM WIZYJNYM - 1 szt**

### Parametry wymagane:

1. Obraz Full HD
2. Wejście video: HDMI I 3G-SDI
3. Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 A (2 złącza)
4. Dwa wyjścia USB
5. Zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne
6. Możliwość zapisu filmów i zdjęć
7. Ekran min 12 cali, kolorowy LCD
8. Antyrefleksyjny ekran dotykowy
9. Wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów
10. Klawiatura medyczna z możliwością opisu badań
11. Tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora video przy podłączeniu kolejnego endoskopu
12. Zasilanie elektryczne + Czas działania baterii min. 2,5 h
13. Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sond
14. Rozdzielczość obrazu 1920 X 1080 pikseli
15. Wbudowana pojemność przechowywania 32 GB
16. Możliwość podłączenia się do systemu PACS poprzez DICOM
17. Funkcja wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń w czasie rzeczywistym z podziałem ekranu na 2 części
18. Monitor wyposażony w trzy wejścia do podłączenia bronchoskopów min. dwóch różnych generacji, rurek jedno i dwuświatłowych z torem wizyjnym.

## **VIII. STACJA ROBOCZA**

1. Uchwyt na monitor
2. Półka na preparaty
3. Kosz do przechowywania akcesoriów i kabli
4. Uchwyt do nawijania kabli
5. Uchwyt do przechowywania zapasowych endoskopów
6. Kolumna nośna z wbudowanym kanałem kablowym
7. Stojak do kroplówek z regulowaną wysokością
8. Podstawa z blokowanymi kółkami obrotowymi

## **II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:**

- 12 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

## **III. Sposób sporządzenia oferty:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
  - 2.1. Wypełniony „Formularz oferta Wykonawcy” (zgodny w treści z przedstawionym wzorem);
  - 2.2. „Formularz oferta cenowa”
  - 2.3. Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotka, folder, opis, itp.) z jednoczesnym podaniem producenta, zawierająca co najmniej dane na temat parametrów wymaganych i określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
  - 2.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.5. Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Zaprośzenia.

3. Zamówienie obejmuje 8 pozycji. Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje asortymentowe.
4. Zamówienie jest prowadzone i będzie realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
5. Zamawiający - w przypadku nie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw wymienionych powyżej (nie dotyczy formularza ofertowego i formularza cenowego) lub złożenia oświadczeń, dokumentów zawierających błędy lub wadliwe pełnomocnictwa wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty, wyznaczając mu termin na uzupełnienie. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1010 i 1649), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne.
13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym oraz do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie "Złóż ofertę". Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy "Oferta złożona poprawnie: O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie "usuń". Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.

**IV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem **LAP.6.2026**
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu w subdomenie: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>, <https://oneplace.marketplanet.pl>

2) Wykonawca po wybraniu opcji "przystęp do postępowania" zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenia "zarejestruj się";

3) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:

- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym, lub
- kontakt numerem telefonu podanym w potwierdzeniu, lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych;

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy MarketPlanet. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.

5. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 25 72 223, e-mail: [oneplace.admin@marketplanet.pl](mailto:oneplace.admin@marketplanet.pl)

**V. Sposób oraz termin składnia ofert.**

1. Termin składania ofert upływa **6 maja 2026r. o godzinie 12.00**. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>
2. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
5. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

**VI. Termin otwarcia ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **6 maja 2026 r. o godz. 13.00** w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 1.37 (Apteka Szpitalna)
2. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, odczyta informację o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzenia działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu składania ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert oraz zmiana treści zaproszenia.**

1. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zaproszenia. Informacja w tym zakresie będzie przekazana do publicznej wiadomości analogicznie jak zaproszenie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni robocze przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedzi na platformie Market Planet.

3. Pytania należy kierować przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza nw. osoby:
  1. w sprawach merytorycznych – Renata Rogala (OIT) – 84/677 38 78
  2. w sprawach formalnych – Małgorzata Choma (Apteka Szpitalna) – 84/677 37 58

#### **VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.**

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – **100 %**

**Kryterium „Cena”** - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
4. Cena brutto stanowiąca kryterium oceny ofert winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

#### **IX. Udzielenie zamówienia.**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie zakupowej Market Planet.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **X. Odrzucenie oferty.**

Oferta podlega odrzuceniu:

1. Nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców ofert dodatkowych, które będą zawierały taką samą cenę.
3. Wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę.
4. Została złożona po terminie składania ofert.
5. Nie została złożona na wszystkie pozycje asortymentowe.
6. Jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

#### **IX. Unieważnienie postępowania.**

Zamawiający może unieważnić postępowanie wówczas gdy:

1. Nie złożono żadnej oferty,
2. Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu
3. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 - Oferta cenowa.
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie
5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
/-/  
*Adam Fimiarz*