

Świebodzin, 06.10.2023 r.

**Znak sprawy ZP.PN.16.2023**

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, pod nazwą: **Usługa wykonania i montażu wyposażenia meblowego oraz dostawa pozostałego wyposażenia do nowobudowanego Pawilonu Rehabilitacyjnego.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź nr 1**

Projektowane postanowienia umowy, które dotyczą pakietu 12 to załącznik nr 3b do SWZ i nie ma tam mowy o wyżej wymienionych zapisach. Sprzęt należy dostarczyć zgodnie z § 3.

**Pytanie nr 2**


Czy Zamawiający wymagać będzie wagi medycznej legalizowanej?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający wymaga wagi medycznej legalizowanej.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 300 kg i z dokładnością odczytu 100g w całym zakresie?





Lubuskie Centrum Ortopedii  
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach : 360 (szer.) x 1100 (wys.) x 480 (gł.) mm?

### Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach platformy antypoślizgowej 360 x 310 cm?

### Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę bez opcji zapamiętywania użytkowników?

### Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę włączaną poprzez naciśnięcie przycisku na panelu wagowym?

### Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę w opcję zapamiętywania 5 pomiarów?

### Odpowiedź nr 8

Zamawiający wyraża zgodę.

Z up. Prezesa LCO Sp. z o.o.

Jolanta Keklak

Naczelną Pielęgniarką