

**Załącznik nr 5 do SWZ
(dotyczy: Grupa 1)**

Zamawiający:

**Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec**

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

**INFORMACJA NA TEMAT SPEŁNIENIA WYMAGANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW**

dotyczących postępowania na:

Sprzedaż i dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.98.24 w zakresie:

GRUPA 1 - SYTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

L.p.	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Probówki systemowe muszą umożliwić pobieranie krwi metodą próżniową i aspiracyjną.	TAK	
2	Igły na stałe złączone z częścią umożliwiającą podłączenie probówki.	TAK	
3	Połączenie igły z probówką powinno gwarantować stabilność zestawu za pomocą odpowiednich zaczepów umiejscowionych na korkach probówek	TAK	
4	Naklejone etykiety na wszystkich probówkach z wyjątkiem strzykawek do gazometrii (pozycja 9,10 i 11) oraz mikroprobówek z kapilarą do krwi włóśniczkowej (pozycja 24, 25 i 32)	TAK	
5	Igły systemowe, łączniki, igły motylkowe muszą być sterylne i pakowane pojedynczo. Muszą być gotowe do użycia bez konieczności i łączenia różnych elementów składowych.	TAK	
6	Kolory korków dla poszczególnych grup badań muszą być wyraźnie zróżnicowane	TAK	

7	<p>Zaoferowany sprzęt musi być kompatybilny z posiadanymi aparatami Zamawiającego, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aparat do oznaczeń biochemicznych ROCHE COBAS c501, - aparat do oznaczeń immunochemicznych ROCHE COBAS e601, - aparaty do oznaczeń koagulologicznych ACL TOP 350, ACL TOP 500, - aparaty do oznaczeń hematologicznych SYSMEX XN-1000, SYSMEX XN-550 - aparat do oznaczeń RKZ RADIOMETER ABL FLEX 90 PLUS 	TAK	
8	<p>Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta co gwarantuje kompatybilność i bezpieczeństwo systemu - w przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta o kompatybilności elementów z systemem.</p>	TAK	
9	<p>Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego instruktażu dla personelu medycznego (forma i termin instruktażu personelu medycznego zostanie ustalony po podpisaniu umowy w dogodnym terminie dla Zamawiającego).</p>	TAK	