



## ZAŁĄCZNIK NR 4

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla zamówienia pn.:

#### Część nr 2

**Elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku  
w ramach projektu pod nazwą  
„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”**

L.p.	Parametr	Charakterystyka / wymagania minimalne
1.	Tablica okulistyczna fabrycznie nowa	TAK
2.	Wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż 2024r.	TAK
3.	Wymiary	Min: wys. 53 cm x szer. 39cm x głębokość 60mm.
4.	Wyposażona w pilot z możliwością: - włączania /wyłączania tablicy - wyboru podświetlenia jednego znaku oraz wybranego wiersza znaków - wybór kierunku przemieszczania się kursora Produkt posiada Atest CE Tablica optotyp cyfry (CN)	TAK
5.	Wygaszanie tablicy	Tak
6.	Minimalny (wymagany) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z SWZ. Punktacja w tym kryterium znajduje się w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).	min. 24 miesiące