

ZAŁĄCZNIK NR 4

SZCZEGÓŁOWA OFERTA PRZEDMIOTOWA

dla zamówienia pn.:

Część nr 3
Lodówka z monitoringiem temperatury
w ramach projektu pod nazwą
„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”

L.p.	Parametr	Charakterystyka / wymagania minimalne
1.	Lodówka fabrycznie nowa	TAK
2.	Wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż 2024r.	TAK
3.	Wysokość zewnętrzna	min. 80 cm - max 135 cm.
4.	Pojemność	min. 120l
5.	Przeznaczenie – do leków i szczepionek	Tak
6.	Zakres temperatur	min. 2°C – max. 8 °C
7.	Elektroniczne sterowanie temperaturą	Tak
8.	Alarmy dźwiękowe : alarm wysokiej i niskiej temperatury	Tak
9.	Drzwi pełne	Tak
10.	Minimalny (wymagany) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z SWZ. Punktacja w tym kryterium znajduje się w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).	min. 24 miesiące