

**Videolaryngoskop do trudnej intubacji w ilości – 2 sztuki**

**A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ/model: .....

Producent: .....

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): .....

**Parametry techniczne i eksploatacyjne:**

Lp.	FUNKCJA/PARAMETR	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 "	TAK	
2.	Wymiary aparatu: 180 mm x 68 mm x 110 mm	TAK	
3.	Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni	TAK	
4.	Kamera CMOS	TAK	
5.	Źródło światła: LED	TAK	
6.	Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii	TAK	
7.	Przycisk włączania urządzenia umieszczony w baterii	TAK	
8.	Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min.	TAK	
9.	Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii	TAK	
10.	Waga urządzenia nie większa niż 180g	TAK	
11.	Ochrona przed wnikaniem wody min Ipx7	TAK	

12.	Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z odpornego na zaparowanie polimeru optycznego klasy medycznej w rozmiarach: 1- dł 12 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1 cm 2 - dł 13 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1 cm 3 - dł 14,5 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1,5 cm 4 - dł 16,5 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1,5 cm Łyżki posiadające zatrzaski blokujące, oraz rozmiar umieszczony na łyżce	TAK	
13.	Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3	TAK	
14.	Etui twarde do ochrony Videolaryngoskopu na wyposażeniu	TAK	
15.	Gwarancja min. 24 miesięcy	TAK	

**B. FORMULARZ CENOWY**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Typ, model/ symbol/ nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto
1	Videolaryngoskop			2 szt.				
RAZEM:					X		X	