

Gmina Jarocin  
Jarocin 159  
37-405 Jarocin  
IŚM.271.28.2025

Jarocin, 04.12.2025r.

**WYJAŚNIENIA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn. „**Dostawa i montaż wyposażenia w budynku DPS w Zdziarach**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**PYTANIE: 1**

Czy Zamawiający oczekuje załączenia do ofert deklaracji zgodności , certyfikatu CE oraz powiadomienia/ zgłoszenia lub wpisu do wykazu dystrybutorów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r dla systemu masażu limfatycznego?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający oczekuje załączenia w/w dokumentów do oferty.

**Powyższe zmiany treści SWZ, nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.**

**Wójt Gminy Jarocin  
/:/ Tomasz Podpora**