

---

znak sprawy: SZ.2910.24.( 69 /ZP/25).2025.EK

<b>SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</b>
---

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**  
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 z zm.).

**ZAMAWIAJĄCY:**

**NAZWA:** Wojewódzki Szpital Zespolony

**ADRES:** ul. Medyczna 19, 09-400 Płock

**REGON:** 000650070

**NIP:** 7742411908

**NR TEL. ZAMAWIAJĄCEGO :** +48 24 36 46 100 (sekretariat)

**NR TEL. PUNKTU KONTAKTOWEGO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:** +48 24 36 46 313

**ADRES E-MAIL ZAMAWIAJĄCEGO:** zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl

**ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:**

<https://ezamowienia.gov.pl/> (na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia)

**GODZINY PRACY:** 7:30 – 15:00

**TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz.1320 z zm.),
---

**NAZWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:**

**Dostawa** medycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Inwazyjnego leczenia Udarów Mózgu w WSZ w Płocku.

Sporządziła:  
EWA KULWICKA

## I. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz.1320 z zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów właściwych dla wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonej na podstawie art. 3 Pzp.

**Przedmiot zamówienia: Dostawa** medycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Inwazyjnego leczenia Udarów Mózgu w WSZ w Płocku

**1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: asortyment opisany w załączniku nr 1 do SWZ – pakiety: od nr 1 do nr 10**

**2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

**Słownictwo główne**  
**Główny 33123000-8**

**Nazwa wg CPV**  
**wyroby ,urządzenia do diagnostyki**  
**sercowo- naczyniowej**

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają następujące dokumenty będące integralną częścią SWZ:

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

5. Rozwiązania równoważne

a) W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyrób równoważny.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

Za równoważny zamawiający uzna wyrób o właściwościach i cechach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności na etapie złożenia oferty będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nie udowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.

b) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104- 107 Pzp, że oferowane przez niego rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami - dowody potwierdzające równoważność

6. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych tj. przewidujących odmienny niż przewidziany w SWZ sposób wykonania zamówienia.

7. Oferty częściowe.

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia.

**Zakres części** - każdy z wyodrębnionych pakietów/ każda wyodrębniona część opisu przedmiotu zamówienia jest oddzielną częścią zamówienia. Wyodrębniona część / pakiet sam w sobie stanowi całość i jest niepodzielny tzn. wykonawca musi złożyć ofertę na cały pakiet/ wyodrębnioną część.

**Przedmiot części:** szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części/pakiety i ich opisem jest określony w załączniku nr 1 – **pakiety/części od nr 1 do nr 10 do SWZ** będącym integralną częścią niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane odrębnie dla każdego pakietu (części zamówienia). Wykonawca składając ofertę na różne pakiety/części nie musi składać kilku dokumentów podmiotowych, wystarczy że złoży jeden komplet dokumentów. Oferty częściowe będą oceniane odrębnie w każdym pakiecie zgodnie z podanym kryterium oceny ofert.

8. Wymagany termin płatności faktur – 60 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego
9. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający **przewiduje** płatności wynagrodzenia w częściach.
10. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w inny sposób dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
11. Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, w tym pracowników Zamawiającego zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający **wymaga**, aby przedmiot zamówienia był dostępny dla osób niepełnosprawnych, których rodzaj i stopień niepełnosprawności umożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia. Zamawiający **wymaga**, żeby przedmiot zamówienia był projektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
12. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać oznakowanie zgodności CE zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dn. 05.04.2017 r. oraz ustawy z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2023 poz. 826 ze zm.).
13. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

## II. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie **12 miesięcy** od daty podpisania umowy, przy czym zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w tym czasie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

## III. Wymagania stawiane Wykonawcy

1. Pojęcie Wykonawcy/ podwykonawcy/ podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy swój potencjał / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  - 1.1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
  - 1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć wspólną ofertę, a zapisy niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
Szczegółowe regulacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w dziale XX SWZ.
  - 1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
Szczegółowe regulacje dotyczące możliwości udostępniania zasobów opisano w dziale XXI SWZ.  
Ze względu na brak określenia w postępowaniu warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych i sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zapisy ustawy Pzp dotyczące możliwości polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu.
  - 1.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Szczegółowe regulacje dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy opisano w dziale XXII SWZ.
2. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
  - spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w V SWZ
  - nie podlega wykluczeniu na podstawie opisanej w VI SWZ
  - złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp
3. Zamawiający **nie zastrzega**, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94 Pzp.

4. Zamawiający **nie określa** wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.). – dotyczy zamówień na usługi lub roboty budowlane, o których mowa w art. 95 Pzp.

5. Zamawiający **nie określa** innych wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia, o których mowa w art. 96 Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający **nie wymaga** złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121.

11. Zamawiający **nie wymaga** złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

Zamawiający **dopuszcza** możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

#### **IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone a art. 112 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **V. Podstawy wykluczenia z postępowania**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z poniższymi postanowieniami SWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w następujących przypadkach:

##### **2.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj.:**

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz.1745),
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **2.2 dodatkowo na podstawie art.109 ust.1 pkt 4-10 ustawy Pzp tj**

- 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd ,zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
- 5)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa jego uczciwość w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów
- 6)jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art.56 ust.2 którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż wykluczenie wykonawcy
- 7)który z przyczyn leżących po jego stronie w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wad
- 8)który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji ,że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,
- 9)który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- 10)który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

## **2.3. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.**



1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. pkt3 ustawy.

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy.

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- 2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia po stronie każdego z podmiotów składających ofertę wspólną musi być brak podstaw do wykluczenia.
- 3 W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp musi wykazać, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. – NIE DOTYCZY
- 4 Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania.
- 5 Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub 109 ust.1 pkt 4,5 i 7-10 uPzp jeśli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, tj. skorzysta z instytucji tzw. self-cleaningu, a Zamawiający oceni, że podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
- 6 W przypadku, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 4,5 lub 7 Pzp, zamawiający może nie wykluczać, wykonawcy jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy o którym mowa w ust.1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
8. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, zamawiający nie wyklucza wykonawcy, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji jeżeli wykonawcy wykażą że przygotowali oferty niezależnie od siebie.
9. W przypadkach o których mowa w art.108 ust.1 pkt 6 Pzp zamawiający nie wyklucza wykonawcy, jeżeli spowodowane zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **VII. Wadium.**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **VIII Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SWZ;
2. Ofertę należy złożyć wg. zasad opisanych w dziale XVI pkt. 3 SWZ;
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;
4. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców;
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę;
7. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy;
8. Do ofert muszą być dołączone wymagane niniejszą SWZ oświadczenia i dokumenty. Jeśli wykonawca nie wypełni w formularzu oferty określonych pól w odniesieniu do których są postawione w SWZ wymogi minimalne lub maksymalne Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca złożył ofertę odpowiednio na wymóg minimalny lub maksymalny;
9. Błędy formalne w sposobie przygotowania oferty nie wpływające na jej treść nie stanowią podstawy do odrzucenia oferty ze względu na to, iż jej treść nie odpowiada treści SWZ;

## IX. Wycofanie oferty oraz złożenie oferty po terminie.

1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wycofuje ofertę, korzystając z platformy e-Zamówienia poprzez wybranie w zakładce „Oferty/wnioski” przycisku „Wycofaj ofertę”.
2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
3. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną po terminie.

## X. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, wymaganych od Wykonawcy:

### A. Dokumenty składające się na ofertę oraz których złożenie jest wymagane w załączeniu do oferty

1. Formularz oferty (wg załącznika nr 2 do SWZ) – forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt. 3 SWZ.
2. Formularz przedmiotowo cenowy wg załącznika nr 1 do SWZ – forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt. 3 SWZ.
3. Oświadczenie **stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu**(składają również wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy) – przykładowy wzór wg. zał. nr 2 do SWZ
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia **pełnomocnictwa** lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający żąda złożenia ww. dokumentów odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5. Przedmiotowe środki dowodowe.

**Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.**

- 3.1. **na wszystkie wyroby medyczne** występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017r. oraz ustawy z dnia 7.04.2022r. o wyrobach medycznych (*Dz.U. 2023 poz. 826 ze zm.*) oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.
  - **certyifikat zgodności** – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że wyrób jest zgodny z wymaganiami ww. rozporządzeniem -jeśli zgodnie z przepisami prawa wymagana jest certyfikacja wyrobu.  
W przypadku , gdy z przedłożonego certyfikatu zgodności wynika, że utracił ważność, ale pozostaje on ważny na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dn.15.03.2023r.-oświadczenie producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie warunków ww. rozporządzenia uprawniające do przedłożenia ważności certyfikatu z mocy prawa.
  - **deklarację zgodności** – CE- oświadczenie producenta że, wyrób nią objęty jest zgodny z ww. rozporządzeniem.

- 3.2. **materiały promocyjne** opisujące przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do SWZ, będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku, gdy nie opracowano dla przedmiotu zamówienia materiałów promocyjnych lub brak jest w materiałach promocyjnych potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami Wykonawca może przedłożyć następujący równoważny środek dowodowy (wg wyboru Wykonawcy): specyfikację techniczną producenta lub jej wyciąg, zdjęcie potwierdzające powyższe lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w Unii Europejskiej.

W przypadku braku potwierdzenia wymagań i cech przedmiotu zamówienia w dokumentach, o których mowa w niniejszym punkcie (brak informacji w dokumentach lub niezgodne informacje), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w trybie odpowiednio art. 226 ust. 2 lit. c lub ust. 5 ustawy Pzp.

**B. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wymagane w załączeniu do oferty wg załącznika nr 3 do SWZ.**

1. W przypadku **wspólnego ubiegania się o zamówienie** przez wykonawców każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne oświadczenie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o zamówienie oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu

**C. Podmiotowe środki dowodowe - dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia - wymagane na wezwanie Zamawiającego**

**1. oświadczenie lub dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu - nie są wymagane**

**2. oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.** dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej,
- b) informacja z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
- c) informacja z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

**D. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – nie dotyczy.**

**E. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja, spółki cywilne).**

**1. wymagane w załączeniu do oferty**

**1.1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów**

- 1.1.1. oświadczenie wskazane w pkt X lit. A pkt. 3 i lit. B niniejszej SWZ (oświadczenia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w pkt. X B pkt. 1 SWZ



- 1.2. **pełnomocnictwo** do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. **potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,**

#### **2.1 - dokumenty o których mowa w lit C pkt.2 SWZ**

### **F. Dokumenty wymagane od podmiotów zagranicznych – jak od innych wykonawców**

### **G. Wymogi szczególne dot. składanych dokumentów i skutki ich braku**

1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w dziale X SWZ sporządzane są i przekazywane zamawiającemu zgodnie z postanowieniami działu XVI SWZ.
2. Skutki braku złożenia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw.

#### **2.1. Przedmiotowe środki dowodowe.**

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

#### **2.2. Podmiotowe środki dowodowe.**

2.2.1. Wykonawca nie składa wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń określonych w SWZ jako „wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert”. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2.2.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

2.2.3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

2.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1Pzp.

2.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

2.2.6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma

uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.

2.2.7. Zapisy dot. podmiotowych środków dowodowych stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy SWZ dotyczące podmiotów zagranicznych stosuje się odpowiednio.

2.2.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w dziale X lit. A pkt. 3, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów..

### 2.3. Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, art.7 ust. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r ( lit,C pkt.2) oraz innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub - pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. Wyjaśnienia:

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

#### 4. Podstawa odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

#### 5. Etykieta, o której mowa w art. 104 ustawy Pzp. – NIE DOTYCZY

#### 6. Wymogi dotyczące przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, o których mowa w art. 105 ustawy Pzp.

- W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

- Zamawiający akceptuje odpowiednie inne przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia

7. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe do opisanych w SWZ, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy.

8. W przypadku przedkładania deklaracji zgodności lub certyfikatu mających postać szerszej listy niż oferowane produkty, Wykonawca powinien wskazać jednoznacznie Zamawiającemu, które pozycje w deklaracji lub certyfikacie dotyczą oferowanego asortymentu

9. W przypadku przedkładania materiałów promocyjnych, lub innych dokumentów o których mowa w pkt. X lit. A pkt. 5 SWZ Wykonawca powinien wskazać jednoznacznie Zamawiającemu, które pozycje opisane w tych dokumentach dotyczą oferowanego asortymentu.

#### **XI. Sposób oceny oferty.**

1. Oferta oceniana będzie pod względem:
  - 1.1. oceny, czy została złożona przez wykonawcę, który:
    - nie podlega wykluczeniu,
    - spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego,
  - 1.2. merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi kryteriami oraz oceny zgodności złożonej oferty z wymogami zamawiającego oraz pod względem przesłanek odrzucenia oferty określonych w art. 226 ustawy Pzp.
2. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w szczególności następujących czynności:
  - zbada czy oferta została złożona w terminie składania ofert,
  - zbada czy oferta została prawidłowo podpisana przez upoważnioną osobę, w tym wezwie do uzupełnienia pełnomocnictw w trybie art. 128 ust. 1 Pzp,
  - zbada czy oferta została zabezpieczona wadium, jeśli jest ono wymagane,
  - zbada czy wykonawcy odbyli ewentualną wizję lokalną,
  - zbada ewentualne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  - zbada oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w tym wezwie do jego uzupełnienia w trybie art. 128 ust. 1 Pzp lub jego wyjaśnienia w trybie art. 128 ust. 4 Pzp,
  - dokona poprawienia omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w ofercie, stosownie do treści art. 223 Pzp,
  - zbada czy nie występują przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 pkt. 3 i 4 Pzp,
  - zbada występowanie rażąco niskiej ceny, stosownie do treści art. 224 Pzp,
  - zbada zgodność oferty z przedmiotem zamówienia i warunkami zamówienia w tym wezwie do wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 Pzp i 107 ust. 4 Pzp, uzupełnień w trybie art. 107 ust. 2
  - dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy.
  - dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 226 Pzp.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Dogrywka.
- 4.1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
- 4.2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 230 Pzp.
6. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone ewentualnie o unieważnieniu postępowania.

#### **XII. Kryteria oceny ofert i sposób dokonania wyboru**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
2. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i tak obliczona cena będzie stanowiła podstawę do oceny i porównania ofert w kryterium „cena oferty brutto”.

#### **XIV. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **10.01.2026r.** (włącznie).
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## **XV. Wyjaśnienia treści SWZ**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2.
5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

## **XVI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

### **1. Środki komunikacji.**

1.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszym rozdziale.

### **2. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.**

2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

2.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

2.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

- Pani Sławomira Kielczewska – **Kierownik Sekcji Zaopatrzenia**,

Tel. +48 24 364 63 39,

e-mail: [s.kielczewska@wszplock.pl](mailto:s.kielczewska@wszplock.pl),

- Pani Ewa Kulwicka – **Inspektor Sekcji Zaopatrzenia**

Tel. +48 364 63 13

e-mail: [zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl](mailto:zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl)

-w sprawach merytorycznych, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

– dr n med. Wojciech Czepiel kierownik Pracowni Inwazyjnego Leczenia Udarów Mózgu

2.4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

2.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

2.6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

2.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w



sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwanym dalej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

2.8. Dokumenty elektroniczne<sup>1</sup>, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanym dalej rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

2.9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty<sup>2</sup>, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

2.10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

2.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

2.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia<sup>5</sup> wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

2.13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

2.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

2.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia<sup>5</sup> wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

2.13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

2.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

2.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.

2.16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.



2.17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl (nie dotyczy składania ofert).

### **3.Opis sposobu przygotowania i składania oferty**

3.1. Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy” będący załącznikiem nr 2 do SWZ, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 3.5.

3.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag & drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

3.3. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” oraz pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

3.4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

3.5. **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu kwalifikowanego jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy odrębnie załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

**Pozostałe dokumenty** wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

3.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

3.8. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

### **4. Wymagania dotyczące przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych.**

4.1. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe (jeśli wymagane SWZ), przedmiotowe środki dowodowe (jeśli wymagane SWZ), inne dokumenty w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp (jeśli dotyczy) zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

4.3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa w pkt 4.2, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

4.4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 4.3, dokonuje w przypadku:

- a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, o których mowa w pkt 4.2, - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
- b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
- c) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4.5. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

4.6. Podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (ośw. podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli jest wymagane w SWZ) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeśli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy), niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (ośw. podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli jest wymagane w SWZ) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeśli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy), niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

4.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 4.7, dokonuje w przypadku:

- a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
- b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (ośw. podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli jest wymagane w SWZ) oraz zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeśli dotyczy), - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
- c) pełnomocnictwa – mocodawca.

4.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 4.4 i 4.8, może dokonać również notariusz.

4.10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

- a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
- b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
- c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

## **5. Zastrzeżenie informacji niejawnych.**

5.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

5.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

5.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku lub folderze wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

5.5. Jeżeli Wykonawca zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub nie wykaże wraz z ich przekazaniem, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający ma prawo ujawnić je do publicznej wiadomości.

5.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako niejawne.

**6.** Wyjaśnienia na pytania, zmiany SWZ i inne pisma kierowane przez Zamawiającego do Wykonawców, które zgodnie z ustawą wymagają udostępnienia na stronie internetowej, zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania - <https://ezamowienia.gov.pl/>

## **XVII. Składanie i tryb otwarcia ofert.**

**1. Oferty należy złożyć zgodnie z wymogami opisanymi w dziale VIII i XVII pkt. 3 SWZ do dnia 12.12.2025 r. do godz. 09:00.**

**2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2025 r. o godzinie 12:00.**

3. Otwarcie ofert następuje poprzez otwarcie etapu postępowania, po czym nastąpi proces odszyfrowania ofert na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/>

4. Otwarcie ofert jest niejawne.

5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

## **XVIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Umowa zostanie Wykonawcy przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w postaci dokumentowej na adres siedziby wykonawcy podany w ofercie lub adres do korespondencji podany w ofercie - zgodnie z wyborem Zamawiającego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do podpisania umowy w dniu jej otrzymania.

3. W przypadku przesłania Wykonawcy umowy drogą pocztową lub w formie e-mail, zobowiązany jest on odesłać podpisane egzemplarze umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie **3 dni roboczych** od daty odbioru.

4. Brak podpisania umowy w wyznaczonym terminie lub odesłania Zamawiającemu umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi w art. 263 i art. 98 ust. 6 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Umowa zostanie podpisana na zasadach określonych w projekcie będącym załącznikiem nr 4 do SWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577, art.264 ust.2 ustawy Pzp, w terminie:  
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia jednej zbiorczej umowy na części zamówienia, na które oferta wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### **XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XX. Oferta wspólna wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia – dotyczy np. oferty składanej przez konsorcjum lub spółkę cywilną tj. wykonawcę określonego w art. 58 ust. 1 Pzp**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia poprzez złożenie oferty wspólnej (łącznej). Jeżeli oferta jest ofertą wspólną musi z niej wynikać:
  - jakie podmioty składają ofertę - pełna nazwa i adres siedziby
  - cel wspólnych działań jako złożenie oferty wspólnej oraz wspólne zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.  
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.  
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą, w braku odmiennego zastrzeżenia w pełnomocnictwie, wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) ze skutkiem dla mocodawców.
4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” zaleca się, aby wpisać dane dotyczące podmiotu składającego ofertę wspólną, a nie pełnomocnika.
5. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie wybrany wykonawca będzie musiał dostarczyć przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne (w przypadku wygrania postępowania) pod rygorem, iż odmawia on podpisania umowy z Zamawiającym.
6. Zakazuje się zmian uczestników podmiotu składającego ofertę wspólną, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp.
7. Zamawiający określa sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu w pkt. V SWZ.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia po stronie każdego z podmiotów składających ofertę wspólną musi być brak podstaw do wykluczenia.
9. Podmiot składający ofertę wspólną jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z postanowieniami pkt. X lit. E niniejszej SWZ.
10. Jeżeli podmiot występujący wspólnie - spółka cywilna - na podstawie odrębnych przepisów dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) - odpowiednie dokumenty powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
11. Dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, stosownie do treści art. 60 ustawy Pzp.
13. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, stosownie do treści art. 58 ust. 4 Pzp.
14. W pozostałym zakresie zapisy SWZ i ustawy Pzp dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.



**XXI. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – nie dotyczy w przypadku braku określenia przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.**

**XXII. Podwykonawcy – podmioty nie będące podmiotami udostępniającymi zasoby.**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia będzie ponosił Wykonawca
2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Zamawiający nie bada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie zamawiającego nie przedstawia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

**XXIII. Informacje związane z RODO.**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku informuje, że:
  - dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi;
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, 09-400 Płock, tel. +48 24 3646322, e-mail sekretariat@wszplock.pl ;
  - inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku jest Pani Katarzyna Klimowicz, kontakt: adres e-mail [k.klimowicz@wszplock.pl](mailto:k.klimowicz@wszplock.pl), tel. +48 24 3646728;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pt.:

**Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni  
Inwazyjnego leczenia Udarów Mózgu w WSZ w Płocku.**

**znak postępowania SZ.2910.24.( 69/ZP/25).2025 EK.**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja wstępnych konsultacji rynkowych lub postępowania w oparciu o art. 16 art. 18 ust.6, art. 19, art.74, 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa Pzp”, a także w oparciu o art.

6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednakże nie krócej niż 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy. W przypadku, gdy zamówienie jest dofinansowane ze źródeł zewnętrznych okres przechowywania będzie zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie, jeśli będzie on dłuższy niż ww.;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:



- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
- 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Należą do nich obowiązki z:
  - art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w ofercie lub dokumentów składanych zamawiającemu,

- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych zamawiającemu, chyba że zastosowanie ma co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

#### **XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Szczegółowe regulacje dotyczące wniesienia środków ochrony prawnej przewidziano w dziale IX ustawy Pzp.

**XXV. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - możliwość unieważnienia została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.**

**XXVI. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ) oraz akty wykonawcze do ustawy.**

#### **XXVII. Załączniki:**

1. Opis przedmiotu zamówienia (formularz przedmiotowo-cenowy) – załącznik nr 1
2. Formularz oferty – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 4

2025-2026

Załącznik nr 1 do SWZ(pakiety 1-10)

**Pakiet nr 1 Pakiet zestawów obłożeń jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych na tętnicach szyjnych i mózgowych medyczny**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun	Cena jedn. netto	Wartość Zam. netto	Stawka VAT w %	Wartość Zam. brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
									Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Zestaw do arteriografii mózgowej zabiegowy</b> Skład-zestawu: •1 x prześcieradło pod pacjenta 152x 190 cm •1 x Serweta angiograficzna w rozmiarze 240x370 cm wykonana z włókniny typu sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przyklepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150 cm • 1 x serweta na stół zabiegowy i do zawinięcia zestawu wzmocniona po całości 150/155 x 190/195 cm • 1x osłona przezroczysta typu torba z gumką 85x90cm • 3 x osłona przezroczysta typu czapeczka Skład	Szt.	20					2			

<p>zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x prześcieradło pod pacjenta 152x 190 cm</li> <li>• 1 x Serweta angiograficzna w rozmiarze 240x370 cm wykonana z włókniny typu sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dokoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150 cm</li> <li>• 1 x serweta na stół zabiegowy i do zawinięcia zestawu wzmocniona po całości 150/155 x 190/195 cm</li> <li>• 1x osłona przezroczysta typu torba z gumką 85x90cm</li> <li>• 3 x osłona przezroczysta typu czapeczka 120x120cm</li> <li>• 1 x osłona przezroczysta na uchwyt monitora z gumką 160x30 cm z taśmą klejącą 6x10 cm na obu końcach</li> <li>• 1 x dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR, 84 BAR dł. 200cm</li> <li>• 1 x miseczka okrągła 250 ml przezroczysta na kontrast z podziałką</li> <li>• 1 x miseczka okrągła 500 ml przezroczysta na sol fizjologiczna z podziałką</li> <li>• 1 x miseczka okrągła 500 ml niebieska z podziałką</li> <li>• 1 x miska okrągła 2500 ml niebieska z uchwytami na mikrocewniki i przewodniki</li> <li>• 1 x miseczka okrągła 120 ml przezroczysta z podziałką</li> <li>• 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, rozm. "L"</li> </ul>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	<b>Zestaw do arteriografii mózgowej – diagnostyczny</b> Skład zestawu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x prześcieradło pod pacjenta 152x190 cm</li> <li>• 1 x Serweta angiograficzna 240x370cm z włókniny typu sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tt. promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150cm</li> <li>• 1 x serweta na stół zabiegowy i do zawinięcia zestawu 152x152cm</li> <li>• 1 x osłona przezroczysta typu torba z gumką 85x90cm</li> <li>• 3 x osłona przezroczysta typu czapka 120x120cm</li> <li>• 1 x dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR 84 BAR dł. 200cm</li> <li>• 1 x miseczka okrągła 250 ml przezroczysta na kontrast z podziałką</li> <li>• 1 x miseczka okrągła 500 ml przezroczysta na sól fizjologiczną z podziałką</li> <li>• 1 x miseczka okrągła 500 ml niebieska z podziałką</li> <li>• 1 x miska okrągła 2500 ml niebieska z uchwytem na mikrocewniki</li> <li>• 1 x miseczka okrągła 120 ml przezroczysta z podziałką</li> <li>• 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, rozm. "L"</li> <li>• 20 x gaziki 10x10cm, 12 warstwowe</li> <li>• 3 x strzykawka 10 ml Luer Lock z gumowym</li> </ul>	Szt.	25					2			



	<p>tłokiem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•1x zawór odcinający przepływ Flow Switch</li> <li>•1x serweta absorbująca 40 x 60 cm z nieprzemakalną warstwą spodnią</li> <li>•1x skalpel z rączką rozm. 11</li> <li>•1 x kołec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach posiadający kanał powietrzny i płynowy.</li> <li>•1x plaster operacyjny 9 x 49 cm</li> <li>•1x gaza operacyjna pochłaniająca płyny 45x45cm, biała, 6 warstwowa z nitką RTG i sznurkiem</li> </ul>										
3	<p><b>Inflator z serwetą absorbującą</b></p> <p>Strzykawka z manometrem, pojemność 20ml, zakres ciśnień 0-30 atmosfer, z podwójnym systemem mierzenia ciśnienia w atm i psi, ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiającego obsługę, mechanizm blokujący w formie przycisku, możliwość obrotu manometru o 90 stopni, w komplecie z drenem wysokociśnieniowym z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym, w komplecie z serwetą absorbującą z nieprzemakalną częścią spodnią w rozmiarze 40x60 do zabiegów trombektomii mechanicznej</p>	Szt.	30					2			
4	<p><b>Y-connectory wysokociśnieniowe</b></p> <p>zestawi z drenem, kranikiem trójdrożnym, oraz igłą tępą</p>	Szt.	30					2			
RAZEM:											

.....

.....  
(nazwa firmy)

2025-2026

Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

**PAKIET NR 2 - Pakiet diagnostyczny z introduktroami naczyniowymi medyczny**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Introduktory do nakłucia tętnicy promieniowej- zestaw z igłą i przewodnikiem</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• koszulka wykonana z <b>ETFE</b></li><li>• średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm</li><li>• w zestawie miniprowadnik 0,025", 0,021" lub 0,018" o długości 45 cm z prostą końcówką</li><li>• w zestawie atraumatyczny i stożkowato zakończony rozszerzacz, wykonany z polipropylenu</li><li>• atraumatyczne i super gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem</li><li>• silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym</li><li>• ucho do szwu chirurgicznego</li><li>• Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm</li></ul>	Szt.	20						2			

2.	” <b>Introductory udowe – zestaw z igła i miniprowadnikiem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszulka wykonana z <b>ETFE</b></li> <li>• średnice 4 – 9 Fr, długości 7, 10, 16, 25 cm</li> <li>• miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą</li> <li>• w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatraskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrask łatwo odłamywany jedną ręką</li> <li>• atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza</li> <li>• boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku</li> <li>• silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym</li> <li>• ucho do szwu chirurgicznego</li> </ul>	szt	20						2			
----	--	-----	----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

3	<p><b>Prowadniki nitinolowe, hydrofilne - powyżej 180 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038,"</li> <li>• dostępne różne długości elastycznej części dystalnej 1 cm, 3 cm, 5 cm oraz 8 cm</li> <li>• końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J,</li> <li>• rdzeń nitinolowy o zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej</li> <li>• w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe</li> <li>• trwała powłoka hydrofilna M COAT na całej długości</li> <li>• atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu</li> <li>• dostępne w wersji o standardowej sztywności (średnica rdzenia 0,5 mm), półsztywnej (średnica rdzenia 0,6 mm) i sztywnej (średnica rdzenia 0,7 mm).</li> <li>• długości <b>220, 260, 300, 400 cm</b></li> </ul> <p><b>powłoka hydrofilna i konstrukcja wykonane w tej samej technologii dla wszystkich zaoferowanych prowadników. identyczna pamięć kształtu dla wszystkich prowadników danej sztywności. półprzezroczyste opakowanie. z naklejką. kolor naklejki w różnej kolorystyce dla różnych sztywności prowadnika.</b></p>	szt	20						2			
---	---	-----	----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

4	<p><b>Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej</b>  hydrofilny do zabiegów ad hoc PCI  Koszulki hydrofilne , <b>cienkościenne</b>,  przeznaczone do zabiegów typu ad hoc PCI , drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych , zabiegów rotablacji itp  Dostępne średnice wewnętrzne 5 , 6 , 7F;  średnica zewnętrzna o 1F mniejsza od średnicy wewnętrznej  Grubość ściany koszulki 0,12mm, średnica zewnętrzna 2,46mm dla rozmiaru 6F Dostępne długości 10 i 16 cm  W zestawie prosty przewód stalowy mini spring lub przewód polimerowy (Niti) - średnice 0,025"; 0,021"; 0,018"Długość przewodu 45cm  Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie Koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta powłoką hydrofilną, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką</p>	Szt.	20						2			
---	---	------	----	--	--	--	--	--	---	--	--	--



5	<b>Angiograficzne cewniki diagnostyczne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr</li> <li>• długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm oraz 125 cm</li> <li>• dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem</li> <li>• zbrojony podwójnym opłotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej</li> <li>• miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia)</li> <li>• duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla 4 Fr = 0,041" / 1.03 mm</li> <li>- dla 5 Fr = 0,047" / 1.20 mm</li> </ul> </li> <li>• dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi</li> <li>• z otworami bocznymi lub bez</li> <li>• duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych.</li> </ul>	Szt.	20						2			
---	---	------	----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

6	<p><b>Cewniki Hydrofilne 4Fr i 5Fr</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z przewodnikiem 0,038"</li> <li>- długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm</li> <li>- średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr</li> <li>- atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia)</li> <li>- dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm,</li> <li>- kontrola trakcji 1:1</li> <li>- wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi</li> <li>- dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem - sztywniejsza i twardsza</li> <li>- 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi)</li> <li>- 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi)</li> </ul>	Szt.	20						2			
---	--	------	----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

7	<p><b>Koszulka prowadząca, z markerem, zbrojona o długości 90 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszulka do zabiegów diagnostycznych i interwencyjnych w tym do zabiegów w obrębie tętnic szyjnych</li> <li>• dostępne średnice 5, 6, 7 lub 8Fr</li> <li>• kompatybilna z przewodnikiem 0,038"</li> <li>• duża średnica wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,076" (1,93 mm) dla 5 Fr</li> <li>- 0,087" (2,20 mm) dla 6 Fr</li> <li>- 0,101" (2,54 mm) dla 7 Fr</li> <li>- 0,115" (2,90 mm) dla 8 Fr</li> </ul> </li> <li>• pokrycie hydrofilne na 15 lub 60 cm</li> <li>• zbrojona opłotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu</li> <li>• cała koszulka dobrze widoczna pod skopią</li> <li>• <b>złoty marker 5 mm od końca dystalnego</b></li> </ul> <p><b>dostępna wersja z odkręcaną zastawką</b></p>	Szt.	20						2			
---	---	------	----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

8	<b>Zestaw do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej</b> Bioresorbowalny zamykacz wkłuć naczyniowych: -zamykanie naczynia do wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) – wszystkie komponenty wchłanialne do 90dni, - System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F-8F, - dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen), - w zestawie urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik, - zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8F-2 polimerowe dyski (jednej wewnątrz naczynia, drugi na zewnątrz) Średnica urządzenia 6 F i 8 F dla prowadników 0.035" dla 6F i 0.038" dla 8 F.	Szt.	10						2			
---	--	------	----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

9	<p><b>Prowadniki nitinolowe, hydrofilne - do 180 cm (włącznie)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038,"</li> <li>• dostępne różne długości elastycznej części dystalnej 1 cm, 3 cm, 5 cm oraz 8 cm</li> <li>• końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J,</li> <li>• rdzeń nitinolowy o zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej</li> <li>• w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe</li> <li>• trwała powłoka hydrofilna M COAT na całej długości</li> <li>• atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu</li> <li>• dostępne w wersji o standardowej sztywności (średnica rdzenia 0,5 mm), półsztywnej (średnica rdzenia 0,6 mm) i sztywnej (średnica rdzenia 0,7 mm).</li> <li>• długości <b>50, 80, 120 ,150, 180cm</b></li> </ul> <p><b>powłoka hydrofilna i konstrukcja wykonane w tej samej technologii dla wszystkich zaoferowanych prowadników. identyczna pamięć kształtu dla wszystkich prowadników danej sztywności.</b></p> <p>półprzezroczyste opakowanie. z naklejką. kolor naklejki w różnej kolorystyce dla różnych sztywności prowadnika.</p>	Szt.	20						2			
---	--	------	----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

R A Z E M											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



.....  
(nazwa firmy)

2025-2026

Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

**PAKIET NR 3 Pakiet stentów szyjnych siateczkowych (mesh-covered stent) KOMIS**

L p.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Hybrydowy stent samorozprezalny do tetnic szyjnych</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Samotaperujący Stent nitinolowy o strukturze plecionej</li><li>• Dwuwarstwowa konstrukcja z wewnętrznie umieszczoną mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji</li><li>• Bardzo małe komórki stentu ( o średnicy 375-700 µm) uniemożliwiające przedostawanie się blaszki miażdżycowej</li><li>• Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm</li><li>• Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm</li><li>• Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm</li><li>• <b>Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr</b></li><li>• <b>Możliwość repozycjonowania do 50% uwolnionego stentu</b></li></ul>	szt	20						2			

Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy							
R A Z E M							

.....  
(nazwa firmy)

2024-2025

Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

**PAKIET NR. 4 Pakiet dedykowany do dostępów dystalnych naczyń wewnątrzczaszkowych KOMIS**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Cewnik prowadzący balonowy –</b> ▪Cewnik balonowy stosowany w celu zapewnienia zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w procedurach trombektomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. Cewnik jest również stosowany jako kanał dla stent retrievera ▪Balon compliant o miękkiej i atraumatycznej budowie ▪Coaxial lumen – zapewnia szybką inflację i deflację balonu ▪Cewnik balonowy dostępny o średnicy: OD 8F (ID 0.084in/6.4F) oraz dwóch długościach 85cm, 95cm	szt	20						2			

2	<b>Cewnik do dostępów dystalnych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Cewnik umożliwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych, wskazany do stosowania w ułatwianiu wkładania i prowadzenia odpowiedniej wielkości urządzeń interwencyjnych do wybranego naczynia krwionośnego</li> <li>●Wskazany również do usuwania/aspiracji miękkich zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych mózgowych i obwodowych</li> <li>●Odporny na zaginanie</li> <li>●Dystalna końcówka pokryta hydrofilnie, giętka, miękka, atraumatyczna</li> <li>●Dystalnie tzw. „nitinol coil”</li> <li>●Długości cewników: 115cm, 125cm, 132cm</li> <li>▪Rozmiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>0.068in – OD (Distal 6.2F/Proximal 6.3F)</li> <li>0.060in - OD (Distal 5.4F/Proximal 6.0F)</li> <li>0.058in - OD (Distal 5.3F/Proximal 5.6F)</li> </ul> </li> </ul>	szt	20					2			
3	<b>Pompa aspiracyjna do trombektomii mechanicznej wraz z wózkiem – dzierżawa</b>	Miesiąc -nie	1	Za 1 m-c -----	Za 12 -miesięcy -----	23%		2			

4	Pojemnik plastikowy (stoik) do wychwytywania skrzeplin 1.5L do pompy aspiracyjnej	szt	20						2			
5	Przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem ssania kompatybilne z pompą, średnica wewnętrzna przewodu 0.218", dł. 300cm	Szt.	20						2			
6	Jednorazowy zbiornik (worek) kompatybilny z pompą	Szt.	20						2			

Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy												
R A Z E M												

(nazwa firmy)

**PAKIET NR. 5. Pakiet do trombektomii mechanicznej dużych naczyń mózgowych z dostępu promieniowego KOMIS**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek</li> <li>• Komórki zachowujące niezmienną wielkości niezależnie od średnicy naczynia</li> <li>• Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu</li> <li>• Dostępne średnice: min. 3,4 i 6 mm; dostępne długości: min. 20, 24, 40 mm</li> <li>• na obwodzie urządzenia umieszczone 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu</li> <li>• Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm.</li> <li>• System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle 0,021"</li> <li>• Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego</li> </ul>	szt	10						2			



2	<b>Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikroprowadnik o długości całkowitej 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm.</li> <li>• Prowadnik miękki, atraumatyczny</li> <li>• Średnica prowadnika 0,014" na całej długości</li> <li>• Pokrycie hydrofilne w części dystalnej</li> <li>• W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera</li> </ul>	szt	20						2			
3	<b>System dostawczy do stentu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie o 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie.</li> <li>• Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.</li> </ul>	szt	20						2			

4	<b>Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego</li> <li>• Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnętrznej 7F (0,093") oraz 6F(0,087") i średnicy wewnętrznej 0,079" oraz 0,071"</li> <li>• Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm</li> </ul>	szt	20						2			
5	<b>Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040"</li> <li>• Dostępne długości: 120 i 130 cm</li> <li>• Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein</li> </ul>	Szt.	20									
6	<b>System neuroprotekcji dystalnej,</b> umożliwiający zastosowanie niezależnego przewodnika 0,014" i 0,018", system OTW lub RX, do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Profil przejścia 3,2F. Filtr zbudowany z heparynizowanej, nitinolowej nici utkanej w koszyk, możliwość stosowania w krętych naczyniach. Szkielet filtra wykonany ze złotego drutu. Pięć rozmiarów 3-7mm, do naczyń o śr. 2-7mm. Zastosowanie w tętnicach szyjnych, wieńcowych, obwodowych	Szt.	25									

Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy												
R A Z E M												

.....  
(nazwa firmy)

2025-2026

Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

**PAKIET NR. 6 Pakiet zawierający zestaw cewników prowadzących, aspiracyjnych i mikrocewników KOMIS**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Mikroprowadnik do zabiegów</b> neuroradiologicznych - • Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna • średnica prowadnika dystalna/ proksymalna 0.012"/ 0.014" • długość prowadnika 200cm • kształtowalna końcówka o dł. 1,4cm • część dystalna hydrofilna na dł. 40 cm część proksymalna											

2	<p><b>Mikrocewnik</b> - do zabiegów w naczyniach ukł. nerwowego, wieńcowych, obwodowych • Długości cewnika: 150, 156 i 167 cm • 2 markery platynowe dla dł. 150 i 156 cm; 1 marker dla dł. 167cm • cewnik zbrojony - w części proksymalnej opłot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów dla dł. 156 cm • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm • krzywizny: prosta, 45°, 90°, J • kompatybilny z DMSO • profil proksymalnie/dystalnie – średnica wewnętrzna: 2.1F/1.6F-0.0165”; 2.4F/1.7F- 0.017”; 2.5F/2.0F-0.021”; 3.1F/2.6F-0.027” Producent - Microvention</p>										
3	<p><b>Cewnik - cewnik do podawania środków</b> diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny opłot i plecione wzmocnienie) • dystalny odcinek pokryty hydrofilnie • rozmiary cewnika – 5F i 6F • światło cewnika: 5F-.055”, 5F-.058”, 6F-.070” • długość cewnika: 5F-115, 125 cm/ 5F-105, 115 cm /6F-115,125</p>										

4	<p><b>Cewnik prowadzący</b> - Zestaw składający się z dwóch elementów : • Część zewnętrzna – cewnik prowadzący • Część wewnętrzna – cewnik wewnętrzny</p> <p>Cewnik prowadzący • cewnik zbrojony (braiding) • średnica zewnętrzna 5F/6F • średnica wewnętrzna 0.059"/0.071" • długość 95cm • dystalna końcówka 7 cm • kształt końcówki: prosty/MP2 • pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika</p> <p>Cewnik wewnętrzny • zbrojony • średnica zewnętrzna 4F/5F • średnica wewnętrzna 0.041"/0.048" • długość 117cm • dystalna końcówka 15 cm bez zbrojenia • kształt końcówki: VTR/IB2/SIM2 • pokrycie hydrofilne na długości 15 cm</p>	Y										
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	<p><b>Cewnik diagnostyczny</b></p> <p>Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; PigtailFlush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Bentson 2; Newton 2; Mani; Vertebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F• Materiał szafu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamania zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki• Karbowane przejście pomiędzy hubem a szafem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach• Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą• Cewniki zbrojone stalowym oplotem• Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"</li> <li>• Długości cewników – 40 cm , 65 cm, 80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm</li> <li>• Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium</li> <li>• Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein</li> <li>• Ciśnienie 1200 PSI</li> </ul>	szt	20								
---	---	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--



Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy							
R A Z E M							

.....

(nazwa firmy)

2024-2025

Załącznik do SWZ (pakiety1-7)

**PAKIET NR. 7 Pakiet do trombektomii aspiracyjnej KOMIS**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Koszulka naczyniowa długa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Średnica wewnętrzna 0.088",</li><li>długość 80, 90 lub 100cm</li><li>• Zakończenia: proste lub MP</li><li>• Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości</li></ul>	szt	30									

2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cewnik aspiracyjny</b> w co najmniej 5 różnych średnicach dystalnych: dystalna średnica wewnętrzna .068", .072" i .078" przy długości 132cm; .062" dla długości 138cm oraz .043" przy długości 153cm;</li> <li>• odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną;</li> <li>• wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości</li> <li>• możliwość kształtowania końca cewnika "na parze" - stosowny mandryl w opakowaniu;</li> <li>• Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą typu "Penumbra ENGINE"</li> </ul>	szt	10									
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalibrowany, przezroczysty zbiornik,</li> <li>• kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE;</li> <li>• objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym</li> </ul>	szt	30									

4	<p>Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie aspiracji - do 29,2 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji firmy Penumbra</p> <p>NIEODPŁATNE UŻYCZENIE</p>	szt	50									
---	---	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy												
R A Z E M												

(nazwa firmy)

**PAKIET NR. 8 Pakiet ze stent retriewerem do małych naczyń KOMIS**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Urządzenie do trombektomii mechanicznej</b> Nitinolowy „stent like”, wewnątrczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany, otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony ekscentrycznie o długości 200cm Budowa urządzenia typu Closed Ring stały pierścień obwodowy w części proksymalnej ekstraktora uniemożliwiający jego zapadnięcia podczas przejścia przez skrzeplinę.Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021" lub 0,017"/ 0.0165"Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. <u>Rozmiary standardowe:</u> 4mm/20mm – dł. szafu 30mm 6mm/30mm - dł. szafu: 48mm 5mm/40mm – dł. szafu: 52mm 6mm/50mm – dł. szafu 64mm kompatybilne z mikrocewnikiem rozm. 0.021" <u>Rozmiary – do małych naczyń:</u> 3mm/20mm – dł. szafu 30mm 4mm/20mm – dł. szafu 30mm kompatybilne z mikrocewnikiem rozm. 0.0165" - 0.017"	20 szt.										

2.	Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych. Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm	20 szt.										
----	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Do użytkowania w ramach depozytu na okres trwania umowy												
R A Z E M												



2025-2026

Załącznik do SWZ (pakiety1-10)

(nazwa firmy)

**PAKIET NR. 9** Pakiet zabiegowy do angioplastyki szyjnej z dostępu udowego -medyczny

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<p><b><u>System protekcji dystalnej typu filtr</u></b>,  wielkość porów 120um;  Filtr centralnie umiejscowiony na  prowadniku, umocowany w sposób  niezależny od przewodnika. Specjalne  zabezpieczenie na przewodniku zapobiega  przypadkowemu zsunięciu się kosza z  prowadnika;  Możliwość zastosowania protekcji do  tętnic o średnicy 3,25 do 7 mm (dla  średnic 4-7mm dostępny jeden  uniwersalny rozmiar);  Długość systemu &gt;=190 cm  Prowadnik ruchomy niezależny od  systemu protekcji posiadający kilka stopni  sztywności dla lepszego podparcia  systemu (minimum 3).</p>	20 szt.										

2.	<b>Cewnik balonowy typu Rx do pre- i post-dylatacji</b> - długość systemu 135cm - dostępne średnice od 4 do 7,0 co 0,5 mm - dostępne długości 15,20,30,40 mm - ciśnienie NP 8 atm, RBP 14 atm - kompatybilny z przewodnikiem 0,014"	20 szt.										
3	<b>Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F.</b> <b>Zestaw składający się z 3 elementów:</b> - urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; - popychacza węzła, - obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch. - wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach	10 szt.										
4	<b>sterowalny przewód zabiegowy o średnicy 0,035" z taperowaną końcówką 0,025" o długości 17cm; dł przewodnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary</b>	10 szt.										

5	Specjalistyczne przewodniki zabiegowe o śr. 0,014" długość przewodnika 190 i 300 cm (+/- 10cm) Dostępne również przewodniki hybrydowe o śr 0,014 i 0,018" zbudowane ze stalowego rdzenia i nitinolowej końcówki	30 szt.										
---	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R A Z E M												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(nazwa firmy)

**PAKIET NR. 10** Pakiet diagnostyczny do dostępu udowego **-medyczny**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun.	Cena jedn. netto	Wartość zam. Netto	Stawka VAT w %	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
										Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<p><b>Prowadnik zbudowany</b> z nitinolu; biały, powleczoney biokompatybilną substancją hydrofilną; Prowadnik składa się z nitinolowego rdzenia, końcówki dystalnej zawierającej platynową spiralę oraz z zewnętrznej powłoki poliuretanowej. Wersja z elastycznym i sztywnym shaftem; śr przewodnika 0,035" w przedziale długości 145; 180; 260cm. Dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację.</p> <p>Dostępna wersja z poliuretanowa powłoka impregnowana wolframem w celu zwiększenia widoczności w promieniach RTG. Zwężony, nitinolowy rdzeń przenoszący obrót na dalszą końcówkę w stosunku 1:1 dla polepszenia manewrowości i zapobiegający zginaniu się podczas manewrowania. Trwała i wytrzymała powłoka hydrofilna zapewniająca ciągłość materiału i ułatwiająca wprowadzanie. W zestawie specjalny łopatkowy element do prostowania i wprowadzania przewodnika, oraz torquer ułatwiający kierowanie przewodnikiem podczas użycia</p> <p>Końcówka prosta i angled. Przedział średnic przewodnika 0,018";0.035"; przedział długości, 80, 150, 180, 260cm; Dodatkowa długość 320cm dla śr. 0,018" i 0,035" w shaftcie standard i sztywnym.</p>	10 szt										

2.	<b>Angiograficzne cewniki diagnostyczne</b>  Cewniki 5F; Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamania zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości; Różne typy ukształtowania końcówek (Vert, Pig, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, Val, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2), Cewniki typu flush bez zbrojenia; dobra sterowalność 1:1; Długość od 65 do 100cm, krzywizna VTK dostępna w dł. 125 cm	10 szt										
<b>R A Z E M</b>												

## O F E R T A

### ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Zespolony  
ul. Medyczna 19  
09 – 400 Płock

### WYKONAWCA:

09 – 400 Płock

### WYKONAWCA:

Nazwa/firma

Wykonawcy:.....\*

Adres: ul. .... kod pocztowy..... miejscowość .....,  
województwo.....\*

Tel.....fax.....e-  
mail.....\*

REGON.....NIP.....\*

nr KRS lub CEiDG.....\*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, numer postępowania SZP.2910.24(69/ZP/25).2025.EK którego przedmiotem jest: **Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Inwazyjnego leczenia Udarów Mózgu w WSZ w Płocku**, do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ oraz załącznikach do SWZ na następujących warunkach:

### 1. Cena oferty

Pakiet nr .....  
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto.....złotych

### 2. Oferowany przedmiot zamówienia

Zgodnie z informacją podaną w oświadczeniu sporządzonym na załączniku nr 1 do SWZ

### Informujemy, że:

- 1) cena podana w ofercie jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy i podlega zmianie w trakcie realizacji umowy tylko na zasadach określonych w umowie o zamówienie publiczne lub ustawie Pzp,
- 2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i wszelkimi załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,
- 3) zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy z Zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w dokumentach zamówienia
- 5) niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r



- 6) przy realizacji zamówienia posłużyć się/nie posłużyć się (*niepotrzebne skreślić*) podwykonawcą przy realizacji następujących części zamówienia /podać rodzaj czynności powierzonych podwykonawcy oraz .....  
.....  
.....
- 7) Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził (*niepotrzebne skreślić*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (Jeśli będzie prowadził wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku w niniejszym dokumencie).
- 8) Dane inspektora ochrony danych osobowych Wykonawcy: ( imię i nazwisko ,telefon).....  
.....lub adres e-mail.....
- 9) Adres e-mail Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym, do składania zamówień;  
.....(podać)
- 10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
- 10) Oświadczam, że Wykonawca jest \* :
- ☐ mikroprzedsiębiorstwem
  - ☐ małym przedsiębiorstwem
  - ☐ średnim przedsiębiorstwem
  - ☐ osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
  - ☐ inny rodzaj (podać) :.....
- \* zaznaczyć właściwe, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oznaczyć którego wykonawcy dotyczy odpowiedź

Uwaga – pola kropkowane wypełnia Wykonawca  
\*niepotrzebne skreślić

**Zamawiający:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykonawca:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie  
zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O  
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI  
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Inwazyjnego leczenia Udarów Mózgu w WSZ w Płocku** nr postępowania **SZ.2910. 24.( /ZP/25).2025.EK** prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp]  
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 -10 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]  
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

.....  
.....

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w dziale V pkt. 2 ppkt. 2.1 SWZ-NIE DOTYCZY

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

#### **INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## UMOWA Nr SZP/I/25 - /SZ/2 5

zawarta w dniu ..... 2024r. pomiędzy

**Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku** z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000035461 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej „Kupującym/Zamawiającym”

a firmą

„Sprzedającym/Wykonawcą”.

### § 1

1. Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1320) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą **postępowania: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Inwazyjnego leczenia Udarów Mózgu w WSZ w Płocku, znak SZ.2910.24.(69 /ZP/25).2025 EK**. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje **asortyment** szczegółowo opisany w załącznikach do umowy, stanowiących integralną część niniejszej umowy, za cenę:

Cena zamówienia brutto..... zł

słownie: .....00/100

Cena zamówienia netto..... zł

słownie: ..... 00/100

w tym:

pakiet nr ... – wartość brutto .....zł

2. Niniejsza umowa jest umową zbiorczą na części zamówienia, na które oferta Wykonawcy została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, że odpowiednie zapisy ustawy Pzp i niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednio odrębnie do każdej części zamówienia/pakietu - **jeśli dotyczy** (przy więcej niż jednym wygranym pakiecie)

### § 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie na podstawie ilości i rodzaju asortymentu określonego przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie zamówienia. Dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Sprzedającego, do siedziby Kupującego, na każdorazowe jego wezwanie w terminie **...2.. dni roboczych** od momentu złożenia zamówienia, a w przypadkach nagłych, w ciągu 24 godzin w dni robocze, od momentu złożenia zamówienia. Zamówienia będą przysyłane do Sprzedającego lub mailem na adres e-mail:
2. Do dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy – faktura VAT. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres mailowy: [kancelaria@wszplock.pl](mailto:kancelaria@wszplock.pl) lub na platformę <https://efaktura.gov.pl>. Faktura VAT musi być zgodna z zapisami art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.  
W przypadku, gdy faktura nie będzie dołączona do dostawy, a przekazana w formie elektronicznej, Wykonawca załączy do dostawy dokument potwierdzający ilości i rodzaj przekazanego asortymentu np. tzw. dokument WZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia i zamówienia mniejszej ilości asortymentu jaki został wyspecyfikowany w pakiecie bez potrzeby zawarcia aneksu do umowy. Zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości zamówienia (pakietu). Z tytułu zamówienia mniejszej ilości przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy.
5. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie do magazynów Szpitala przy ul. Medycznej 19, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7<sup>30</sup> do 14<sup>00</sup>.
6. W przypadku zmiany deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dotyczącego wyrobu medycznego lub wydania nowego dokumentu z powodu upływu terminu ważności dotychczasowego dokumentu, w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go wraz z kolejną dostawą oraz dodatkowo przesłać na adres e-mail [zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl](mailto:zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl)

### § 3

1. Sprzedający gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez okres trwania umowy. Zmiany cen mogą nastąpić w wyniku zmian, o których mowa w §11.
2. Do dnia podpisania przez obie strony aneksu do umowy Sprzedający zobowiązany jest do zachowania cen brutto z odpowiednim zmniejszeniem lub zwiększeniem ceny netto.
3. Termin płatności strony ustaliły w ciągu **60 dni** licząc od dnia otrzymania faktury. Warunkiem zapłaty i uznania faktury przez Zamawiającego jest prawidłowe zrealizowanie dostawy zamówionego towaru.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury za zrealizowane dostawy częściowe. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze.
5. W przypadku niezgodności faktury z zapisami umowy, błędnego obciążenia bądź błędów formalnych lub rachunkowych w fakturze, niezgodności towaru dostarczonego z umową lub zamówieniem lub brak dostawy towaru wyszczególnionego w fakturze, termin płatności określony w § 3 ust. 3 ulega przesunięciu i jest określony na **60 dni** od daty odpowiednio dostarczenia poprawnej faktury korygującej lub usunięcia niezgodności pomiędzy fakturą a umową, zamówieniem lub od dostarczenia towaru wyszczególnionego w fakturze.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

### § 4 Warunki realizacji – dotyczy pakietu nr 1,3,4,5,6,7,8 objętego depozytem

1. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji od Kupującego Sprzedający zobowiązany będzie powierzyć Kupującemu asortyment protokolarnie w depozyt w ilościach uzgodnionych z osobą wskazaną w ust. 3.
2. Miejscem złożenia depozytu jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, .Pracownia Inwazyjnego Leczenia Udaru Mózgu
3. Osobą sprawującą nadzór nad prawidłowością wykonania postanowień umowy dotyczących depozytu oraz upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy ze strony Kupującego jest Kierownik Pracowni udarowej– .....
4. Sprzedający zachowuje prawo własności powierzonych materiałów.
5. Czas trwania depozytu będzie do chwili zakończenia okresu obowiązywania umowy lub do chwili wyczerpania się ilości z umowy, jeśli nastąpi ono przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy.
6. Kupującemu przysługuje prawo rezygnacji z utworzenia depozytu ze skutkiem od następnego miesiąca i przejście na dokonywanie zakupów na zasadach określonych w § 2.
7. Wraz z zakończeniem trwania depozytu lub okresu obowiązywania umowy Kupujący zobowiązany jest wydać materiały pozostające w depozycie Sprzedającemu. Fakt ten należy potwierdzić protokolarnie.
8. Sprzedający ma prawo do kontroli depozytu, warunków, w których materiały są przechowywane oraz zgłaszania postulatów ich zmiany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wymiany asortymentu w przypadku upływu terminu ważności. Sprzedający odpowiada za dostarczenie do depozytu materiałów z terminami ważności umożliwiającymi ich wykorzystanie w okresie trwania umowy, ewentualnie uprawniony jest do wymiany asortymentu będącego w depozycie na asortyment o późniejszych terminach ważności. Asortyment, którego termin ważności minął podlega zwrotowi do Sprzedającego, a ten zobowiązany jest w miejsce przeterminowanego asortymentu dostarczyć zamienny asortyment.
9. Asortyment zostanie dostarczony Kupującemu opakowany i zabezpieczony w sposób odpowiadający ich właściwościom. Sposób opakowania będzie wystarczający do zachowania ich w stanie niepogorszonym w okresie, gdy znajdować się będą w siedzibie Kupującego.
10. Kupujący może w każdym czasie dokonać wszczęcia zdeponowanego asortymentu pacjentom w ilości wynikającej z jego potrzeb.
11. Kupujący obowiązany jest powiadomić Sprzedającego o fakcie wykorzystania depozytu w terminie 5 dni roboczych od jego wykorzystania.
12. Sprzedający wystawi fakturę VAT dokumentującą dokonaną sprzedaż po powiadomieniu go przez Kupującego o dokonanych zużyciu. Termin płatności faktur za towary objęte depozytem wynosi 60 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zapisy § 4 umowy stosuje się odpowiednio.
13. Uzupelnienie depozytu będzie następowało w uzgodnionych terminach, na podstawie zamówień złożonych przez Kupującego w formie raportu, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego raportu o zużyciu.
14. W przypadku braku uzupełnienia depozytu w terminie Kupujący ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 20,00 zł dziennie, za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu depozytu.
15. W przypadku, kiedy okres obowiązywania umowy ulegnie zakończeniu, a nie zostanie wyczerpana ilość asortymentu objętego depozytem, Sprzedający i Kupujący dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania depozytu na uzgodniony czas nie dłuższy jednak niż do czasu wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia określonej w pakiecie.
16. Przedłużenie czasu trwania depozytu musi nastąpić w formie pisemnej poprzez zawarcie aneksu do umowy.
17. Rozliczenie depozytu - asortymentu, wykorzystanego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy, zostanie dokonane protokolarnie przez Strony, w terminie do **5 dni roboczych** po jej zakończeniu. Sprzedającemu przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT tylko za produkty, które zostaną zużyte, zagubione lub uszkodzone przez Zamawiającego.

18. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie kontroli lub rozliczenia depozytu powstałe z winy Kupującego upoważniają Sprzedającego do wystawienia Kupującemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.
19. Wymiana i zwrot produktów:
- 19.1. Produkty dostarczone w depozyt muszą mieć terminy ważności zgodne z zapisami § 2 ust. 4 umowy.
- 19.2. Sprzedający ma prawo do wymiany 1 raz w miesiącu na swój koszt produktów objętych depozytem, jeżeli okres pozostały do upływu terminu ważności w chwili ich wymiany wynosi 6 m-cy lub mniej.
- 19.3. W trakcie obowiązywania umowy, Zamawiającemu w każdym czasie przysługuje prawo do zwrotu Sprzedającemu produktów, co do których okres pozostały do upływu terminu ich ważności wynosi 6 m-cy lub mniej.
- 19.4. Sprzedający zobowiązuje się produkty zwracać przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt. 19.3 odebrać od Zamawiającego na własny koszt w terminie 4 dni od zgłoszenia takiego zwrotu oraz uzupełnić depozyt w tym samym dniu produktami posiadającymi termin ważności zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 umowy.
- 19.5. Sprzedającemu nie przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT za produkty, które utraciły termin ważności lub przydatności.

## § 5

1. Kupujący może żądać od Sprzedającego zapłaty następujących kar umownych:
- w wysokości 10% wartości umownej niezrealizowanej części towaru, gdy Sprzedający lub Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Sprzedającego,
  - w wysokości 10,00 zł/dziennie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru,
  - w wysokości 5,00 zł/dziennie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji,
2. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych określonych w ust. 1 druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar.
3. Wysokość naliczonej kary umownej nie może przekroczyć wartości części zamówienia (pakietu) którego dotyczy.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewidzianych w przepisach prawa przewyższających wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Kupujący może potrącić przysługujące mu kary umowne z wynagrodzenia

## § 6

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części tj. w określonym pakiecie lub w określonej pozycji w pakiecie, którego dotyczy podstawa odstąpienia) może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:
- w trybie określonym w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. *Dz. U. z 2024r., poz. 1320*)
  - w przypadku powtarzającego się w danym pakiecie (minimum 2 - krotnego) dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, ze zwłoką lub niezgodnego z umową;
  - w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub niezgodnego z umową, bez potrzeby wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, jeśli wada jest nieusuwalna;
  - w przypadku powtarzającego się w danym pakiecie (minimum 2 - krotnego) rozpatrzenia reklamacji ze zwłoką lub braku rozpatrzenia reklamacji
  - jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu;
  - jeżeli suma kar umownych będzie wyższa niż wynagrodzenie brutto za pakiet, którego dotyczy roszczenie o zapłatę kar umownych;
  - jeżeli Wykonawca nie będzie przestrzegał postanowień umownych określonych w § 13 ust. 5-7;
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy :
- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towary już dostarczone Zamawiającemu. Odstąpienie następuje ze skutkiem na przyszłość (ex nunc).
4. Odstąpienie od umowy jest czynnością jednostronną oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

## § 7

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze Kupujący zawiadomi o powyższym niezwłocznie Sprzedającego.
2. Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia pisemnej lub w formie faksu odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona. W przypadku uwzględnienia

- reklamacji Sprzedający w terminie 3 dni roboczych od udzielenia odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest uzupełnić dostawę o towar bez wad oraz dostarczyć fakturę korygującą do siedziby Kupującego.
3. Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:
- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia,
  - dostarczenia towaru niezgodnego z umową / zamówieniem,
  - dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach,
4. Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką powyżej 14 dni lub towaru niezgodnego z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ lub z umową, jeśli wada jest nieusuwalna.
5. Wszelkie koszty związane z wymianą dostarczonego wadliwego, nieodpowiedniego, przeterminowanego lub uszkodzonego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

## § 8

1. W przypadku, gdy:
- a/ Sprzedający nie dostarczy towaru objętego umową, lub
  - b/ dostawa nie nastąpi w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, albo
  - c/ zostanie wszczęta procedura reklamacyjna (w czasie trwania procedury reklamacyjnej, celem zabezpieczenia, w sytuacjach pilnych, prawidłowej pracy Szpitala), albo
  - d/ rozpatrzenie reklamacji Kupującego nastąpi w terminie dłuższym niż określony w § 7 ust. 2,
- Kupujący ma prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy (zakup interwencyjny/zastępczy).
2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wartość tego zakupu.
3. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną, za jaką towar zostałby dostarczony przez Sprzedającego tytułem odszkodowania.

## § 9

1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął do wiadomości oświadczenie Zamawiającego, iż ze względu na trudną sytuację finansową Zamawiającego istnieje możliwość opóźnień w płatności za dostarczony przedmiot zamówienia i w związku z tym zobowiązuje się do nie wstrzymywania dostaw.
2. Prawo do wstrzymania dostaw przysługuje Wykonawcy, jeśli Zamawiający nie ureguluje płatności pomimo dwukrotnego wezwania go (*w odstępnie minimum 14 dni*) przez Wykonawcę do uregulowania płatności w terminie minimalnym 14 dni.

## § 10

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania tj. **od dnia .....2025r. do dnia .....2026r.**
2. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu określonego w ust. 1 na okres uzgodniony przez strony umowy, w przypadku, gdy ilość asortymentu objętego umową nie ulegnie wyczerpaniu do czasu określonego w ust. 1, jednak nie dłuższy niż do czasu wyczerpania się ilości asortymentu objętego umową. Przedłużenie może dotyczyć tylko części umowy tj. określonego przez strony umowy pakietu. Przedłużenie terminu określonego w ust. 1 musi nastąpić w formie pisemnej poprzez zawarcie aneksu do umowy.
3. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub w dowolnym czasie za porozumieniem stron.

## § 11

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej elektronicznej lub dokumentowej (w postaci zawarcia aneksu do umowy) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 ustawy Pzp.
2. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na:
- 2.1. zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów reprezentujących, nr rachunku bankowego, na który będzie przekazywana płatność,
  - 2.2. zmianie numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu,
  - 2.3. zmianie elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,
  - 2.4. zmianie sposobu konfekcjonowania (w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu dopuszcza się zmianę zaoferowanej ilości opakowań, ceny jednostkowej za opakowania wraz z konsekwencjami rachunkowymi dokonanej zmiany z zastrzeżeniem, że nie może ulec zwiększeniu zakontraktowana ogólna ilość oraz wartość pozycji.)
  - 2.5. zmianie postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności tzw. „siły wyższej” tj. wydarzeń i okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezależnych od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które uniemożliwiają jednej ze stron wywiązanie się z postanowień zawartej umowy lub powodują rażącą stratę dla którejkolwiek ze stron umowy. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” – druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w

całości lub w części bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązania umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione przez obie strony umowy.

**2.6.** zmianie cen określonych w umowie na niższe w przypadku obniżenia cen przez producenta lub dystrybutora.

**2.7.** zmianie cen na skutek zmiany stawki VAT.

**2.8.** zmianach w Umowie, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp.

**2.9.** zmianach w Umowie, które nie będą istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

**2.10.** zmianach w Umowie, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

**2.11.** zmianie terminu realizacji umowy, na zasadach określonych w § 9 ust. 2 umowy lub po zmianie umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

**2.12.** rotacji ilości zamówionych produktów w ramach jednego pakietu.

Powyższe dopuszczalne jest w przypadku przedwczesnego wyczerpania się ilości niektórych pozycji z danego pakietu i będzie polegało na zwiększeniu ilości pozycji, które uległy wyczerpaniu z jednoczesnym pomniejszeniem ilości innych pozycji, które nie uległy wyczerpaniu. Przy czym zastrzega się, iż całkowita wartość części zamówienia (pakietu), którego dotyczy rotacja nie może ulec zwiększeniu.

**3.** Warunkami dokonania zmian wskazanych w pkt 2 ppkt. 2.2., 2.3., 2.4. mogą być następujące okoliczności:

- wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony,
- wystąpi przejściowy lub stały brak produktu spowodowany okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy (po przeprowadzeniu postępowania dowodowo-wyjaśniającego) przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową określonego w SWZ. W powyższym przypadku Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu przed podpisaniem aneksu do umowy dokumenty dotyczące produktu zamiennego potwierdzające, iż oferowany produkt zamienny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, które były odpowiednio wymagane dla produktu objętego umową (pierwotnego),
- będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
- będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,
- będzie to konieczne ze względu na prawidłowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego.

## **5. Waloryzacja wynagrodzenia (dowodowa) na podstawie art. 439 ustawy Pzp.**

**5.1.** Ceny jednostkowe określone w *Formularzu cenowym załączonym do umowy* będą podlegały zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwanej dalej waloryzacją, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie umowy. Waloryzacja będzie dotyczyła *dostaw* następujących po waloryzacji – waloryzacja nie działa wstecz.

**5.2.** Waloryzacja wymaga każdorazowo wniosku odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego w zależności kto jest stroną inicjującą zmianę wynagrodzenia oraz zawarcia stosownego aneksu do umowy.

**5.3.** We wniosku wykonawca musi wykazać za pomocą środków dowodowych, że zmiana cen producenta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia, w szczególności spowoduje stratę finansową (wykonanie zamówienia poniżej kosztu zakupu od producenta lub poniżej ceny produkcji) po stronie Wykonawcy.

**5.4.** Wniosek musi zawierać: zakres roszczenia, uzasadnienie wniosku, dowody na potwierdzenie roszczenia, wyliczenie kwoty waloryzacji oraz formularz cenowy zawierający kwoty jednostkowe po waloryzacji. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub złożone dowody nie uzasadniają w wystarczającym zakresie wniosku strona, która otrzymała ten wniosek może żądać jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Brak rzetelnego uzasadnienia wniosku popartego dowodami stanowi przeszkodę w dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia.

**5.5.** Strona umowy może żądać następujących dowodów uzasadniających waloryzację:

- szczegółową kalkulację cen jednostkowych, na podstawie których wykonawca obliczył cenę oferty,
- oświadczenie wykonawcy o założonym w ofercie poziomie zysku i ryzyka lub dokumenty polityki zakupowej danego wykonawcy, które ustalają tzw. narzuty, marże, wysokość zysku itp. Zatwierdzone przez odpowiednie organy Wykonawcy,
- oferty dostawców lub podwykonawców, na podstawie których wykonawca obliczył cenę oferty albo faktury z początkowego okresu realizacji umowy dotyczące tych materiałów i kosztów, o zmianę których wykonawca wnioskuje,
- informację, czy i którzy podwykonawcy wystąpili z propozycją zawarcia aneksów o zmianę wynagrodzenia,
- informacji, czy wykonawca badał rynek w celu znalezienia innych, tańszych dostawców lub podwykonawców,
- uzasadnienia, dlaczego wykonawca nie mógł materiałów i urządzeń objętych wnioskiem o zmianę zamówić wcześniej i zagwarantować sobie ceny ofertowe, kupić wcześniej i składować, etc.
- innych dowodów uzasadniających waloryzację adekwatnie do sytuacji.

**5.6.** Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane w taki sposób, że kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o kwotę ustaloną jako różnica ceny producenta i ceny ofertowej bez podatku od towarów i usług w oparciu o dowody, które będą potwierdzały odpowiednio zmianę ceny producenta. Przez cenę producenta należy rozumieć kwotę pieniędzy uzyskiwaną przez producenta od nabywcy za wykonaną jednostkę produktu (wyrobu lub usługi) pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) i powiększoną o podatek akcyzowy oraz uwzględniającą ewentualne dopłaty, opusty i bonifikaty.

**5.7.** Zmodyfikowany formularz cenowy będzie podstawą do wystawiania faktur za wykonany po waloryzacji przedmiot zamówienia, aż do kolejnej waloryzacji, o której mowa w ust. 9 zdanie drugie.

**5.8.** Waloryzacja będzie dotyczyła kwoty netto, do której następnie zostanie dodana odpowiednia stawka podatku od towarów i usług (VAT).



- 5.9. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym będzie obejmowała okres od dnia złożenia oferty do dnia uprawniającego do dokonania waloryzacji. Kolejne waloryzacje będą dokonywane nie częściej niż po upływie miesiąca od ostatniej waloryzacji.
- 5.10. Waloryzacja, o której mowa w powyższych ustępach będzie dokonywana pod warunkiem, że wysokość zmiany ceny producenta przekroczy (+/-) 5%, a Wykonawca wykaże za pomocą środków dowodowych, że zmiana ceny producenta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 5.3.
- 5.11. Łączna wartość (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć (+/-) 20% wartości wynagrodzenia netto określonego dla części zamówienia (pakietu) której dotyczy waloryzacja.
- 5.12. W przypadku, gdy z obliczeń wynika, że wartość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy przekracza kwotę, o której mowa w ust. 5.11, strony umowy, celem ograniczenia strat wynikających z wykonania umowy, dokonają uzgodnionej zmiany umowy (konieczny aneks do umowy) w ten sposób, iż:
- zmniejszą odpowiednio zakres świadczenia wykonawcy do wysokości, o której mowa w ustępie 11,
  - zmienią sposób rozliczenia wynagrodzenia,
  - zmienią termin wykonania zamówienia lub jej części lub czasowo zawieszają wykonanie umowy lub jej części,
  - zmienią sposób wykonania umowy – w szczególności dopuszczalna jest zmiana oferowanego przedmiotu umowy na przedmiot o tej samej funkcjonalności i zastosowaniu, spełniający wymogi SWZ, ale zawierający niższą cenę.
- 5.13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z umową, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli umowa o podwykonawstwo została zawarta na okres przekraczający 6 miesięcy. Wykonawca musi do pierwszej faktury waloryzacyjnej dołączyć oświadczenie podwykonawcy potwierdzające zmianę umowy zgodnie z zasadami, które nie są mniej korzystne niż wynikające z niniejszego paragrafu umowy lub oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu rozliczanych elementów zamówienia. W przypadku braku przedłożenia Zamawiającemu ww. oświadczenia Zamawiający ma prawo do odmówienia akceptacji faktury z waloryzacją i żądania jej korekty.
6. Przewiduje się następujące możliwości jednostronnej zmiany umowy przez Zamawiającego:
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.
  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SWZ.
7. Do przygotowania projektu aneksu do umowy zobowiązana jest ta strona umowy, której zmiany dotyczą lub która jest inicjatorem zmian.

## § 12

1. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozrządzenie o ochronie danych) (*DZ.Urz. UE L 119*) – dalej RODO.
- 1) Udzielający zamówienia (Zamawiający) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych.
  - 2) Na mocy niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane osobowe w zakresie: **imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail**.
  - 3) Przekazanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii danych: **dane osób zatrudnionych uczestniczących w realizacji umowy**.
  - 4) Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane w związku z realizacją niniejszej umowy jako informacje poufne. Informacje nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiegokolwiek osobie trzeciej, a dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie uprawnieni pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest uzasadniony zakresem wykonywanych zadań oraz stosownie do tego zakresu nadanymi uprawnieniami / upoważnieniami.
  - 5) Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby, będące pracownikami Wykonawcy jak i pracownikami podwykonawcy, z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania bezterminowo w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
  - 6) Po zakończeniu trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia pozyskanych w trakcie obowiązywania umowy danych osobowych.
  - 7) Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO oraz z niniejszej umowy stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
  - 8) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wykonawcy: ,

### § 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.
3. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy ofertę złożyli Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp (oferta wspólna), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wierzytelności:
  - 5.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy np. odsetek lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
  - 5.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 5.1., występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
  - 5.3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki np. udzielenie poręczenia zapłaty za Zamawiającego, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
  - 5.4. Wykonawca zobowiązany jest do nie dokonywania potrąceń swojej wierzytelności wraz z odsetkami z wierzytelnością Zamawiającego lub osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Do dokonania czynności polegającej na zmianie wierzyciela Zamawiającego-Szpitala wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego-Szpital, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności dokonania tej czynności.
7. W przypadku, gdy podmiot trzeci, który nabył wierzytelność niezgodnie z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 1, będzie dochodził od Zamawiającego - Szpitala należności, których spłaty dokonał Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności wobec podmiotu trzeciego.
8. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ust. 3 ustawy z dn. 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (*Dz.U. z 2022 poz.2240*), Zamawiający informuje, że zapewnia minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe warunki służące zapewnieniu dostępności ww. osobom w zakresie zamówienia publicznego zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.wszplock.pl/> m.in. w zakładce „Dla pacjenta”.
9. Umowę sporządzono w formie elektronicznej.
10. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:  
Nr 1 - formularz przedmiotowo-cenowy pakietu nr

**Sprzedający**

**Kupujący**



**UMOWA UŻYCZENIA**

Nr.....

zawarta w dniu .....r. pomiędzy

**Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku** z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000035461 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym w dalszej części Umowy „Szpitalem”,

a firmą  
z siedzibą w ....., przy  
ul. ....  
zarejestrowaną w .....  
zwanym dalej „Użyczącym”, o treści następującej:

**§ 1**

Mocą niniejszej umowy Użyczący oddaje Klientowi do używania urządzenie ..... nr.serii .....  
.....data prod.....Producent.....w ilości ..... szt . ..... opisane w pakiecie nr .... będącym integralną częścią umowy użyczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

**§ 2**

- 1.Użyczący przekazuje Szpitalowi urządzenie opisane w pakiecie nr .....w terminie...14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy .....  
Koszt użyczenia został uwzględniony w cenie oferty na pakiet nr .....
- 2.Urządzenia są i pozostają własnością Użyczącego
- 3.Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od daty jej podpisania w dniu .....r. do dnia .....r., chyba, że zaistnieją następujące okoliczności:
  - a) jedna ze Stron rozwiąże umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z tym, że wypowiedzenie dokonane zostanie na piśmie, albo
  - b) Użyczący rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym w wypadku naruszenia przez Szpital warunków niniejszej umowy, w szczególności postanowień § 3.
  - c) Przystanie obowiązywać umowa główna nr .....
1. W przypadku rozwiązania umowy, bez względu na przyczyny, Szpital zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu urządzeń Użyczącemu, w takim samym stanie, w jakim je otrzymał, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji urządzeń.
2. Użyczący zobowiązuje się w przypadku rozwiązania umowy, bez względu na przyczyny, do odebrania od Szpitala ww. urządzeń.

**§ 3**

1. Szpital zobowiązuje się, że będzie używał urządzeń tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu materiałów z umowy głównej nr ..... opisanych w pakiecie nr ..... W przypadku naruszenia tego zobowiązania Użyczący ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym..
2. Użyczący poinformuje Szpital o obowiązku wykorzystywania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i Szpital przyjmuje pełną odpowiedzialność wobec Użyczącego za wszelkie szkody spowodowane przez niezgodne z instrukcją używanie Urządzeń.

**§ 4**

1. Szpital dokona przejęcia sprawnych urządzeń, co zostanie potwierdzone podpisem na protokole odbioru.
2. Szpital zobowiązuje się do zapewnienia utrzymania urządzeń w dobrym stanie eksploatacyjnym. Zabrania się Szpitalowi dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek bez wiedzy i zgody Użyczącego.
3. Szpital zobowiązuje się do utrzymania urządzeń w czystości.

**§ 5**

1. Moment przekazania urządzeń jest momentem przejścia ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty pomiędzy stronami niniejszej umowy. Za podstawę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych przyjmuje się wartość zakupu urządzeń tego samego rodzaju tj. ....cena netto.
2. Zapłata odszkodowania zwalnia Szpital od obowiązku zwrotu uszkodzonych urządzeń.
3. Szpital zobowiązuje się nie przekazywać i nie wypożyczać urządzeń jakiejkolwiek innej osobie prawnej lub fizycznej a także nie zmieniać umiejscowienia urządzeń, bez wcześniejszej pisemnej zgody Użyczącego.
4. Szpital zobowiązuje się do przejęcia całkowitej odpowiedzialności za stratę i uszkodzenie rzeczy, lub zranienie osób będące skutkiem nieprawidłowego użytkowania urządzeń.

**§ 6**

1. Zawarcie umowy świadczy o całkowitym porozumieniu stron odnośnie przedmiotu i warunków umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do powyższej umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Użyczący

Szpital

**UMOWA Nr SZP/./25-..../SZ/2025**  
**zawarta w dniu ..2025r. pomiędzy:**

**Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku** z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000035461 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez:  
Dyrektora – mgr Stanisława Kwiatkowskiego,  
zwanym dalej **"ZAMAWIAJĄCYM"**  
a  
firmą .....zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ..... zwaną dalej **"WYKONAWCĄ"**.

**§ 1**  
**PODSTAWA ZAWARCIA**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2024r. poz.1320ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania; **SZP.2910.24.(69/ZP/24).2024.EK** p.n. **Dostawa** medycznego sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Inwazyjnego leczenia Udarów Mózgu w WSZ w Płocku.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia.

**§ 2**  
**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest: PAKIET NR .... –12 m-ce**, zwany dalej „przedmiotem zamówienia”, zgodnie ze szczegółowym opisem oraz wymogami zawartymi w SWZ oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą ostateczną, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dzierżawę na okres trwania umowy – 12 miesięcy następujące urządzenie  
a) SYSTEM do: model/ typ/producent .....  
rok produkcji..... o wartości na dzień złożenia oferty .....**PLN brutto**,
3. Przedmiot zamówienia obejmuje instalację dostarczonego urządzenia, pierwsze jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oraz świadczenie usług serwisowych dostarczonego urządzenia.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy asortymentu: - zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia o 20% wartości świadczenia Zamawiającego. Zmiana ww. nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

**§ 3**  
**TERMIN REALIZACJI**

1. Umowa obowiązuje przez okres **12 miesięcy** od dnia jej podpisania.
2. Dostawa i pełna instalacja dzierżawionego urządzenia nastąpi w terminie:  
- **14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**
  - 2.1. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dzierżawionego urządzenia nastąpi w ciągu kolejnych:  
- 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia instalacji, tj. zakończy się nie później niż w **21 dniu kalendarzowym** od dnia podpisania umowy.  
Za dzień zakończenia instalacji , szkoleń i pełnego wdrożenia uznaje się dzień podpisania protokołu będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednio: część A, B, C, D).
3. Dostawa asortymentu: .....będzie się odbywała sukcesywnie na podstawie ilości i rodzaju asortymentu określonego przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie zamówienia. Dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Sprzedającego, do siedziby Kupującego, na każdorazowe jego wezwanie w terminie **7 dni roboczych** od momentu złożenia zamówienia, a w przypadkach nagłych, w ciągu 24 godzin w dni robocze, od momentu złożenia zamówienia. Zamówienia będą przesyłane do Sprzedającego mailem na adres e-mail:
- 3.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy.

3.2. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie do magazynów Szpitala przy ul. Medycznej 19, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7<sup>30</sup> do 14<sup>00</sup>.

#### § 4

##### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi łącznie na okres 24 miesięcy – **netto** .....zł (słownie:.....) plus należny podatek **VAT** .....zł, co stanowi łącznie kwotę **brutto** .....zł (słownie: .....00/100) na co składa się:

1.1. Całkowita wartość asortymentu na okres 24 miesięcy wynosi łącznie - netto .....zł, plus należny podatek VAT .....zł, co stanowi łącznie kwotę brutto .....zł (słownie: .....00/100)

1.2. Koszt dzierżawy urządzenia/ urządzeń w przeliczeniu za okres 24 miesięcy wynosi – **netto** .....zł, plus należny podatek **VAT** ..... zł, co stanowi łącznie kwotę **brutto** ..... zł (słownie: .....00/100).

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Pakiet startowy tj. ilość materiałów potrzebnych do dokonania instalacji i szkoleń (w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym - niezbędnych do przeprowadzenia instalacji i szkoleń) zapewnia Wykonawca dodatkowo (ponad ilości wymagane przez Zamawiającego do wyspecyfikowanej ilości badań) w ramach ceny ofertowej.

4. Zamawiający będzie płać Wykonawcy wynagrodzenie w częściach na podstawie zrealizowanych dostaw częściowych oraz czynsz dzierżawny za pełny miesiąc dzierżawy urządzeń.

Ceny jednostkowe zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

5. Zamawiający będzie płać czynsz dzierżawny za urządzenia „z dołu” na podstawie miesięcznej stawki. Początkiem okresu rozliczeniowego będzie pierwszy dzień danego miesiąca, a ostatnim dniem okresu rozliczeniowego będzie ostatni dzień danego miesiąca.

6. Wykonawca gwarantuje stałość ceny na czas całkowitej realizacji umowy z zastrzeżeniem wystąpienia okoliczności opisanych w § 14 niniejszej umowy.

7. W przypadku zamówień realizowanych sukcesywnie poniżej wartości 200 zł netto Wykonawca ma prawo wymagać od Zamawiającego zwiększenia jednorazowego zamówienia do wysokości 200 zł netto w ramach wartości łącznej zamówienia celem ograniczenia kosztów transportu.

#### § 5

##### WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za dzierżawę urządzenia oraz za dostawy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

2. Płatność za dzierżawę urządzeń będzie dokonywana „z dołu” w równych ratach miesięcznych. Zapłata będzie dokonywana za okresy, w których urządzenie było sprawne i gotowe do pracy oraz za okresy awarii powstałe z bezspornej winy Zamawiającego. W przypadku awarii urządzenia rata będzie pomniejszona stosownie do ilości dni unieruchomienia urządzenia w miesięcznym okresie rozliczeniowym, w których Wykonawca nie dostarczył urządzenia zastępczego. Pierwsza rata będzie płatna stosownie do ilości dni korzystania z urządzenia pozostałych do końca miesiąca od momentu podpisania protokołu potwierdzającego dostawę i instalację urządzenia oraz przeszkolenia personelu z obsługi urządzenia, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Ostatnia rata będzie płatna stosownie do ilości dni korzystania z urządzenia w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy.

3. Płatność za dostawy asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia będzie następowała za towary dostarczane sukcesywnie do Zamawiającego na podstawie częściowego zamówienia, o którym mowa w § 3 ust.3 i § 7 ust 11 umowy.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, pod warunkiem prawidłowo zrealizowanej dostawy.

5. W przypadku błędnego obciążenia bądź błędów formalnych lub rachunkowych w fakturze termin płatności faktury określony w § 5 ust 4 ulega przesunięciu i jest określony na kolejne 60 dni od daty dostarczenia bezbłędnej faktury korygującej.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

8. Osobą uprawnioną do odbioru faktury VAT w imieniu Zamawiającego jest: .....

9. Wykonawca oświadcza, iż przyjął do wiadomości oświadczenie Zamawiającego, iż ze względu na trudną sytuację finansową Zamawiającego istnieje możliwość opóźnień w płatności za dostarczony przedmiot zamówienia i w związku z tym zobowiązuje się do nie wstrzymywania dostaw. Prawo do wstrzymania dostaw przysługuje Wykonawcy, jeśli Zamawiający nie ureguluje płatności pomimo dwukrotnego wezwania go (w odstępie minimum 14 dni) przez Wykonawcę do uregulowania płatności w terminie minimalnym 14 dni.

10. Do dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy – faktura VAT. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres mailowy: [kancelaria@wszplock.pl](mailto:kancelaria@wszplock.pl) lub na platformę <https://efaktura.gov.pl>. Faktura VAT musi być zgodna z zapisami art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy faktura nie będzie dołączona do dostawy, a przekazana w formie elektronicznej, Wykonawca załączy do dostawy dokument potwierdzający ilości i rodzaj przekazanego asortymentu np. tzw. dokument WZ.

## § 6

### PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, o ile są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację ww. usług.

2. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, każdorazowo, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu nowego podwykonawcy oraz przekazania Zamawiającemu informacji, o których mowa w ust. 1 wraz z informacją o zakresie powierzonych podwykonawcy czynności, najpóźniej w dniu dokonania tej czynności.

3. W związku z tym, że usługi, będące jednym z elementów przedmiotu zamówienia polegające na montażu, uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz usługi serwisowe mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał dane podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, a także informował Zamawiającego o zmianie podwykonawcy lub wprowadzeniu nowego podwykonawcy stosownie do zapisów ust. 1.

## § 7

### WARUNKI DOTYCZĄCE DOSTAW

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest:

- w przypadku dostawy urządzenia: .....
- w przypadku dostawy asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia: .

.....  
- w przypadku nieobecności ww. osób inna osoba upoważniona przez Zamawiającego do zastępstwa.

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 1 tiret pierwszy termin dostawy dzierżawionych urządzeń. Uzgodniony termin dostawy dzierżawionych urządzeń jak i terminy pierwszej dostawy materiałów do urządzeń muszą być zgodne z określonymi w § 3 ust. 2 i 3 umowy.

3. Dostawa dzierżawionego urządzenia odbędzie się bezpośrednio do .....Szpitala w godzinach 8:00- 13:00 w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sytuacji, gdy ostateczny termin dostawy przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas Wykonawca ma prawo do dostawy w następującym po tych dniach dniu roboczym - powyższe jest jednoznaczne z wykonaniem dostawy w terminie. Dostawy asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia odbywać się będą do..... i w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:

- a) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;
- b) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą naruszone;
- c) pracownicy Wykonawcy lub przewoźnik odmówią rozładunku i złożenia dostarczonego przedmiotu zamówienia w miejscu znajdującym się w siedzibie Zamawiającego i wskazanym przez jedną z osób wymienionych w ust.1.
- d) przedmiot zamówienia będzie dostarczony ze zwłoką.
- e) przedmiot zamówienia będzie dostarczony w warunkach niezgodnych z wymaganiami producenta( temperatura itp. )

5. Za szkody spowodowane przez Wykonawcę w czasie dostaw odpowiada Wykonawca.



6. Dokonanie dostawy pierwszej części asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia oraz dzierżawionych urządzeń, ich instalacja, pierwsze uruchomienie, szkolenie personelu, oraz odbiór końcowy muszą być potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego na protokole będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

7. Odbiór końcowy będzie następował po dostawie dzierżawionych urządzeń, dokonaniu ich instalacji, pierwszym uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu.

8. PROTOKÓŁ DOSTAWY, INSTALACJI, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU, i ODBIORU KOŃCOWEGO, którego wzór określono w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, przygotowuje Wykonawca w 2 egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Inne dokumenty dotyczące dostaw przygotowuje Wykonawca.

9. Ostateczny termin sporządzenia protokołu określonego w załączniku nr 2 do umowy musi nastąpić najpóźniej w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

10. Wykonawca będzie dostarczał kolejne części asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zamówienia częściowego wysłanego w formie:

- faksu na nr .....lub.....

- e-mail na adres .....

12. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw urządzeń w dzierżawę oraz asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia jest Pracownik Działu Obsługi Klienta, tel. ....e mail .....

## **§ 8**

### **SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE DZIERŻAWY URZĄDZENIA**

1. Wykonawca (Wydzierżawiający) dostarczy Zamawiającemu (Dzierżawcy) urządzenie opisane w § 2 pkt 2 niniejszej umowy w dzierżawę w terminie określonym w § 3 pkt 2 niniejszej umowy na czas trwania umowy.

2. Zamawiający będzie ponosił koszty dzierżawy w wysokości określonej w § 4 pkt 1.2 niniejszej umowy na zasadach opisanych w § 4 pkt 4 i 5 oraz w § 5 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Właścicielem urządzenia pozostaje Wykonawca.

4. Miejscem użytkowania urządzenia będzie Wojewódzki Szpital Zespolony.

5. Przekazanie urządzenia, instalacja, szkolenie personelu, odbiór końcowy potwierdzone zostaną protokołem zgodnie z zapisami § 7 pkt 7-10 niniejszej umowy.

6. Wszelkie koszty związane z przeglądami okresowymi, naprawą i konserwacją urządzeń w tym koszt części zamiennych ponosi Wykonawca i zostały one uwzględnione w cenie czynszu dzierżawnego określonej w par. 4 ust. 1 pkt. 1.2 niniejszej umowy”.

7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonywanie wszelkich napraw urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego określonego w par. 4 ust. 1 pkt. 1.2 niniejszej umowy, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania naprawy powstała z bezspornej winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy - w takim przypadku uzgodnione i udokumentowane koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający.

8. Zamawiający zobowiązuje się do używania urządzeń zgodnie z przeznaczeniem oraz zobowiązuje się, że nie będzie używał i rozporządzał nimi w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.

9. W czasie trwania umowy Zamawiający zobowiązuje się wykorzystywać urządzenia wyłącznie do celów, do jakich są one przeznaczone, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną Zamawiającemu wraz z dostawą urządzeń.

10. Z chwilą wydania Zamawiającemu urządzenia do chwili jego zwrotu Wykonawcy, Zamawiającego obciąża ryzyko jego zniszczenia lub uszkodzenia za wyjątkiem wad ukrytych lub szkód powstałych bez winy Zamawiającego, z zastrzeżeniem że wszelkie szkody Wykonawca w pierwszej kolejności będzie pokrywał z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 18.

11. Instalacji urządzenia dokona osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do instalacji i prowadzenia serwisu urządzenia.

12. Instalacja nastąpi w miejscu wskazanym przez kierownika Pracowni Hemodynamicznej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

13. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez kierownika .....j w zakresie obsługi przedmiotu dzierżawy.

14. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania i normalnej eksploatacji urządzenia tj. koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków itp.

15. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia miejsca pracy urządzenia.

16. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu urządzeń w stanie nie pogorszonym.

17. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zużycie urządzeń będące następstwem ich prawidłowego używania.

18. Wykonawca ubezpieczy urządzenia oddane w dzierżawę od ryzyka ich utraty lub kradzieży oraz zniszczenia jak również szkód osobowych w związku z ich użytkowaniem. W przypadku braku



ubezpieczenia Wykonawcę obciążają wszelkie ww. ryzyka i poniesie on ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku ich zaistnienia, a ust.10 nie będzie miał zastosowania.

19. Wykonawca ma prawo do kontrolowania przez upoważnione przez siebie osoby sposobu wykorzystania i stanu urządzeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem .....

## **§ 9**

### **INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ**

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłową instalację dzierżawionych urządzeń uwzględniającą istniejące warunki do instalacji. Wszelkie koszty związane z instalacją pokrywa Wykonawca, w tym w szczególności koszty wykonania dodatkowych przyłączy i przebudowy (o ile okaże się niezbędna).

2. Dokonanie przez Wykonawcę instalacji i pierwszego uruchomienia /oddania do eksploatacji musi zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na protokole instalacji i pierwszego uruchomienia (część B załącznika nr 2 do umowy).

## **§ 10**

### **SZKOLENIE PERSONELU NA DZIERŻAWIONYM URZĄDZENIU**

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji dzierżawionego urządzenia. Koszty szkolenia zawarte są w cenie przedmiotu zamówienia.

2. Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminach każdorazowo uzgodnionych przez Wykonawcę z kierownikiem Pracowni Hemodynamicznej w godzinach 8:00-13:00.

3. Odbycie szkolenia winno zostać potwierdzone w części C załącznika nr 2 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do udzielania Zamawiającemu konsultacji a także związanych z obsługą i konserwacją dostarczonego urządzenia w przypadku, gdy w toku pracy z dostarczonym urządzeniem pojawią się problemy związane z jego obsługą oraz konsultacji merytorycznych w zakresie wykonywanych badań.

## **§ 11**

### **AWARIE /GWARANCJA / REKLAMACJE/TERMIN WAŻNOŚCI**

#### **1. Ustala się następujące warunki dotyczące dzierżawionych urządzeń:**

1.1. Wykonawca zapewnia w cenie czynszu dzierżawnego serwis naprawczy i konserwatorski na dzierżawione urządzenia przez cały okres trwania umowy.

1.2. Wykonawca zapewni następujące warunki serwisu:

- Kontakt telefoniczny z Inżynierem Serwisu celem konsultacji w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze tj. przez 5 dni w tygodniu (pn -pt)

- Zgłaszanie awarii faxem, e-mailem lub telefonicznie:

- w godzinach 8:00 – 15:00 w dni robocze tj. przez 5 dni w tygodniu (pn - pt) z wyłączeniem dni wolnych od pracy

- przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii krytycznej i 48 godzin od zgłoszenia awarii niekrytycznej niezależnie od dnia tygodnia. Awarię jako krytyczną kwalifikuje Zamawiający przez zgłoszenie jej telefonicznie i potwierdzenie e-mailem;
- konsultacja telefoniczna z serwisem w godz. 7:00 – 20:00 przez 7 dni w tygodniu;
- przypadku naprawy dłuższej niż 72 godz. od chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach i pokryć koszt poniesiony przez Zamawiającego związany z wykonaniem zabiegów na innym urządzeniu..

1.3. W okresie obowiązywania umowy dokonane zostaną przeglądy serwisowe urządzeń w ilości zgodnej z wytycznymi wytwórcy,

1.4. W przypadku napraw urządzeń w okresie obowiązywania umowy Wykonawca każdorazowo dokona ponownej instalacji urządzeń, jeśli będzie to niezbędne np. w okolicznościach gdy koniecznym było dostarczenie aparatu zastępczego oraz w razie potrzeby przeszkoli personel w zakresie użytkowania aparatów na swój koszt, jeśli zostaną wprowadzone zmiany w aparatach wymagające posiadania dodatkowych umiejętności przez osoby je obsługujące. Wykonawca dokona instalacji aparatu zastępczego oraz przeszkoli personel w zakresie użytkowania aparatu zastępczego na swój koszt w sytuacji, gdy nie będzie nim aparat identyczny jak dzierżawiony.

1.5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej dostarczonego w dzierżawę urządzenia, jeśli taka ujawni się w okresie trwania umowy lub do dostarczenia urządzenia tego samego typu spełniającego wymogi SWZ wolnego od wad na swój koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również za wady prawne dostarczonych w dzierżawę urządzeń (jeśli urządzenie stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążone prawem osoby trzeciej bez jej wiedzy) i zobowiązuje się w takim przypadku do dostarczenia urządzenia nie obciążonego wadami prawnymi.

1.6. Najbliższa dla Zamawiającego jednostka serwisowa znajduje się /podać dokładny adres/

uprawniona do przyjmowania zgłoszeń awarii i usterek urządzenia: ul.

.....  
**2. Ustala się następujące warunki dotyczące dostarczanego asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia:**

2.1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment określony w przedmiocie zamówienia wyłącznie fabrycznie nowe, w nienaruszonych fabrycznych opakowaniach i wolny od wad.

2.2. Dostarczany asortyment określony w przedmiocie zamówienia będzie miał ważność minimum 24 m-ce od daty dostawy chyba, że ze specyfiki przedmiotu zamówienia lub opisu przedmiotu zamówienia wynika termin inny (według deklaracji producenta). W przypadku braku określenia przez producenta początku biegu terminu ważności – bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu dokonania dostawy.

2.3. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie **3 dni roboczych** od chwili zgłoszenia reklamacji. Wykonawca gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń reklamacji przedmiotu zamówienia we wszystkie dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach jego pracy.

**3. Ustala się następujące warunki wspólne dotyczące dzierżawionego urządzenia i dostarczanego asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia:**

3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:

- dostarczenia przedmiotu zamówienia złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia / terminu ważności,
- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową / zamówieniem,
- dostarczenia przedmiotu zamówienia w niewłaściwych opakowaniach,
- dostarczenia przedmiotu zamówienia w warunkach niezgodnych z wymaganiami producenta (temperatura itp. )

3.2. Wszelkie koszty związane z wymianą dostarczonego wadliwego, nieodpowiedniego, przeterminowanego lub uszkodzonego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

3.3. Wykonawca dostarczy wyroby zgodne z wytycznymi wytwórcy określonymi w dokumentach takich jak instrukcje użycia.

3.4. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do przyjmowania reklamacji i zawiadomień o usterekach dzierżawionych urządzeń jest (podać imię, nazwisko, nr telefonu, nr faksu, e-mail), tel.: /....., e-mail: .....

## **§ 12**

### **KARY UMOWNE**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

a) za niedotrzymanie terminu dostawy w dzierżawę urządzenia, jego instalacji oraz dostawy pierwszej części asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia – w wysokości **0,1 %** łącznej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy do terminu zakończenia dostaw i instalacji.

b) za niedotrzymanie terminu przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń/a i przekroczenie terminu pełnego wdrożenia urządzeń / a do pracy (potwierdzenie: część D zał. nr 2) – w wysokości **0,1 %** wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy W przypadku zbiegu uprawnień do naliczenia kary umownej, o której mowa w lit. a i b Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej tylko z jednego z ww. tytułów.

c) za zwłokę w dostawie kolejnych części asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia – w wysokości **1%** łącznej wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki, ale nie mniej niż 10 zł. dziennie, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru kupującemu;

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – **10%** wynagrodzenia Wykonawcy brutto za niezrealizowaną część umowy

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – **10%** wynagrodzenia Wykonawcy brutto za niezrealizowaną część umowy;

f) za zwłokę w przystąpieniu przez Wykonawcę do naprawy dzierżawionego urządzenia - w wysokości **0,06 %** wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

g) za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy zgodnie z treścią § 11 ust. 1 pkt 1.a tiret 5 w wysokości **1 %** wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie mniej niż 50 zł. dziennie.

h) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów o których mowa w umowie lub uchybienie innym terminom określonym w umowie w wys. 50 zł. dziennie za każdy dzień zwłoki.

i) za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji dostarczonego towaru zgodnie z § 11 ust 2 pkt.2.4 – w wysokości 20 % wartości brutto towaru, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki, ale nie mniej niż 50 zł. dziennie.

j) za inne naruszenia postanowień niniejszej umowy – 100 zł za każde naruszenie.

2. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych określonych w ust.1 druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar. Zamawiający może potrącić przysługujące mu kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

### **§ 13**

#### **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) może nastąpić jednostronnie w każdej chwili:

- w trybie określonym w art.456 ustawy z dnia 11 września 2019r. „Prawo Zamówień Publicznych”
- w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia złej jakości, ze zwłoką lub niezgodnego z umową; po bezskutecznym 1-krotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na wykonanie umowy. Zaistnienie po raz trzeci naruszenia umowy, o której mowa wyżej w odniesieniu do asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia uprawnia do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.
- w przypadku, gdy dostarczone w dzierżawę urządzenie lub dostarczony asortyment, jest niezgodny z wymogami określonymi w SWZ, z ofertą, z umową lub przepisami prawa i wada ta jest nieusuwalna – bez wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu;
- w przypadku dostarczenia urządzenia w dzierżawę posiadającego wady/usterki i nie usunięcia ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- w przypadku powtarzających się awarii lub usterek urządzenia dostarczonego w dzierżawę powodujących częste przestoje w pracy urządzenia – uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje po wystąpieniu 3 przestoju w pracy urządzenia spowodowanego jego awarią lub usterką;
- w przypadku powtarzających się zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do napraw wymienionych w § 11 (co najmniej trzech);
- jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia z jakiegokolwiek przyczyny lub zaprzestanie wykonywania postanowień umowy w zakresie realizacji dostaw lub usług, o których mowa w niniejszej umowie, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu,
- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 6 niniejszej umowy,
- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień §8 ust. 1,2 i 3 niniejszej umowy,
- w przypadku, gdy ilości asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia ulegną całkowitemu wyczerpaniu lub w stopniu uniemożliwiającym dalszą realizację umowy;
- jeżeli suma kar umownych będzie wyższa niż wynagrodzenie brutto za pakiet, którego dotyczy roszczenie o zapłatę kar umownych;
- jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

3. Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy i żądania zwrotu urządzeń w przypadku, gdy Zamawiający będzie używał przedmiotu umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową lub powierzy go osobie trzeciej, po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do używania przedmiotu w sposób zgodny z niniejszą umową lub do przywrócenia stanu zgodnego z umową w terminie 7 dni.

4. Z tytułu odstąpienia od umowy nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za towary już dostarczone Zamawiającemu które nie posiadały wad i były zgodne z zamówieniem i umową oraz za czas, w którym Zamawiający korzystał z dzierżawionego urządzenia.

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp.

## § 14

### INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz sporządzenia aneksu w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi lub pisemnej dokumentowej (zgodnie z wyborem Zamawiającego) pod rygorem nieważności oraz zapewnienia zgodności z art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Przewiduje się następujące możliwości zmiany umowy po podpisaniu przez obie strony stosownego aneksu do umowy na piśmie polegające na:

2.1. zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby, podmiotów reprezentujących lub danych kontaktowych pod warunkiem, że pod względem prawnym nie prowadzą one do zmian stron umowy,

2.2. zmianie numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu,

2.3. zmianie elementów składowych przedmiotu zamówienia w szczególności na zasadzie ich uzupełnienia, wymiany lub usunięcia wraz z konsekwencjami rachunkowymi dokonanej zmiany z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmianie wartość całkowita zamówienia określona w § 4 ust. 1. W przypadku wprowadzania nowego produktu Zamawiający dopuści powyższe pod warunkiem, że produkt będzie spełniał wymogi określone dla produktów, które Wykonawca miał obowiązek wyszczególnić w ofercie.

2.4. zmianie sposobu konfekcjonowania,

W przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu dopuszcza się zmianę zaoferowanej ilości opakowań, ceny jednostkowej za opakowania wraz z konsekwencjami rachunkowymi dokonanej zmiany z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmianie wartość całkowita zamówienia określona w § 4 ust. 1.

2.5. zmianie terminu płatności i sposobu płatności w przypadku konieczności dostosowania się do zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,

2.6. zmianie postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności tzw. „siły wyższej” tj. wydarzeń i okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezależnych od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które uniemożliwiają jednej ze stron wywiązanie się z postanowień zawartej umowy lub powodują rażącą stratę dla którejkolwiek ze stron umowy. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” – druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania.

2.7. zmianie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia,

2.8. wprowadzeniu zmian, których nie można było przewidzieć lub zapobiec im w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub w części przy zachowaniu należytej staranności.

2.9. wydłużeniu terminu realizacji umowy. Powyższe dopuszczalne jest w sytuacji, gdy nie zostanie przekroczona wartość całkowita umowy określona w § 4 ust. 1.

2.10. wprowadzeniu do umowy nowego asortymentu, który nie był ujęty pierwotnie w umowie, ale ich konieczność dostarczenia pojawiła się w trakcie obowiązywania umowy i jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zabiegów do których jest on przeznaczony. W przypadku wprowadzania nowego produktu Zamawiający dopuści powyższe pod warunkiem, że produkt będzie spełniał wymogi określone dla produktów, które Wykonawca miał obowiązek wyszczególnić w ofercie. Celem możliwości dokonania rozliczeń sukcesywnych za zamawiany asortyment powyższe jest dopuszczalne wraz z jednoczesnym zmniejszeniem ilości asortymentu określonego dotychczas w umowie lub cen jednostkowych innego asortymentu, przy czym zastrzega się, iż całkowita wartość przedmiotu zamówienia określona w § 4 ust. 1 umowy nie może ulec zmianie.

2.11. wprowadzeniu do umowy zmian, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeśli są dopuszczalne przepisami prawa.

2.12. zmianach w Umowie, które nie będą istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp

3. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust 2 pkt 2.2, 2.3, 2.4 mogą być następujące okoliczności:

- wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony,
- wystąpi przejściowy lub stały brak produktu na rynku spowodowany okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub producent zaprzestanie produkcji produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
- wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych
- będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
- będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa.

4. Na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszego ustępu punkty 4.1 – 4.13.

4.1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach pkt. 4.2 – 4.13.

4.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

4.3. Wykonawca w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 5.1 do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji i dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.

4.4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4.3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

4.5. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu niezbędnych kalkulacji i bezspornych dowodów na jej poparcie nie ma prawa do domagania się podwyższenia wynagrodzenia.

4.6. Zamawiający w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 4.1 do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji i dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 4.1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

4.7. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 4.5. i 4.6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 4.1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4.4. i 4.5 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

4.8. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 4.1- 4.7 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 4.1, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 4.1.

4.9. W razie zmiany, o której mowa w ust. 4.1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę odpowiednio wzrostu lub zmniejszenia kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia lub obniżenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

4.10. W razie zmiany wskazanej w ust.4.1 pkt 3 i 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę odpowiednio wzrostu lub zmniejszenia kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę

zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odpowiednio odprowadzenia dodatkowych składek lub zmniejszenia składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

4.11. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ustępu 5 stosuje się odpowiednio.

4.12. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną zmiany.

4.13. Upływ terminu do przekazania pisemnego stanowiska na wniosek, o którym mowa w ust.4.5 i 4.7 lub nie zawarcie w terminie 30 dni od dnia przekazania pisemnego stanowiska na wniosek porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wykonawca nie jest uprawniony do rozwiązania umowy, gdy nie przedstawi Zamawiającemu niezbędnych kalkulacji i bezspornych dowodów na jej poparcie.

5. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA (dowodowa) na podstawie art. 439 ustawy Pzp

5.1. Ceny jednostkowe określone w *Formularzu cenowym załączonym do umowy* będą podlegały zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwane dalej waloryzacją, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie umowy. Waloryzacja będzie dotyczyła *dostaw* następujących po waloryzacji – waloryzacja nie działa wstecz.

5.2. Waloryzacja wymaga każdorazowo wniosku odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego w zależności kto jest stroną inicjującą zmianę wynagrodzenia oraz zawarcia stosownego aneksu do umowy.

5.3. We wniosku wykonawca musi wykazać za pomocą środków dowodowych, że zmiana cen producenta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia, w szczególności spowoduje stratę finansową (wykonanie zamówienia poniżej kosztu zakupu od producenta lub poniżej ceny produkcji) po stronie Wykonawcy.

5.4. Wniosek musi zawierać: zakres roszczenia, uzasadnienie wniosku, dowody na potwierdzenie roszczenia, wyliczenie kwoty waloryzacji oraz formularz cenowy zawierający kwoty jednostkowe po waloryzacji. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub złożone dowody nie uzasadniają w wystarczającym zakresie wniosku strona, która otrzymała ten wniosek może żądać jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Brak rzetelnego uzasadnienia wniosku popartego dowodami stanowi przeszkodę w dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia.

5.5. Strona umowy, do której wpłynął wniosek może żądać następujących dowodów uzasadniających waloryzację:

- szczegółową kalkulację cen jednostkowych, na podstawie których wykonawca obliczył cenę oferty,
- oświadczenie wykonawcy o założonym w ofercie poziomie zysku i ryzyka lub dokumenty polityki zakupowej danego wykonawcy, które ustalają tzw. narzuty, marże, wysokość zysku itp. zatwierdzone przez odpowiednie organy wykonawcy,
- oferty dostawców lub podwykonawców, na podstawie których wykonawca obliczył cenę oferty albo faktury z początkowego okresu realizacji umowy dotyczące tych materiałów i kosztów, o zmianę których wykonawca wnioskuje,
- informację, czy i którzy podwykonawcy wystąpili z propozycją zawarcia aneksów o zmianę wynagrodzenia,
- informacji, czy wykonawca badał rynek w celu znalezienia innych, tańszych dostawców lub podwykonawców,
- uzasadnienia, dlaczego wykonawca nie mógł materiałów i urządzeń objętych wnioskiem o zmianę zamówić wcześniej i zagwarantować sobie ceny ofertowe, kupić wcześniej i składować, etc.
- innych dowodów uzasadniających waloryzację adekwatnie do sytuacji.

5.6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane w taki sposób, że kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o kwotę ustaloną jako różnica ceny producenta i ceny ofertowej bez podatku od towarów i usług w oparciu o dowody, które będą potwierdzały odpowiednio zmianę ceny producenta. Przez cenę producenta należy rozumieć kwotę pieniędzy uzyskiwaną przez producenta od nabywcy za wykonaną jednostkę produktu (wyrobu lub usługi) pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) i powiększoną o podatek akcyzowy oraz uwzględniającą ewentualne dopłaty, opusty i bonifikaty.

5.7. Zmodyfikowany formularz cenowy będzie podstawą do wystawiania faktur za wykonany po waloryzacji przedmiot zamówienia, aż do kolejnej waloryzacji, o której mowa w ust. 9 zdanie drugie.

5.8. Waloryzacja będzie dotyczyła kwoty netto, do której następnie zostanie dodana odpowiednia stawka podatku od towarów i usług (VAT).

5.9. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym będzie obejmowała okres od dnia złożenia oferty do dnia uprawniającego do dokonania waloryzacji. Kolejne waloryzacje będą dokonywane nie częściej niż po upływie miesiąca od ostatniej waloryzacji.

5.10. Waloryzacja, o której mowa w powyższych ustępach będzie dokonywana pod warunkiem, że wysokość zmiany ceny producenta przekroczy (+/-) 5%, a Wykonawca wykaże za pomocą środków dowodowych, że zmiana ceny producenta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 5.3.

5.11. Łączna wartość (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć (+/-) 20% wartości wynagrodzenia netto określonego dla *części zamówienia (pakietu) której dotyczy waloryzacja*.

5.12. W przypadku, gdy z obliczeń wynika, że wartość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy przekracza kwotę, o której mowa w ust. 5.11, strony umowy, celem ograniczenia strat wynikających z wykonania umowy, dokonają uzgodnionej zmiany umowy (konieczny aneks do umowy) w ten sposób, iż:

- zmniejszą odpowiednio zakres świadczenia wykonawcy do wysokości, o której mowa w ustępie 11,
- zmienią sposób rozliczenia wynagrodzenia,
- zmienią termin wykonania zamówienia lub jej części lub czasowo zawieszą wykonanie umowy lub jej części,
- zmienią sposób wykonania umowy – w szczególności dopuszczalna jest zmiana oferowanego przedmiotu umowy na przedmiot o tej samej funkcjonalności i zastosowaniu, spełniający wymogi SWZ, ale zawierający niższą cenę.

5.13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z umową, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli umowa o podwykonawstwo została zawarta na okres przekraczający 6 miesięcy. Wykonawca musi do pierwszej faktury waloryzacyjnej dołączyć oświadczenie podwykonawcy potwierdzające zmianę umowy zgodnie z zasadami, które nie są mniej korzystne niż wynikające z niniejszego paragrafu umowy lub oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu rozliczanych elementów zamówienia. W przypadku braku przedłożenia Zamawiającemu ww. oświadczenia Zamawiający ma prawo do odmówienia akceptacji faktury z waloryzacją i żądania jej korekty.

6. Przewiduje się następujące możliwości jednostronnej zmiany umowy przez Zamawiającego:

- 6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej nie możliwością realizacji przedmiotu umowy.
- 6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
- 6.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SWZ.

## **§ 15 OCHRONA TAJEMNICY**

1. Strony uznają niżej wymienione dziedziny informacji za informacje poufne:

- dane techniczne, technologiczne i metodologiczne o przedsiębiorstwie Wykonawcy, poza zawartymi w ofercie, umowie i załącznikach do umowy
- finanse, organizacja i procedury postępowania przedsiębiorstwa drugiej Strony,
- oprogramowanie aplikacyjne, programy i algorytmy,
- dokumentację, materiały treningowe, wewnętrzne raporty i analizy,
- plany rozwojowe stron,
- tożsamość klientów lub potencjalnych klientów Stron,
- warunki i postanowienia kontraktów (istniejących lub proponowanych) z klientami lub potencjalnymi klientami Stron i inne dane o charakterze handlowym,
- dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych,
- dane medyczne,
- wszelkie inne informacje oznaczone przez Strony jako poufne.

2. Mając na względzie powyższe Strony zgadzają się:

- utrzymywać w tajemnicy informację poufną i nie ujawniać, bez wzajemnej pisemnej zgody, żadnej jej części jakiegokolwiek innej stronie,
- ograniczyć rozpowszechnianie informacji poufnej w obrębie własnej organizacji, jedynie do osób, które muszą posiadać taką wiedzę w celu realizacji umowy,
- wykorzystywać informacje poufne jedynie do celu podjęcia działań, dostarczenia usług i/lub wytworzenia produktów objętych umową,

- podjąć niezbędne działania, włączając w to odpowiednie umowy ze swoimi pracownikami oraz odpowiednie ich poinstruowanie, w celu umożliwienia wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy,
  - poinformować osoby fizyczne i prawne współpracujące ze Stroną, bez względu na podstawę prawną takiej współpracy, o poufnym charakterze udostępnionych informacji oraz zobowiązać je do zachowania poufności.
3. Strona może ujawnić informację poufną, jeżeli obowiązek taki jest wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub ujawnienie wymagane jest na żądanie organu do tego uprawnionego.
  4. Każda informacja poufna ujawniona przez jedną ze Stron drugiej lub jej pracownikom, przed datą zawarcia umowy, staje się informacją jawną.
  5. Postanowienia niniejsze nie stosują się do informacji poufnej podanej do wiadomości publicznej przez Stronę do tego uprawnioną.
  6. Strony zobowiązane są do usunięcia, po zakończeniu lub ustaniu umowy, wszelkich udostępnionych przez drugą stronę informacji i danych poufnych, w szczególności danych osobowych, medycznych i kopii udostępnionych baz danych, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

## **§ 16**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozrządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119) – dalej RODO.
- 1) Udzielający zamówienia (Zamawiający) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych.
- 2) Na mocy niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko.
- 3) Przekazanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii danych: dane osób zatrudnionych.
- 4) Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane w związku z realizacją niniejszej umowy jako informacje poufne. Informacje nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiegokolwiek osobie trzeciej, a dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie uprawnieni pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest uzasadniony zakresem wykonywanych zadań oraz stosownie do tego zakresu nadanymi uprawnieniami / upoważnieniami.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby, będące pracownikami Wykonawcy jak i pracownikami podwykonawcy, z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania bezterminowo w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
- 6) Po zakończeniu trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia pozyskanych w trakcie obowiązywania umowy danych osobowych.
- 7) Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO oraz z niniejszej umowy stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
- 8) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Wykonawcy: .....

## **§ 17**

### **INFORMACJA DOT. ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r., poz. 2240) Zamawiający informuje, że zapewnia minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe warunki służące zapewnieniu dostępności ww. osobom w zakresie zamówienia publicznego zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.wszplock.pl> m.in. w zakładce „Dla Pacjenta”.

## **§ 18**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wierzytelności
  - 1.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy np. odsetek lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
  - 1.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 1.1., występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.



1.3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki np. udzielenie poręczenia zapłaty za Zamawiającego, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do nie dokonywania potrąceń swojej wierzytelności wraz z odsetkami z wierzytelnością Zamawiającego lub osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

1.5. Brak przestrzegania przez Wykonawcę powyższych postanowień uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w umowie z tego tytułu.

2. Do dokonania czynności polegającej na zmianie wierzyciela Zamawiającego-Szpitala wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego-Szpital, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności dokonania tej czynności.

3. W przypadku, gdy podmiot trzeci, który nabył wierzytelność niezgodnie z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 1, będzie dochodził od Zamawiającego - Szpitala należności, których spłaty dokonał Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności wobec podmiotu trzeciego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca dokonuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, a czynność ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiada prawo do dysponowania oprogramowaniem będącym w zakresie przedmiotu umowy, w tym do udostępnienia go Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy. Licencja na oprogramowanie zostanie udzielona na czas obowiązywania niniejszej umowy, na mocy niniejszej umowy. /jeśli dotyczy/.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w dniu podpisania umowy porozumienia będącego załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

7. Wykonawca w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału trwania umowy dostarczy sprawozdanie z realizacji umowy w układzie ilościowo-wartościowym.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

9. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za zgodnym porozumieniem stron.

11. Umowę sporządzono:

- w postaci pisemnej dokumentowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego \*
- w postaci elektronicznej \*

12. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Nr 1. opis przedmiotu zamówienia potwierdzony oświadczeniem przez Wykonawcę wraz z formularzem cenowym
- Nr 2. protokół dostawy, instalacji, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego
- Nr 3. najkorzystniejsza oferta
- Nr 4. Porozumienie na podstawie art. 208 Kodeksu pracy
- Nr 5. SWZ
- Nr 6. Załącznik nr 1

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY**

-  
Załącznik nr 2 do umowy nr .....z dnia .....

**PROTOKÓŁ DOSTAWY DZIERŻAWIONYCH URZĄDZEŃ ORAZ PIERWSZEJ CZĘŚCI  
ASORTYMENTU, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I  
ODBIORU KOŃCOWEGO**

DOTYCZY UMOWY NR .....z dnia .....

**CZĘŚĆ A – DOSTAWA**

Dostarczono do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku następujące wyroby:

L.p.	Nazwa urządzenia/ model , typ	Dostarczona ilość	Data dostawy	Podpis osoby dostarczającej	Podpis osoby potwierdzającej dostawę od strony zamawiającego

L.p.	Nazwa asortymentu	Dostarczona ilość	Data dostawy	Podpis osoby dostarczającej	Podpis osoby potwierdzającej dostawę od strony zamawiającego

**CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE**

Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu urządzeń wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

L.p.	Nazwa urządzenia	Miejsce montażu	Data	Podpis osoby dokonującej montażu	Podpis osoby potwierdzającej prawidłowy montaż od strony zamawiającego

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.  
Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w wymaganej ilości egzemplarzy.

### CZĘŚĆ C – SZKOLENIE PERSONELU

Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie obsługi i diagnostyki przy użyciu dzierżawionego urządzenia oraz w zakresie użytkowania i podstawowej konserwacji urządzenia.

Nazwa urządzenia	Data szkolenia	Szkolący – imię, nazwisko, stanowisko	Imię i nazwisko osoby przeszkolonej	Podpis osoby potwierdzającej dokonanie szkolenia	
				szkolący	szkolony

### CZĘŚĆ D – ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono **terminowe\*/nieterminowe\*** wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostaw opisanych w części A.

Nieterminowe wywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy dotyczy:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Zwłoka Wykonawcy podlegająca na naliczeniu kar umownych wynosi .....dni.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

\* - niepotrzebne skreślić

## **POROZUMIENIE**

z dnia..... do umowy **SZP/**

### **regulujące zasady prawidłowej współpracy z firmami zewnętrznymi wykonującymi prace na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku**

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy: **Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku**, zwany w treści umowy Zamawiający, a firmą:

.....  
.....zwanym dalej Wykonawcą.  
Ilekoć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Ilekoć w niniejszym porozumieniu jest mowa o „pracowniku” lub „pracowniku Wykonawcy” rozumie się przez to pracownika w rozumieniu kodeksu pracy Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz osoby przy udziale których Wykonawca wykonuje zamówienie.

#### **§ 1**

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. **Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku**, .....  
( budynek, komórka organizacyjna: oddział, zakład itp.)

#### **§ 2**

1. Pracodawcy ustalają koordynatorów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w osobach:  
Elżbieta Niewiadomska- Starszy Specjalista ds. BHP (kontakt: 24 364 63 36,e.niewiadomska@wszplock.pl)  
Andrzeja Rakowieckiego – Specjalista ds. bhp, inspektor ochrony ppoż. (kontakt: 24 364 63 36, a.rakowiecki@wszplock.pl)  
oraz Mateusza Jaskółki- Specjalista ds. BHP (kontakt: 24 364 63 36 oraz m.jaskolka@wszplock.pl)  
oraz zlecają koordynatorom realizację w ich imieniu zadania, o których mowa w § 4
2. Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapewnienia pracownikom pracującym w (budynek, komórka organizacyjna: oddział, zakład itp.) **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku**, .....bezpiecznej i higienicznej pracy.
3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie WSZ w Płocku odbywać się będzie w obecności koordynatora.
4. Wyznaczenie koordynatora do nadzoru bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia zatrudnionym pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

#### **§ 3**

1. Obowiązkiem pracodawcy, którego pracownicy wykonują prace na terenie WSZ w Płocku jest pisemne przekazanie koordynatorowi nadzorującemu bhp, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania prac określonych przedmiotem umowy:
  - nazwę firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, maila,
  - czasu trwania umowy,
  - rodzaju i miejsca wykonywanych prac,
  - wykazu pracowników, którzy będą wykonywać prace oraz dane osoby nadzorującej ich pracę,
  - w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania.
2. Wykonawca przed podjęciem prac zobowiązany jest do przedłożenia koordynatorom nadzoru bhp oświadczenia potwierdzającego wypełnienie przez siebie obowiązku wynikającego

z przepisów i zasad bhp tj.: aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich, wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej, użytkowanych maszyn i urządzeń (certyfikaty, dostosowanie do minimalnych wymagań, atesty), zdarzeń wypadkowych (wypadki przy pracy), ocena ryzyka zawodowego.

3. Wykonawca informuje koordynatorów nadzoru BHP o planowanym terminie realizacji prac pożarowo niebezpiecznych, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.

#### § 4

Do zadań i obowiązków koordynatora nadzorującego BHP należy:

1. Informowanie pracowników Wykonawcy o:
  - zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie WSZ w Płocku, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadkach awarii i w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń:
  - zasadach poruszania się na terenie WSZ w Płocku
  - zasadach postępowania w przypadku zdarzeń wypadkowych
  - pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Informacja o pracownikach, o których mowa obejmuje:

- imię i nazwisko
  - miejsce wykonywania pracy
  - numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej
  - o sposobie kontrolowania pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonywanych prac
2. Informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Wstrzymanie pracy maszyn lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników wykonujących prace na terenie WSZ w Płocku.
  4. Odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

#### § 5

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 6

Porozumienie zostało sporządzone w formie elektronicznej .

#### § 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie obowiązywania umowy nr .....

.....  
( podpis wykonawcy)

.....  
( podpis zamawiającego)