

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Opis przedmiotu zamówienia

Waga magazynowa paletowa platformowa

Kod CPV: 38310000-1 – Urządzenia do pomiaru masy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej wagi magazynowej paletowej platformowej, przeznaczonej do ważenia palet w pracowni logistyczno-magazynowej. Waga ma umożliwiać pomiar masy towarów o dużej wadze i objętości, z możliwością obsługi ręcznym wózkiem paletowym.

Dostawa: Zespół Szkół w Drezdenku, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko

Zakres dostawy:

Zamówienie obejmuje dostawę, uruchomienie i przekazanie wagi paletowej wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi w języku polskim.

Wymagania minimalne:

1. Parametry techniczne

- Typ: waga platformowa paletowa
- Wymiary szalki: **1200 mm × 1200 mm**
- Wysokość całkowita: **max. 100 mm**
- Maksymalne obciążenie: **min. 5000 kg (5 ton)**
- Dokładność odczytu: **min. 0,5 kg**
- Konstrukcja: stalowa, wzmocniona, malowana proszkowo
- Szalka: blacha ryflowana
- Regulowane nóżki zapewniające stabilność

2. Zasilanie i wyświetlacz

- Zasilanie: 230V/50Hz oraz akumulatorowe (min. 6V/4Ah)
- Czas pracy na akumulatorze: **min. 90 godzin**
- Wyświetlacz LED: czytelny w każdych warunkach oświetlenia
- Długość przewodu wyświetlacza: **min. 5 metrów**
- Możliwość podłączenia wyświetlacza gabarytowego

3. Funkcje wagi



Fundusze Europejskie
dla Lubuskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lubuskie
Warte zachodu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

- Tara
- Zerowanie
- Sumowanie ważeń
- Pamięć stanu
- Sygnalizacja przeciążenia (high/low)
- Ważenie towaru w ruchu

4. Warunki użytkowe

- Przystosowana do pracy w warunkach magazynowych
- Możliwość najazdu ręcznym wózkiem paletowym
- Temperatura pracy: min. -10°C do +40°C

Dokumentacja (w języku polskim):

- Deklaracja zgodności CE
- Instrukcja obsługi i konserwacji
- Karta gwarancyjna
- Protokół odbioru urządzenia

Gwarancja:

Min. 24 miesiące

Podstawa prawna sporządzenia OPZ:

1. Wymagania podane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu stanowią minimalne wymagania i winny być spełnione obligatoryjnie. Niespełnienie powyższych wymagań (minimalnych) skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

2. Oferty równoważne. Ilekcć w specyfikacji warunków zamówienia, oraz w załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, intencją zamawiającego było przedstawienie przykładu „typu” tj. określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych produktu, materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i należy przyjąć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”. Zaoferowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, określone przez zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych różnych producentów. Ewentualne operowanie

przykładowymi nazwami, znakami itp. ma jedynie charakter przykładowy mający na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego, z zachowaniem zasady neutralności opisu przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku powoływania się przez zamawiającego na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego.

4. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym.

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego.