

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, najem oraz serwisowanie 160 koncentratorów tlenu z przeznaczeniem do używania przez pacjentów (użytkowników) zakwalifikowanych do domowego leczenia tlenem w miejscu zamieszkania pacjenta

Urządzenia do podawania tlenu: KOD CPV: 33157800-3, Medyczna aparatura oddechowa KOD CPV: 33157400-9, Urządzenia do terapii tlenowej Kod CPV: 33157810-6

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz koncentratorów tlenu, który będzie zawierał: Producent/model/ rok produkcji/ numer seryjny.

2. 160 koncentratorów tlenu wykorzystywane będą do przewlekłego leczenia tlenem pacjentów (użytkowników) w warunkach domowych, w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty z Najemcą (usługa Domowego Leczenia Tlenem) na terenie województwa śląskiego, stan Użytkowników na dzień 05.11.2025 roku:

| | |
|------------------|----|
| 1. Orzesze | 24 |
| 2. Mikołów | 21 |
| 3. Łaziska Górne | 17 |
| 4. Bieruń | 1 |
| 5. Tychy | 21 |
| 6. Gostyń | 2 |
| 7. Bełk | 2 |
| 8. Zabrze | 1 |
| 9. Wola | 1 |
| 10. Piasek | 1 |
| 11. Żory | 18 |
| 12. Czerwionka | 6 |
| 13. Rybnik | 7 |
| 14. Ornontowice | 7 |
| 15. Pszczyna | 7 |
| 16. Paniówki | 4 |
| 17. Ruda Śl | 4 |
| 18. Kobiór | 2 |
| 19. Stanowice | 1 |
| 20. Sosnowiec | 1 |
| 21. Imielin | 1 |
| 22. Przyszowice | 1 |
| 23. Lędziny | 4 |
| 24. Jejkowice | 1 |
| 25. Siemianowice | 1 |
| 26. Szczekowice | 2 |
| 27. Katowice | 1 |
| 28. Pruchna | 1 |
| 29. Suszec | 1 |
| 30. Książenice | 1 |

3. Wynajmujący dostarczy sprzęt medyczny na swój koszt do **w terminie do maksymalnie 24h od momentu zawarcia umowy** do Użytkowników wskazanych przez Najemcę w wykazie, który zostanie przesłany Wynajmującemu e-mailem w dniu zawarcia umowy.

Wynajmujący zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych pracowników Najemcy w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu medycznego.

4. Dowodem dostarczenia, przekazania sprzętu Medycznego do Najemcy, będzie protokół zdawczo-odbiorczy / oświadczenie Użytkownika. Treść protokołu zdawczo-odbiorczego / oświadczenie Użytkownika stanowi załącznik do projektu umowy

Ponadto Wynajmujący zobowiązany jest przekazać Użytkownikom instrukcje obsługi i etykiety wyrobu w języku polskim.

5. Umowa zostanie zawarta na czas określony 24 miesięcy

6. Koszt najmu jednego koncentratora tlenu powinien obejmować dostawę do Użytkownika wraz z pełnym wyposażeniem, przez które rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania sprzętu medycznego, tj.: wazy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt., przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką, filtr powietrza oraz nawilżacz tlenowy, jego odbiór od Użytkownika po zakończeniu leczenia oraz koszty serwisowania i wymiany masek lub kaniul oraz nawilżacza i filtrów oraz innych ewentualnych materiałów zużywalnych.

7. Pożądane parametry techniczne koncentratorów tlenu:

- powinny spełniać warunki techniczne niezbędne do ich samodzielnej obsługi przez pacjenta (Użytkownika) w miejscu jego zamieszkania.

- Masa urządzenia do 15 kg.

- Poziom natężenia dźwięku **maksymalnie 40 dB**.

- Stężenie tlenu nie mniejsze niż 90% przy przepływie 2,5l/min

- zasilenie z uziemieniem – 230V, 50 Hz i pobór mocy nie więcej niż 300 W.

- Zakres przepływów od 0,5 do 5 l na minutę.

8. Dostarczone w ramach zawartej umowy koncentratory tlenu powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku spełniać warunki techniczne określone przez producenta oraz wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

9. Wymiany akcesoriów dokonywane będą na następujących zasadach:

kaniule tlenowe lub maski – w liczbie umożliwiającej ich wymianę co najmniej raz w miesiącu, wymiana filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza na każdym przeglądzie technicznym.

10. Ponadto Wynajmujący będzie dokonywał pomiaru stężenia wytwarzanego przez koncentrator tlenu przy przepływie 2l/min na każdym przeglądzie technicznym.

11. Wynajmujący zobowiązany jest do przeglądu i wymiany filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza po każdej zmianie pacjenta oraz dokonania przeglądu sprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami producenta zaoferowanych koncentratorów tlenu oraz sporządzenia protokołu z każdego przeglądu i przedstawienia go Najemcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa NFZ nr 45/2019/DSOZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zaoferowanych koncentratorów tlenu.

12. Wykonawca zapewnia telefoniczną dostępność serwisu w celu zgłoszenia awarii. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu Medycznego Wynajmujący zobowiązuje się usunąć ją maksymalnie **w ciągu 24 godzin** od momentu zgłoszenia przez Użytkownika bez względu na dzień tygodnia, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem zawierającym datę oraz godzinę zgłoszenia oraz usunięcia awarii, potwierdzonym przez Użytkownika a następnie dostarczonym do Najemcy. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii na miejscu musi zostać w ciągu **10 godzin** przekazany koncentrator zastępczy, o czym będzie pisemnie

poinformowany Najemca. Po wykonaniu naprawy koncentrator pierwotnie przypisany do Użytkownika musi zostać niezwłocznie do niego zwrócony.

13. W przypadku, gdy w kolejnych latach kalendarzowych, tj. od 2027 lub 2028 roku obowiązywania niniejszej umowy, Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktuje usługi Domowego Leczenia Tlenem u Najemcy, wypowie lub rozwiąże istniejącą umowę o świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, umowa niniejsza traci moc z dniem, od którego usługa Domowego Leczenia Tlenem nie została zakontraktowana bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, natomiast jeżeli ilość zakontraktowanych świadczeń ulegnie zmniejszeniu, z przyczyn dotyczących pacjentów wówczas strony zmniejszają ilość najmowanych koncentratorów.

14. O braku zakontraktowania usługi z NFZ Najemca poinformuje Wynajmującego w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentu z NFZ potwierdzającego ten fakt. Fizyczny odbiór koncentratorów od Użytkowników nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wygaśnięcia umowy. Zmniejszenie ilości potrzebnych dla pacjentów koncentratorów przekazywane będzie na bieżąco w trakcie realizacji umowy.

15. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z przepisami obowiązującymi w chwili jego wytworzenia i spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych i innych przepisach prawa, jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi w języku polskim