

**Nazwa zadania:**

**„Przegląd oraz wzorcowanie gazomierza turbinowego typ CGT-02 DN300 G2500 PN63 nr fabr.: 852446”**

**I. Przedmiot zamówienia:**

Wykonanie przeglądu oraz wzorcowania gazomierza turbinowego CGT DN300 G2500 PN63, nr fabr.:852446

Zakres wykonania usługi obejmuje:

1. Przegląd i ewentualna wymiana łożysk gazomierza (po stwierdzeniu przez autoryzowany serwis konieczności takiej wymiany), przegląd zasobnika oleju do smarowania mechanizmu liczydła mechanicznego gazomierza.
2. Badanie szczelności.
3. Wzorcowanie poświadczony stosowym świadectwem.

**II. Termin realizacji usługi:**

Wymagany termin realizacji 30-11-2023 r.

**III. Warunki realizacji usługi:**

1. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania usługi.
2. Wszystkie prace serwisowe będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy.
3. Zamawiający zapewnia transport zdemontowanego gazomierza do Wykonawcy.
4. W przypadku braku konieczności wymiany łożysk gazomierza, Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami tej wymiany, koszt wymiany łożysk zostanie określony w ofercie jako osobna pozycja.
5. Po realizacji całości zadania Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół z wykonanych prac.

**IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy:**

Wykonawca wzorcowania gazomierza musi posiadać aktualną decyzję (akredytację) Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Sporządził: Damian Markowski

Specjalista ds. Technicznych

*D. Markowski*  
Damian Markowski

04.08.2023

Kierownik Działu Technicznego  
*P. Banasiak*  
Piotr Banasiak