

Nazwa zadania:

„Przegląd oraz wzorcowanie gazomierza turbinowego typ CGT-02 DN300 G2500 PN63 nr fabr.: 6-73020”

I. **Przedmiot zamówienia:**

Wykonanie przeglądu oraz wzorcowania gazomierza turbinowego CGT DN300 G2500 PN63, nr fabr.:6-73020

Zakres usługi obejmuje:

1. Przegląd i ewentualna wymiana łożysk gazomierza (po stwierdzeniu przez autoryzowany serwis konieczności takiej wymiany), przegląd zasobnika oleju do smarowania mechanizmu liczydła mechanicznego gazomierza.
2. Badanie szczelności.
3. Wzorcowanie gazomierza przeprowadzone przy ciśnieniu roboczym układu pomiarowego ok. 50 bar gdzie medium roboczym jest gaz wysokometanowy E – wzorcowanie poświadczone stosownym świadectwem zawierającym warunki wzorcowania wykonane w laboratorium posiadającym akredytację.

II. **Termin realizacji usługi:**

1. Wymagany termin realizacji 30-10-2024 r.
2. Termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu w przypadku gdy jednostka zewnętrzna wykonująca wzorcowanie opóźni usługę.

III. **Warunki realizacji usługi:**

1. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania usługi.
2. Wszystkie prace serwisowe będą wykonywane przez autoryzowany serwis.
3. Dostarczenie i odbiór gazomierza do siedziby Wykonawcy po stronie Zamawiającego.
4. Po realizacji całości zadania Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół z wykonanych prac.
5. Wykonawca wzorcowania gazomierza musi posiadać aktualną decyzję (akredytację) Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Sporządził: Damian Markowski

