

Załącznik nr 2c do SWZ oraz nr 1c do projektu umowy

Zakres prac - opis techniczny dotyczący postępowania „Wykonywanie pomiarów, badań i kalibracji urządzeń elektroenergetycznych, gazometrycznych, sprzętu dielektrycznego systemów przeciwpożarowych”

Część III zamówienia

Wykonywanie kalibracji przenośnych urządzeń gazometrycznych dla kopalni i jednostek administracyjnych

Wykonanie kalibracji urządzenia pomiarowego gazometrycznego ręcznego (przenośnego) w tym:

- a. eksplozymetry,
- b. metanomierze,
- c. tlenomierze,
- d. mierniki stężenia siarkowodoru,
- e. wielogazowe detektory ręczne

Wykonanie protokołów z kalibracji.

UWAGA: Urządzenia gazometryczne przenośne kalibrowane 2 razy do roku.

Całość prac serwisowych należy wykonywać zgodnie z DTR-kami i instrukcjami obsługi urządzeń i sprzętu.

Ilość urządzeń przeznaczonych do kontroli jest określona w załączniku „wykaz urządzeń” dla części III zamówienia (w wersji Excel) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.