

Załącznik nr 2d do SWZ oraz nr 1d do projektu umowy

Zakres prac - opis techniczny dotyczący postępowania „Pomiary, badania i kalibracje urządzeń elektroenergetycznych, gazometrycznych, sprzętu dielektrycznego i systemów przeciwpożarowych”

Część IV zamówienia - wykonywanie kalibracji przenośnych urządzeń gazometrycznych dla magazynów gazu.

Wykonanie kalibracji urządzenia pomiarowego gazometrycznego ręcznego (przenośnego) w tym:

- a. eksplozometry,
- b. metanomierze,
- c. tlenomierze,
- d. mierniki stężenia siarkowodoru,
- e. wielogazowe detektory ręczne

Wykonanie protokołów z kalibracji.

UWAGA: Urządzenia gazometryczne przenośne kalibrowane 2 razy do roku.

Całość prac serwisowych należy wykonywać zgodnie z DTR-kami i instrukcjami obsługi urządzeń i sprzętu.

Ilość urządzeń przeznaczonych do kontroli jest określona w załączniku „wykaz urządzeń” dla części IV zamówienia (w wersji Excel) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

Specjalista Elektryk

Grzegorz Rychlec