

Zapytanie ofertowe nr LAB/2/000041/22**I. Zakres zapytania ofertowego**

ORLEN Laboratorium S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację jednej lub dwóch niżej wyspecyfikowanych usług.

II. Przedmiot zapytania ofertowego**Usługa A****1. Sprzedaż 1 sztuki mineralizatora mikrofalowego (model MARS 6 iWave produkcji CEM).**Wymagania techniczne:

- Urządzenie do mineralizacji próbek osadów technologicznych, w tym zaolejonych.
- Urządzenie musi zapewniać uzyskanie jednorodnego, pozbawionego zanieczyszczeń stałych roztworu w celu dalszego oznaczenia pierwiastków metodą ICP.
- Źródło promieniowania mikrofalowego
 - Magnetrony o maksymalnej dostępnej mocy wyjściowej co najmniej 2000W zapewniające niepulsacyjną emisję mikrofal.
- Sterowanie
 - Panel kontrolny z wyświetlaczem odpornym na działanie kwasów wyświetlający parametry pracy.
 - Wewnętrzna pamięć do zapisu metod i danych.
 - Katalog predefiniowanych metod.
 - Automatyczne wykrywanie ilości i typu wstawionych naczyń.
 - Automatyczny dobór optymalnych parametrów pracy.
 - Dźwiękowa sygnalizacja zakończenia procesu.
 - Możliwość programowania parametrów mocy, czasu i temperatury przez użytkownika.
- Zabezpieczenia
 - Zabezpieczenia drzwi i magnetronu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
- System kontroli temperatury
 - System kontroli temperatury w zakresie do 330°C w naczyniach z wykorzystaniem czujników.
- Parametry mechaniczne
 - Komora i drzwi pieca wykonane ze stali powlekane wielowarstwowo teflonem.
 - Zintegrowany system wyciągowy odporny na korozję.
 - Podświetlenie komory.
 - Napęd rotora z czujnikami położenia.
- Wyposażenie dodatkowe
 - Rotor 16 pozycyjny do naczyń iPrep mini.

ORLEN Laboratorium S.A.

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel. (24) 256 81 25
fax (24) 367 74 79
orlenlaboratorium@orlen.pl
www.orlenlaboratorium.pl

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Marek Witkowski
Członek Zarządu – Piotr Szpakowicz
Członek Zarządu – Andrzej Aleksandrowicz
Rejestracja Spółki:
Sąd Rejonowy dla łodzi – Śródmieście w łodzi
XX Wydział Gospodarczy
nr KRS 0000628738
NIP 774-27-43-094
Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 9.977.130 zł



- Zestaw naczyń do mineralizacji skompletowanych ze wszystkimi niezbędnymi elementami iPrep mini – 8 sztuk.
- 2. Wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia w Pracowni.
- 3. Przeprowadzenie sprawdzenia temperatury oraz testu wycieku mikrofal, potwierdzone protokołem.
- 4. Wdrożenie metody mineralizacji mikrofalowej odpowiedniej dla badanych obiektów.
- 5. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia z zastosowaniem próbki rzeczywistej zapewnionej przez Pracownię; kryterium - uzyskanie jednorodnego, pozbawionego zanieczyszczeń stałych roztworu.
- 6. Przeszkolenie personelu Pracowni w zakresie obsługi i konserwacji aparatu w Pracowni oraz przeszkolenie Działu Utrzymania Ruchu w zakresie przeglądów/konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi oraz w zakresie diagnozy usterek i napraw, potwierdzone protokołem ze szkolenia.
- 7. Dostawa wymaganej dokumentacji:
 - dokument poświadczający dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE)
 - karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji
 - niezbędna dokumentacja techniczna dostarczona
 - kompletna instrukcja obsługi oryginalna oraz w języku polskim (w wersji papierowej oraz elektronicznej). Instrukcja obsługi powinna zawierać min.:
 - rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania,
 - opisy i objaśnienia niezbędne do ustawienia i regulacji aparatu,
 - opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami,
 - specyfikacje części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
- 8. Podpisanie Protokołu Odbioru przez Użytkownika oraz Dostawcę potwierdzającego spełnienie powyższych wymagań.

Miejsce realizacji usługi – Pracownia w Laboratorium Centralnym, teren Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku (teren zamknięty).

Usługa B

1. Sprzedaż **1 sztuki mineralizatora mikrofalowego do roztwarzania katalizatorów wg UOP 291 i ciężkich produktów naftowych wg UOP 986.**

Wymagania techniczne:

- Urządzenie do mineralizacji katalizatorów stałych w 20% kwasie siarkowym oraz w stężonych kwasach azotowym, solnym wg UOP 291 oraz ciężkich węglowodorów wg UOP 986 z nadtlaniem wodoru oraz stężonym kwasem azotowym
- Moc magnetronu od 200 do min.1450 W
- Niepulsacyjna emisja mikrofal w całym zakresie
- Rotor min. 12 stanowiskowy z kompletem naczyń o poj. 100 ml, możliwość pracy z mniejszą ilością naczyń
- Konstrukcja rotora umożliwiająca wstawianie i wyjmowanie pojedynczych naczyń z mineralizatora
- Prosty sposób zamykania i otwierania naczyń bez konieczności używania dodatkowych narzędzi
- Zamykane naczynka mineralizatora wyposażone w uszczelki samodoszczelniające
- Bezkontaktowa kontrola temperatury w każdym naczyniu z możliwością odczytu i graficznej prezentacji jego wartości
- Bezkontaktowa kontrola ciśnienia w każdym naczyniu z możliwością odczytu i graficznej prezentacji jego wartości
- Komora mineralizatora wykonana ze stali nierdzewnej pokryta fluoropolimerem
- Naczynia teflonowe powinny być odporne na wysokie ciśnienie do 350 psi i temperaturę do 250°C
- Wylot odprowadzający opary i gazy z wnętrza mikrofal do systemu wentylacji
- Preferowane menu w języku polskim

- Możliwość ustawienia min. 10 własnych metod mineralizacji przechowywanych w bazie danych aparatu.
- Wyposażenie dodatkowe:
- materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku stosowane do badań na przeprowadzenie 100 oznaczeń
 - wkładki kwarcowe przystosowane do wyprężania prób w temperaturze 900°C dostosowane do naczynek mineralizatora w ilości min. 20 szt.
 - min.18 kompletnych zestawów naczyń pomiarowych niezbędnych do wykonania roztwarzania mikrofalowego.
2. Wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia w Pracowni, zgodnie z instrukcją obsługi i/lub wymaganiami w/w norm czynnościowych.
 3. Ustawienie i wdrożenie w/w metod mineralizacji dla wymaganych obiektów badań.
 4. Sprawdzenie ustawienia parametrów metody mineralizacji na co najmniej dwóch różnych katalizatorach (zregenerowany i zakoksowany) oraz dwóch różnych ciężkich próbkach naftowych. Kryterium poprawności działania: całkowita mineralizacja w/w obiektów badań zgodnie z wymaganiami norm; wyniki uzyskane na nowej kuchenie do mineralizacji i obecnej mieszczące się w granicach odtwarzalności normy UOP 291 dla katalizatora zakoksowanego i zregenerowanego.
 5. Przeszkolenie:
 - personelu min 3 osoby w zakresie obsługi aparatu i oprogramowania,
 - min 2 osób z podstawowej konserwacji oraz drobnych napraw pieca mikrofalowego,
 - pracowników Działu Utrzymania Ruchu w zakresie:
przeglądów / konserwacji wg harmonogramu i zgodnie z Instrukcją obsługi,
regulacji i ustawiania parametrów,
diagnozy, analizy i naprawy najczęstszych (podstawowych usterek) / awarii.
 6. Dostawa wymaganej dokumentacji:
 - certyfikat dopuszczenia do stosowania na terenie UE – wymagany certyfikat CE w języku polskim,
 - kompletna instrukcja obsługi oryginalna wraz z tłumaczeniem na język polski, min. w wersji elektronicznej, zgodna z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i z odnoszącym się do niej Polskim Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2008 r. Instrukcja obsługi powinna zawierać min.:
rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania, opisy i objaśnienia niezbędne do ustawienia i regulacji aparatu, opis sytuacji awaryjnych i sposób postępowania w takich wypadkach, opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami, specyfikacje części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, pozostałe informacje zawarte w Dyrektywie i Rozporządzeniu,
 - wykaz części zamiennych, eksploatacyjnych wraz z numerami katalogowymi,
 - karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji.
 7. Podpisanie Protokołu Odbioru przez Użytkownika oraz Dostawcę potwierdzającego spełnienie powyższych wymagań.

Miejsce realizacji usługi – Pracownia w Laboratorium Centralnym, teren Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku (teren zamknięty).

III. Sposób złożenia Oferty

Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być kompletna i przygotowana z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT do dnia wskazanego w zapytaniu, w odpowiednio przygotowanych do tego celu blokach. Dopuszcza się załączniki w formacie ".doc", ".xls", ".pdf".

Przewiduje się równoległy proces składania poszczególnych części oferty; część formalna, techniczna i handlowa składane są równolegle; otwarcie części handlowej następuje po akceptacji części formalnej i technicznej. Oferentom zostanie umożliwione częściowe składanie ofert czyli na poszczególne pozycje/usługi.

Część Formalna

Prosimy o przedstawienie:

- potwierdzenia o zapoznaniu się i akceptacji zasad prezentowanych w dokumentach Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN, Polityka antykorupcyjna GK ORLEN, Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ORLEN Laboratorium S.A.
- scanu aktualnego KRS, wyciągu/wypisu z jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważnego dokumentu rejestrowego
- aktualnych (nie starszych niż 3 miesiące od wyznaczonego terminu składania ofert) zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne z ZUS i US – wymóg dotyczy podmiotów krajowych.

Część Techniczna

Prosimy o przedstawienie:

- potwierdzenia realizacji wymaganej usługi tj. oferta techniczna powinna zawierać specyfikację oferowanego urządzenia oraz wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia w formie zwięzłych opisów; jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu
- wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 1)
- okresu gwarancji (wymagana gwarancja min. 24 miesięcy) wraz z przedstawieniem warunków gwarancji
- terminu realizacji usługi.

W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania.

Część Handlowa

Prosimy o przedstawienie:

- ceny netto za usługę
- ceny netto przeglądów gwarancyjnych, wymaganych do utrzymania min. 24-miesięcznej gwarancji (w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy są bezpłatne - proszę wpisać 0)
- wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego (Załącznik nr 2)
- potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Kar umownych zaproponowanych w Załączniku nr 3
- dokumentów pozwalających na ocenę wiarygodności finansowej
 - dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01);
 - dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową – roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy;
 - dla podmiotów zagranicznych: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres.

Wymagany jest, by dołączone dokumenty zostały podpisane przez osoby upoważnione.

- terminu płatności - wymagany 30 dni.

IV. Informacje dodatkowe dla Oferentów

Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego wyłącznie poprzez Platformę Zakupową CONNECT. Prosimy, aby pod treścią pytań nie umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby zadającej pytania). Odpowiedzi będą udzielane tą samą drogą z zastrzeżeniem prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyny.

W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Oferent zobowiązany będzie do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie spowoduje jej automatyczne odrzucenie. Ponadto Oferent może być zobligowany do uzupełnienia oferty o dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów/informacji spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

V. Poufność

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszej procedurze, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów, mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

VI. Zastrzeżenia Zamawiającego

ORLEN Laboratorium S.A. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru Dostawcy według przyjętych kryteriów oceny, a tym samym do odrzucenia oferty bez podania przyczyny (w części lub w całości),
- odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik postępowania przetargowego,
- odstąpienia od ustalonych kryteriów wyłącznie w przypadku pojawienia się istotnych okoliczności, mających wpływ na interes i dobro Zamawiającego,
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
- prowadzenia dodatkowych wielostopniowych negocjacji technicznych i cenowych (w tym aukcji elektronicznej)
- zakupu poszczególnych Usług od różnych Dostawców.

ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega, że:

- w przypadku akceptacji złożonej oferty, Oferent zostanie poinformowany w formie pisemnej (zamówienie/umowa jednorazowa),
- potwierdzenia uzgodnionych warunków zamówienia/umowy jednorazowej ze strony ORLEN Laboratorium mogą dokonywać jedynie osoby posiadające stosowane pełnomocnictwo,
- zamówienie/umowa jednorazowa zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia jej do realizacji.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo zwrotu poniesionych kosztów. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia jego oferty lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonania wyboru Dostawcy.

VII. Wybór Dostawcy

1. Wybór Dostawcy zostanie dokonany na podstawie oceny złożonych ofert, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria oraz po przeprowadzeniu negocjacji finansowych.
2. Oceny ofert dokona Zespół Zakupowy ze strony ORLEN Laboratorium S.A. – bez udziału Oferentów.
3. Planuje się przeprowadzić ocenę ofert w trzech etapach:

Etap I Ocena formalna

Etap II Ocena techniczna obejmująca spełnienie wymagań technicznych obligatoryjnych w zakresie:

- potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych z pkt. II zapytania
- zaoferowania min. 24- miesięcznej gwarancji
- potwierdzenia zapisów w Oświadczeniu Oferenta

Etap III Ocena handlowa obejmująca

- warunki finansowe tj. cenę za usługę oraz termin płatności
- koszty przeglądów gwarancyjnych
- potwierdzenie zapisów w Oświadczeniu Beneficjenta Rzeczywistego, akceptację Kar umownych oraz ocenę pod względem wiarygodności finansowej.

Warunkiem zakwalifikowania oferty do następnego Etapu jest pozytywna ocena oferty w danym etapie.

Firmy, które przedstawią oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną zaproszone do dalszych negocjacji.

4. Dla danej usługi za najlepszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała kryteria formalne, postawione obligatoryjne wymagania techniczne oraz otrzyma najwyższą punktację handlową.

VIII. Uwagi dodatkowe

1. W ORLEN Laboratorium S.A. został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i BHP wg normy PN-EN ISO 14001 i PN-ISO 45001, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym i BHP oraz stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości Spółki dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania”.
2. W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie BHP, Zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji PKN Orlen S.A. lub Zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ANWIL S.A. w tym Zarządzeń dotyczących wydawania zezwoleń jednorazowych, do których przestrzegania Dostawca jest zobowiązany.
3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez Dostawcę będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz będą posiadać stosowne szkolenia BHP (w tym uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na terenie PKN ORLEN S.A. lub ANWIL S.A.)
4. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 34/DG/2020 z dnia 27 sierpnia 2020, osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 45/DG/2020 z dnia 23 października 2020, natomiast osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN Południe S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Naczelnego Orlen Południe S.A. z dnia 25 marca 2015r. nr ewidencyjny 16.
5. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. zobowiązane są do przestrzegania Wytycznych do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w Obiektach chronionych PKN ORLEN S.A. w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem zgodnie z Zarządzeniem nr 51/DG/2020 z 9 listopada 2020, osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowiązane są do przestrzegania Wytycznych do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w Obiektach chronionych ANWIL S.A. w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem zgodnie z Zarządzeniem nr 46/DG/2020 z 23 października 2020.

6. Osoby pracujące na terenie ORLEN Laboratorium S.A. zobowiązane są do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa ws. ogólnych zasad postępowania dla osób przebywających na terenie ORLEN Laboratorium S.A. nr 1/OZ/Dział BHP.
7. Firma prowadząca prace jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązana jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2021, poz. 779 ze zm.)
8. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi ilości i rodzaju wytworzonych odpadów podczas realizacji zleconej usługi.
9. Odbiorca odpadów powstających podczas realizacji usługi winien mieć uregulowany stan formalno-prawny zgodnie z obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności związanej z transportem i zagospodarowaniem odpadów.
10. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi będącej przedmiotem zamówienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub wypadków pracowników oraz awarii środowiskowych, które powstały podczas jej realizacji.
11. Dostawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego Zapytania, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji dostawy/usługi.

Złożenie oferty do niniejszego Zapytania jest jednoznaczne w akceptacją przez Dostawcę warunków realizacji dostaw na teren PKN ORLEN S.A. / ANWIL S.A. / ORLEN Południe S.A., w tym:

- przestrzegania wewnętrznych zasad BHP;
- przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym – zgodnie z Zarządzeniem 34/DG/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 (PKN ORLEN S.A.), 45/GD/2020 z dnia 23 października 2020 (ANWIL S.A.) lub Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Naczelnego Orlen Południe S.A. z dnia 25 marca 2015r. nr ewidencyjny 16 (ORLEN Południe S.A.);
- przestrzegania Wytycznych do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w Obiektach chronionych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem – zgodnie z Zarządzeniem nr 51/DG/2020 z dnia 9 listopada 2020 (PKN ORLEN S.A.), 46/DG/2020 z dnia 23 października 2020 (ANWIL S.A.);
- zawarcia umowy z ORLEN Ochroną Sp. z o.o., która umożliwi ruch osobowy i materiałowy na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A., ANWIL S.A. lub ORLEN Południe S.A.;
- ponoszenia wszelkich opłat wynikających z realizacji dostawy, w tym opłat związanych z odbyciem niezbędnych szkoleń BHP, opłat związanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy też opłat za wjazd pojazdem na teren PKN ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A.

* Na życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wszelkie dodatkowe informacje wynikające z realizacji dostaw na terenie PKN ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.