

Zapytanie ofertowe nr LAB/2/000133/24**I. Zakres zapytania ofertowego**

ORLEN Laboratorium S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację niżej wyspecyfikowanej usługi.

II. Przedmiot zapytania ofertowego

1. Sprzedaż 1 sztuki miernika tlenu (tlenomierza) do wykonywania badań zawartości tlenu rozpuszczonego w wodach i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 5814:2013-04 w zakresie 0,20 – 10 mg/l.

Wymagania techniczne:

- zakres zastosowań:
 - pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w zakresie 0,20 – 10 mg/l
 - pomiar temperatury w zakresie minimum od 0°C do 50°C
- automatyczny aparat do wykonania analizy zawartości tlenu rozpuszczonego wyposażony w:
 - czujnik tlenowy do pomiaru zawartości tlenu – 1 szt.
 - czujnik temperatury zintegrowany z elektrodą – 1 szt.
 - regulowany uchwyt elektrody z elastycznym ramieniem zapewniającym bezpieczne podparcie czujnika tlenowego podczas wykonywania pomiarów w próbkach - 1 szt.
 - zasilacz do aparatu
 - wodoszczelną obudowę
 - podświetlany, czytelny wyświetlacz
 - roztwór do czyszczenia elektrody
 - roztwór elektrolitu do uzupełniania elektrody
- wymagania dla tlenomierza:
 - sygnalizacja pomiaru ustalonego (napis + dźwięk)
 - możliwość zatrzymania wyniku widocznego na ekranie
 - możliwość ręcznego wprowadzania wartości zasolenia z automatycznym przeliczaniem wpływu na wynik pomiaru stężenia tlenu w wodzie lub ściekach w mg/l

ORLEN Laboratorium S.A.

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel. (24) 256 81 25
fax (24) 367 74 79
orlenlaboratorium@orlen.pl
www.orlenlaboratorium.pl

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Marek Marzec

Członek Zarządu – Andrzej Aleksandrowicz

Rejestracja Spółki:

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy

nr KRS 0000628738

NIP 774-27-43-094

Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 9.977.130 zł



- dwupunktowa kalibracja czujnika tlenowego w punkcie P1 = 0 % i P2 = 100 %
- aparat powinien zapewniać automatyczną kompensację temperatury (za pomocą czujnika temperatury) z możliwością ustawienia ręcznie.
- rozdzielczość wskazań wartości 0,01 lub lepsza (dla temperatury 0,1 lub lepsza)
- tlenomierz wzorcowany przez akredytowane laboratorium w zakresie 0 – 100 % zawartości tlenu
- czujnik temperatury wzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach: 20°C, 25°C, 50°C
- wymagania dla czujnika tlenowego:
 - czujnik umożliwiający pomiar zawartości tlenu w zakresie 0,2 – 10 mg/l lub większym.
 - czujnik wyposażony w membranę z folii teflonowej, o dużej odporności chemicznej, wysokiej selektywności oraz dobrej przepuszczalności tlenu
 - czujnik posiadający wewnętrzną kompensację temperatury
- możliwość przesyłania wyników do systemu LIMS, w tym celu:
 - aparat musi posiadać łączność (LAN lub pokrewne) z możliwością zapisywania i eksportu plików wynikowych do komputera lub na udział sieciowy, który znajduje się w tej samej sieci LAN
 - oprogramowanie aparatu musi generować plik pojedynczej próbki (testu) w formacie .txt lub .csv, plik musi zawierać nazwę zgodną z nazwą próbki, tj. cyfry, litery, nazwę metody, numer próbki, nazwy badanych komponentów i wyniki. Dodatkową informacją która nie jest wymagana jest podanie nr seryjnego aparatu w pliku wynikowym
 - dostawca powinien przedstawić najkrótszy i najbardziej intuicyjny mechanizm generowania pliku wynikowego (instrukcja ze zrzutami z oprogramowania)
 - czytnik podłączony do aparatu musi czytywać kody QR.

Jeżeli do współpracy z systemem LIMS wymagane jest dodatkowe doposażenie urządzenia, proszę o wyraźne zaznaczenie tego faktu oraz o wyspecyfikowanie w części technicznej wszystkich niezbędnych elementów takiego doposażenia, a w części handlowej zawarcie kosztów takiego doposażenia.

Pozostałe wymagania:

- gwarancja minimum 24 miesiące
2. Dostawa, wniesienie, montaż i uruchomienie aparatu w Pracowni Użytkownika we Włocławku (I piętro), w tym:
- wykonanie kalibracji w dwóch punktach: P1 = 0 % i P2 = 100 % zawartości tlenu
 - sprawdzenie poprawności działania aparatu poprzez:
 - wykonanie sprawdzenia czujnika tlenu w roztworze o zerowej zawartości tlenu (zapewnia zamawiający). Kryterium poprawności – odczyt na tlenomierzu musi mieścić się w granicach 0 – 0,05 mg/l
 - sprawdzenie aparatu na 2 próbkach rzeczywistych przez porównanie wyników uzyskanych na obecnie posiadanym urządzeniu z wynikami otrzymanymi na nowym tlenomierzu. Jako kryterium przyjmuje się różnicę nie większą niż 10 % wartości mierzonej.
3. Przeszkolenie Personelu Pracowni w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji aparatu w laboratorium oraz przeszkolenie Działu Utrzymania Ruchu w zakresie przeglądów/konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi oraz w zakresie diagnozy usterek i napraw.
4. Dostawa wymaganej dokumentacji:
- dokument poświadczający dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) w języku polskim

- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji (okres gwarancyjny minimum 24 miesiące), z uwzględnieniem kosztów przeglądów serwisowych, jeśli wymagane dla utrzymania określonego okresu gwarancji
 - niezbędna dokumentacja techniczna
 - kompletna instrukcja obsługi aparatu: oryginalna oraz w języku polskim (w wersji papierowej oraz elektronicznej)
 - Instrukcja obsługi powinna zawierać m. in.:
 - rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania
 - opisy i objaśnienia niezbędne do ustawienia i regulacji aparatu
 - opis sytuacji awaryjnych i sposób postępowania w takich wypadkach
 - opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami
 - specyfikacje części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 - świadectwo wzorcowania tlenomierza i czujnika temperatury wystawione przez akredytowane laboratorium spełniające wymagania PN-EN ISO/IEC 17025. Świadectwo wzorcowania powinno zawierać: symbol akredytacji-wzorcowania, zastosowaną spójność pomiarową, wzorcową wartość odniesienia, zmierzoną wartość odniesienia wzorcowanego obiektu, błąd pomiaru i niepewność pomiaru. Punkty pomiarowe wzorcowania powinny zawierać się w zakresie akredytacji Usługodawcy
 - karty charakterystyk w języku polskim dla roztworów do czyszczenia elektrod i roztworów elektrolitów do uzupełniania elektrod
 - protokół z przeprowadzonych sprawdzeń.
5. Podpisanie Protokołu Odbioru przez Użytkownika oraz Dostawcę potwierdzającego spełnienie powyższych wymagań.

III. Sposób złożenia Oferty

Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być kompletna i przygotowana z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT do dnia wskazanego w zapytaniu, w odpowiednio przygotowanych do tego celu blokach. Dopuszcza się załączniki w formacie ".doc", ".xls", ".pdf".

Przewiduje się równoległy proces składania poszczególnych części oferty; część formalna, techniczna i handlowa składane są równolegle; otwarcie części handlowej następuje po akceptacji części formalnej i technicznej.

Część formalna

Prosimy o przedstawienie:

- oświadczenia, że Oferent zapoznał się i akceptuje zasady prezentowane w dokumentach: Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN, Polityka ochrony praw człowieka w GK ORLEN, Polityka antykorupcyjna GK ORLEN, Polityka upominkowa, Polityka zarządzania konfliktem interesów w GK ORLEN oraz Poradnik antykorupcyjny, które są dołączone do postępowania zakupowego
- skanu aktualnego KRS, wyciągu/wypisu z jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważnego dokumentu rejestrowego
- oświadczenia potwierdzającego, że Oferent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT

- oświadczenia, że Oferent prowadzi działalność w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego oraz działalność ta została ujawniona w rejestrze podmiotów gospodarczych.

Część Techniczna

Prosimy o przedstawienie:

- potwierdzenia realizacji wymaganej usługi, tj. oferta techniczna powinna zawierać specyfikację oferowanego urządzenia oraz wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w pkt. II zapytania ofertowego zagadnienia w formie zwięzłych opisów; jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu
- wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Oferenta stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania
- terminu gwarancji (min. 24 miesiące) wraz z przedstawieniem warunków gwarancji
- terminu realizacji kompletnej usługi – w tygodniach.

W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania.

Część Handlowa

Prosimy o przedstawienie:

- ceny netto zakupu usługi wyspecyfikowanej w niniejszym zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji
- terminu płatności – preferowany 30 dni.

IV. Informacje dodatkowe dla Oferentów

Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego wyłącznie poprzez Platformę Zakupową CONNECT. Prosimy, aby pod treścią pytań nie umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby zadającej pytania). Odpowiedzi będą udzielane tą samą drogą z zastrzeżeniem prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyny.

W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Oferent zobowiązany będzie do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie może spowodować jej automatyczne odrzucenie. Ponadto Oferent może być zobligowany do uzupełnienia oferty o dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów/informacji może spowodować automatyczne odrzucenie oferty.

V. Poufność

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszej procedurze, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów, mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

VI. Zastrzeżenia Zamawiającego

ORLEN Laboratorium S.A. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru Dostawcy według przyjętych kryteriów oceny, a tym samym do odrzucenia oferty bez podania przyczyny (w części lub w całości),
- odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik postępowania przetargowego,
- odstępiania od ustalonych kryteriów wyłącznie w przypadku pojawienia się istotnych okoliczności, mających wpływ na interes i dobro Zamawiającego,
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
- odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny,
- prowadzenia dodatkowych wielostopniowych negocjacji technicznych i cenowych (w tym aukcji elektronicznej).

ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega, że:

- w przypadku akceptacji złożonej oferty, Oferent zostanie poinformowany w formie pisemnej (zamówienie/umowa jednorazowa),
- potwierdzenia uzgodnionych warunków zamówienia/umowy ze strony ORLEN Laboratorium mogą dokonywać jedynie osoby posiadające stosowane pełnomocnictwo,
- zamówienie/umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ORLEN Laboratorium S.A. i Dostawcę lub potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Dostawcę.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo zwrotu poniesionych kosztów. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia jego oferty lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonania wyboru Dostawcy.

VII. Wybór Dostawcy

1. Wybór Dostawcy zostanie dokonany na podstawie oceny złożonych ofert, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria, po przeprowadzeniu negocjacji handlowych.
2. Oceny ofert dokona Zespół Zakupowy ze strony ORLEN Laboratorium S.A. – bez udziału Oferentów.
3. Planuje się przeprowadzić ocenę ofert w trzech etapach:

Etap I Ocena formalna

Etap II Ocena techniczna obejmująca spełnienie wymagań technicznych obligatoryjnych w zakresie:

- potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych z pkt. II zapytania ofertowego
- akceptacji zapisów w Oświadczeniu Oferenta (Załącznik nr 1)

Etap III Ocena handlowa obejmująca:

- warunki finansowe (wartość zdyskontowana) obejmujące: cenę netto z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji oraz termin płatności.

Warunkiem zakwalifikowania oferty do następnego Etapu jest pozytywna ocena oferty w danym etapie.

Firmy, które przedstawią oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną zaproszone do dalszych negocjacji.

4. Za najlepszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała kryteria formalne, postawione obligatoryjne wymagania techniczne oraz otrzyma najwyższą punktację handlową.

VIII. Uwagi dodatkowe

1. W ORLEN Laboratorium S.A. został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i BHP wg normy PN-EN ISO 14001 i PN-ISO 45001, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem

- środowiskowym i BHP oraz stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości Spółki dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania”.
2. W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie BHP, Zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ORLEN S.A. lub Zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ANWIL S.A. w tym Zarządzeń dotyczących wydawania zezwoleń jednorazowych, do których przestrzegania Dostawca jest zobowiązany.
 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez Dostawcę będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz będą posiadać stosowne szkolenia BHP (w tym uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na terenie ORLEN S.A. lub ANWIL S.A.)
 4. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 34/DG/2023 z dnia 25 września 2023, osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 45/DG/2020 z dnia 23 października 2020, natomiast osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN Południe S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Naczelnego Orlen Południe S.A.
 5. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu materiałowym zgodnie z Zarządzeniem 5/DG/2022 z dnia 6 kwietnia 2022.
 6. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowiązane są do przestrzegania Wytycznych do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w Obiektach chronionych ANWIL S.A. w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem zgodnie z Zarządzeniem nr 46/DG/2020 z 23 października 2020.
 7. Osoby pracujące na terenie ORLEN Laboratorium S.A. zobowiązane są do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa ws. ogólnych zasad postępowania dla osób przebywających na terenie ORLEN Laboratorium S.A.
 8. Firma prowadząca prace jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązana jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2023, poz. 1587 z późn. zm.).
 9. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi ilości i rodzaju wytworzonych odpadów podczas realizacji zleconej usługi.
 10. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi będącej przedmiotem zamówienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub wypadków pracowników oraz awarii środowiskowych, które powstały podczas jej realizacji.
 11. Dostawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego Zapytania, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji dostawy/usługi.

Złożenie oferty do niniejszego Zapytania jest jednoznaczne w akceptacją przez Dostawcę warunków realizacji dostaw na teren ORLEN S.A. / ANWIL S.A. / ORLEN Południe S.A., w tym:

- przestrzegania wewnętrznych zasad BHP;
- przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym oraz ruchu materiałowym na terenie Obiektu chronionego ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A. zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami;
- zawarcia umowy z ORLEN Ochroną Sp. z o.o., która umożliwi ruch osobowy i materiałowy na terenie Obiektu chronionego ORLEN S.A./ ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A.;
- ponoszenia wszelkich opłat wynikających z realizacji dostawy, w tym opłat związanych z odbyciem niezbędnych szkoleń BHP, opłat związanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy też opłat za wjazd pojazdem na teren Obiektu chronionego ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A.

* Na życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wszelkie dodatkowe informacje wynikające z realizacji dostaw na terenie ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.