

Zapytanie ofertowe, cenowe i terminowe: *Rev. 1.*

Wzorcowanie gazomierzy turbinowych FQ11 i FQ12 - 2 szt.

1. Rodzaj, zakres oraz warunki techniczne wykonania usługi:

- a. Przegląd serwisowy gazomierzy wraz z wymianą wyeksploatowanych elementów
- b. Wzorcowanie gazomierzy w firmie serwisowej posiadającej odpowiednie uprawnienia do wzorcowania gazomierzy
- c. Dostarczenie świadectwa wzorcowania.
 - wzorcowanie powinno być przeprowadzone przy ciśnieniu min. 4,0 MPa, przynajmniej w sześciu punktach

2. Dane techniczne gazomierza turbinowego

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Znak fabryczny: | CGT-02 |
| - Oznaczenie wielkości: | G 1600 |
| - Średnica nominalna: | DN 250mm |
| - Znak typu: | RPT 98 287 |
| - Ciśnienie: | PN63 |
| - Wytwórca: | COMMON |

Transport gazomierzy do i z firmy przeprowadzającej serwis i wzorcowanie po stronie zamawiającego


Mirosław Kobusiński
Specjalista
Wydział Warsztatowy Mechanika ANWIL