

**Wzorcowanie gazomierzy turbinowych FQ21 i FQ22 - 2 szt.**

1. Rodzaj, zakres oraz warunki techniczne wykonania usługi:
  - a. Przegląd serwisowy gazomierzy wraz z wymianą wyeksploatowanych elementów
  - b. Wzorcowanie gazomierzy w firmie serwisowej posiadającej odpowiednie uprawnienia do wzorcowania gazomierzy
  - c. Dostarczenie świadectwa wzorcowania.
    - wzorcowanie powinno być przeprowadzone przy ciśnieniu min. 4,0 MPa, przynajmniej w sześciu punktach
2. Dane techniczne gazomierza turbinowego
  - Znak fabryczny: CGT-02
  - Oznaczenie wielkości: G 1600
  - Średnica nominalna: DN 250mm
  - Znak typu: RPT 98 287
  - Ciśnienie: PN63
  - Wytwórca: COMMON

Transport gazomierzy do firmy przeprowadzającej serwis i wzorcowanie po stronie zamawiającego