

Specyfikacja wymagań technicznych – Stanowisko do modyfikacji asfaltów

Wymagania techniczne

Lp.	Element zestawu	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji
1.	Homogenizator	<ul style="list-style-type: none"> Moc silnika wejściowa/wyjściowa: 1100 W / 700 W Zakres objętości (H₂O): 0,25l – 30l Maks. Lepkość cieczy 5 000 mPa*s Zakres obrotów: 600 – 10 000 rpm Regulacja prędkości: bezstopniowa Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5°C - 40°C Wskaźnik obrotów
2.	Narzędzie dyspergujące	<ul style="list-style-type: none"> Zakres roboczy: 0,5 – 15 l Średnica statora: 45 mm Głębokość zanurzenia: 70 – 250 mm Temperatura robocza max.: 180°C
3.	Płyta grzejna wraz z termometrem stykowym	<ul style="list-style-type: none"> Moc grzewcza: 1500 W Zakres temperatury grzania: 50-500 °C Objętość maks. 15 l Wymiary płyty roboczej: 260 x 260 mm Łącznik krzyżowy do zamontowania termometru (dopasowany do statywu)
Zasilanie: 230V, 50Hz		

Wyposażenie dodatkowe (wymagane)

Lp.	Wyposażenie	Opis minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia
1.	Statyw	<ul style="list-style-type: none"> Szer. x głęb. 460 x 420 mm Wysokość: 620-1010 mm
2.	Zacisk do naczyń	Do naczyń o średnicy pomiędzy 40mm a 300mm
3.	Uchwyt krzyżowy dopasowany do homogenizatora	Uchwyt odpowiedni do montażu homogenizatora na statywie
4.	Uchwyt uniwersalny x2	Uchwyt zaciskowy krzyżowy uniwersalny dopasowany do statywu

Usługi powiązane

Lp.	Zakres	Wymagania
1.	Dostawa z ubezpieczeniem w transporcie	
2.	Instalacja i uruchomienie urządzeń	
3.	Gwarancja producenta	Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Dostawy
4.	Dostarczenie wymaganej dokumentacji	<ul style="list-style-type: none"> Wymagany certyfikat CE z tłumaczeniem na język polski Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji Kompletną oryginalną instrukcją obsługi aparatu z tłumaczeniem na język polski w wersji papierowej i/lub elektronicznej Inna niezbędna dokumentacja techniczna
5.	Dostępność części zamiennych do aparatów	