

Specyfikacja wymagań technicznych – Suszarka laboratoryjna

Wymagania techniczne

Lp.	Wymaganie	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji
1.	Pojemność użytkowa komory	Pojemność użytkowa minimum 100L Szerokość komory użytkowej minimum: 400mm Wysokość komory użytkowej minimum: 500mm Głębokość komory użytkowej minimum: 400mm
2.	Zakres temperatury	Regulacja temperatury w zakresie od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C, z wymuszonym obiegiem powietrza
3.	Sterowanie	Automatyczna kontrola temperatury z regulacją co 0,1°C za pomocą sterownika PiD, sterowanie urządzeniem za pomocą panelu dotykowego na urządzeniu
4.	Drzwi	Drzwi z oknem wizyjnym
5.	Liczba półek	Minimum dwie
6.	Moc znamionowa urządzenia	Pomiędzy 2000W a 3000W
7.	Waga urządzenia	Poniżej 125kg
8.	Zasilanie	Zasilanie: 230V, 50Hz

Wyposażenie dodatkowe (wymagane)

Lp.	Wyposażenie	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji
1.	Półki ze stali nierdzewnej	Minimum dwie wzmocnione półki o udźwigu minimum 40kg, Preferowany wariant z trzema półkami, jeżeli możliwy jest ich jednoczesny montaż.

Usługi powiązane

Lp.	Zakres	Wymagania
1.	Dostawa	Dostawa z ubezpieczeniem w transporcie
2.	Instalacja urządzenia	Instalacja i uruchomienie urządzenia
3.	Gwarancja producenta	Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Dostawy
4.	Dostarczenie wymaganej dokumentacji	<ul style="list-style-type: none">• Wymagany certyfikat CE z tłumaczeniem na język polski• Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji• Kompletną oryginalną instrukcją obsługi aparatu z tłumaczeniem na język polski w wersji papierowej i/lub elektronicznej• Inna niezbędna dokumentacja techniczna
5.	Dostępność części zamiennych do aparatów	