



## **Załącznik merytoryczny do Zapytania ofertowego PKN/2/003903/24**

### **Specyfikacja techniczna Defibrylator AED ZOLL 3 /Uni-padz**

- I. Przedmiot zapytania ofertowego: **Defibrylator AED ZOLL 3 /Uni-padz**
- II. Adres dostawy: ORLEN S A; Chemików 7, 09-411 Płock
- III. Termin realizacji: do 10 dni roboczych od daty otrzymania umowy
- IV. Dostawa i koszty przesyłki: po stronie Oferenta
- V. **Dane techniczne identyfikujące defibrylator / wyposażenie**

a) Zautomatyzowany defibrylator AED ZOLL 3 /Uni-padz /

b) bateria wymienna, nietładowalna (żywołność baterii: min. 5 lat);

c) dwie pary elektrod samoprzylepnych dla dorosłych lub uniwersalnych

Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona jest w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod. (żywołność elektrod 5 lat);

d) szafka wyposażona w zamknięcie kluczykiem oraz oznakowanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, tablica informacyjna AED (instrukcja)+ 4 dodatkowe piktogramy naklejane - informujące o urządzeniu AED.

e) akcesoria do RKO: nożyczki, golarka, chusteczki do dezynfekcji, jednorazowe rękawiczki, maseczka do wentylacji

f) wymagany rok produkcji oferowanych urządzeń – 2024

e) instruowanie głosowe krok po kroku w języku polskim z funkcją powtarzania (np. manualny przycisk - powtórz)

f) opisy przycisków na urządzeniu niezbędne do prawidłowego użycia w języku polskim (dozwolone naklejenie przetłumaczonych)

g) sygnalizacja wystąpienia nieprawidłowości (akustyczna i optyczna) np.: wymiana akumulatora, elektrod itp.

h) funkcja testu auto-diagnostycznego:

- test auto-diagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy dzienne, tygodniowe i miesięczne
- manualny: test dotyczący zamontowania baterii (wykonany gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu)

### **Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków środowiskowych pracy urządzenia:**

- a) wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych - certyfikat zgodności PN-EN 60601;
- b) stopień ochrony zapewnianej przez obudowę - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55 – warunek konieczny;

**ORLEN Spółka Akcyjna**

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

[www.orlen.pl](http://www.orlen.pl)



- c) odporność na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy, wibracje (przy upadku, uderzeniu - nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy) - potwierdzone odpowiednim certyfikatem;
- d. deklaracja producenta o możliwości pracy w temperaturach z zakresu: - 5 do + 45°C;

#### **Pozostałe wymagania obligatoryjne:**

1. **Dedykowana szafka**, oznaczona zgodnie z obowiązującymi normami.

Z uwagi na montaż dedykowanej szafki naściennej we własnym zakresie przez Zamawiającego, prosimy o załączenie do oferty instrukcji montażu oferowanej szafki i potwierdzenia, że samodzielny montaż nie narusza warunków gwarancji.

2. **Usługa serwisowa** – dotyczy zakupionych urządzeń. Prosimy o określenie zakresu serwisu oraz wskazania listy konkretnych czynności do wykonania wraz z ich częstotliwością. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny **wymagany na terenie Polski**.

Oferent zapewnia na czas serwisu urządzenie identyczne.

3. Wymagane przedstawienie **listy podmiotów** wraz z danymi kontaktowymi, dla których Oferent zrealizował w ostatnich 2 latach projekty na tożsamą dostawę.

#### **VI Wymagana dokumentacja:**

(**obligatoryjnie dołączone w języku polskim** wersja papierowa i elektroniczna)

- a. instrukcja użytkownika zawierająca dokładny opis obsługi i konserwacji urządzenia
- b. dokumentacja dopuszczenia urządzenia do użytku (dla wyrobu medycznego, deklaracja zgodności, certyfikat CE)
- c. kartą gwarancyjną

#### **VII Gwarancja i serwis :**

- a. wymagana gwarancja:
  - na urządzenie minimum 6 lat, preferowana 8
  - na baterie – 5 lat
  - na elektrody – 5 lat
- b. serwisowanie i bieżące przeglądy sprzętu, potwierdzające jego sprawność (w okresie objętym gwarancją)
- c. w okresie trwania gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego AED w przypadku awarii, której usunięcia nie można wykonać w miejscu zamontowania AED u Zamawiającego i wiązałoby się to z odesłaniem AED do serwisu Producenta lub innego przez niego autoryzowanego/wskazanego punktu naprawy.

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

www.orlen.pl