

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

„Usługa kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego dla Południowy Koncern Węglowy S. A. – ZG Janina”

2. Kategoria zakupowa: 21.16. Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje pozostałej aparatury kontrolno-pomiarowej

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Kontrola szczelności 16 zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego polegająca na pobraniu wymazów przy użyciu kwasu cytrynowego ze wskazanych źródeł promieniowania jonizującego zawierających takie źródła. Pomiar aktywności wymazu będzie podstawą do stwierdzenia czy instalacja jest szczelna.

4. Wymagania przedmiotowe oraz wymagane dokumenty:

- Pełnomocnictwo
- Zezwolenie Prezesa PAA
- Certyfikat TUV NORD Polska Sp. z o. o.

5. Wymagania dotyczące gwarancji:

Gwarancja: 24 miesiące

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2024 r.

7. Kontakt: Gabriel Duda, tel. 32 627 0325, e-mail: Gabriel.Duda@pkw-sa.pl

Zakład Górniczy Janina
Inspektor
Ochrony Radiologicznej IOR-1

Gabriel Duda
PPAA IOR/59/2023

Zakład Górniczy Janina
Kierownik
Działu Górniczego
Główny Inżynier Górniczy ZG Janina
12-1a Kierownika
Ruchu Zakładu Górniczego Janina

Wojciech Włodarczyk

