

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a, na podstawie § 6 zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości mniejszej niż 130.000zł zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia : **jednorazową dostawę wyposażenia laboratoryjnego:**

**1) dygestorium laboratoryjne AERO 1800,**

**2) meble laboratoryjne :**

a) stół laboratoryjny,

b) szafka wisząca,

c) blat (w miejsce parapetu),

d) szafa laminowana,

**3) wentylator dachowy kwasoodporny firmy UNIWERSAL typ DAK250/900n wg ilości podanych w tabeli formularza ofertowego.**

2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **jednorazowa dostawa w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.**

4. Kryteria oceny ofert – cena – waga 100%.

5. Inne istotne warunki dotyczące realizacji zamówienia:

**Płatność:** w formie przelewu w terminie 21 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia, montażu, przeszkoleniu pracowników i otrzymaniu faktury VAT.

**Transport:** koszt transportu do Laboratorium Zamawiającego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16 A ponosi Wykonawca.

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozładunku, wniesienia, rozmieszczenia elementów systemu wg projektu/ uzgodnień z Zamawiającym oraz montażu , w tym podłączenia do czynników energetycznych w obrysie mebli i przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji systemów.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamówienia spełniał następujące wymagania:

a) był fabrycznie nowy i opakowany,

b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE

c) posiadał kartę katalogową, DTR – Dokumentację Techniczno-Ruchową, instrukcję obsługi wydaną w języku polskim oraz podbitą kartę gwarancyjną, posiadał obowiązującą normę PN EN 14175, badania i certyfikaty z akredytowanego laboratorium zgodnie z normami,

d) posiadał autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,

e) posiadał gwarancję min. 24 miesięcy od daty ich odbioru (okres gwarancji proszę wpisać do formularza ofertowego) i spełniał warunki gwarancji określone w § 10 projektu umowy (Załącznik nr 3).

8. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach postępowania: Justyna Popowicz, tel. 89 532 79 94, e-mail: [popowiczj@pwik.olsztyn.pl](mailto:popowiczj@pwik.olsztyn.pl), Małgorzata Jędrzejewska, tel. 797606515, e-mail: [jedrzejewskam@pwik.olsztyn.pl](mailto:jedrzejewskam@pwik.olsztyn.pl)

9. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonymi do ZAPYTANIA OFERTOWEGO drukami, które są jego integralną częścią, w postaci elektronicznej,

2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

3)Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą: formularz ofertowy, zaakceptowany projekt umowy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5k rozporządzenia dyrektywy UE oraz art. 7 ust. 1 specustawy, certyfikaty, karty katalogowe z opisem

4)Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformę zakupową [https://platformazakupowa.pl/pn/pwik\\_olsztyn](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn).

10.Termin składania ofert mija dnia 07.11.2024r. o godzinie 10<sup>00</sup> za pośrednictwem platformy zakupowej.

11.Załączniki do Zapytania ofertowego:

a) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

b) Formularz ofertowy (załącznik nr 2)

c) Projekt umowy (załącznik nr 3)

Sporządził: **INSPEKTOR**  
**ds. ZAOPATRZENIA**  
*Justyna Popowicz*

Data: 29.10.2024r.

**STARCZA INSPEKTOR**  
**ds. ZAOPATRZENIA**  
*2012*  
*Thomasz K. Kiziak*  
(podpis Kierownika)

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**1.Dygestorium AERO 1800**

**a)Wymiary:**

- wymiar gabarytowy : 1800x900x2460 mm
- wymiar komory roboczej : 1750x750x1345 mm

**b)Konstrukcja:**

- konstrukcja dygestorium jest samonośna,
- elementy konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm,
- łączenie elementów zarówno nośnych jak i poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych,
- miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium,
- konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie systemu podwójnej ściany i zastosowanie bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora,
- w komorze znajdują się pionowe spojłery, które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego przepływu. Poziomy spojler pod oknem również zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza,

**c) Okno:**

- okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna,
- szyba w oknie hartowana,
- okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatach, co pozwala na większą kontrolę położenia,
- wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem,
- cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów
- okno z prowadzeniem manualnym,
- panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. Znajdują się na nich panel czujnika przepływu powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna,

**d) Błat roboczy:**

- wykonany jest z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron,
- przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni blatu,
- naroża blatu dopasowane są do kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami,

**e)Dolna szafka laminowana z podziałem na:**

- instalacyjną,
- szafkę o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji,

Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza Q-Flow Advanced :

**f) System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:**

- kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,
- alarm zbyt wysoko podniesionego okna,
- wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m/s na cyfrowym wyświetlaczu LED,
- kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,
- rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

- zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,
- możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,
- sterowanie oświetleniem dygestorium,
- sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),
- możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wyl.)

**Dokumenty jakie należy dołączyć razem z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferowanego dygestorium z wymaganiami zamawiającego:**

- a) Certyfikat zgodności dygestorium z normą PN-EN 14175-2 i raport z badań potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14175-2, 3 i 6. Certyfikat i raport wydany przez niezależne, akredytowane w tym zakresie Laboratorium testujące, dla oferowanego modelu dygestorium. Raport z badań musi potwierdzać bezszczelinową konstrukcję dygestorium (bez podwójnej ściany tylnej).
- b) W celu potwierdzenia parametrów oferowanego dygestorium z wymaganiami SIWZ do oferty należy dołączyć DTR wraz z rysunkami technicznymi dla oferowanego dygestorium.
- c) Atest higieniczny dla dygestorium.
- d) Atest higieniczny dla blatu z ceramiki monolitycznej.

## **Meble laboratoryjne:**

### **2. Stół laboratoryjny**

- a) wymiary (szer. x gł. x wys.) 1300 x 750 x 900 mm.
- b) blat:
  - wykonany z ceramiki monolitycznej o grubości 25 mm.
- c) konstrukcja:
  - cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A.
- d) zabudowa podblatowa:
  - 1 x szafka 600 mm z półką
  - 1 x miejsce pod zmywarkę (zmywarka w posiadaniu klienta – po zamówieniu należy podać dokładne wymiary zmywarki)
  - szafki wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z dodatką PVC o grubości 2mm.

### **3. Szafka wisząca**

- wymiary (szer. x gł. x wys.) 600 x 300 x 600 mm,
- jednodrzwiowa (drzwi szafki pełne otwierane do góry) wyposażona w półkę z możliwością regulacji,
- wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z dodatką PVC o grubości 2mm,

### **4. Błat (w miejsce parapetu)**

- wymiary (szer. x gł. x wys.) 1500 x 1000 x 160 mm (wymagane dokładne wymiary zmierzone na pomiarach)
- blat wykonany z żywicy fenolowej,

### **5. Szafa laminowana**

- na szkło dwudrzwiowa o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2850 (3x 950 mm) x 500 x 2500 (1900 + 600 mm) mm,
- szafa dwudrzwiowa, drzwi szafy pełne, wyposażona w 4 półki, nadstawka w jedną półkę,
- wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z dodatką PVC o grubości 2mm,

### **6. Wentylator kwasoodporny firmy UNIWERSAL typ DAK 250/900n**

- powiększenie otworów przejściowych na dach,
- wymiana instalacji z rur kwasoodpornych fi 250 mm / ok. 6mb,
- podłączenie i uruchomienie wentylatora,

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wydajności wentylacyjnej

Pozostałe warunki przedmiotu zamówienia:

- standardowa wysokość szafek 620 mm (dotyczy stołów o wysokości 900 mm. Szafki w stołach o niższej wysokości będą proporcjonalnie niższe.), głębokość 480 mm. Głębokość wewnętrzna szuflady - 425 mm, wysokość boków szuflad – 80 mm. Nietypowe głębokości szafek/szuflad na zamówienie.
- kolorystyka szafek - jasny popiel,
- stelaże kolor jasny popiel,
- szafki i szuflady z domykiem,

## Załącznik Nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

NIP:.....,

REGON:.....

## FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **jednorazową dostawę wyposażenia laboratoryjnego: dygestorium laboratoryjne AERO 1800, meble laboratoryjne (stół laboratoryjny, szafka wisząca, blat (w miejsce parapetu), szafa laminowana, wentylator dachowy kwasoodporny firmy UNIWERSAL typ DAK250/900n**, znak postępowania ....., oświadczam że

1. Oferuję wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto/szt.	Wartość netto zł	Stawka VAT %
1.	Dygestorium laboratoryjne, producent....., model.....	1			
2.	Stół laboratoryjny o wym. 1300x750x900 mm., producent.....	1			
3.	Szafka wisząca o wym. 600x300x600 mm., producent.....	1			
4.	Blat o wym. 1500x1000x160 mm.	2			
5.	Szafa laminowana na szkło dwudrzwiowa o wym. 2850 (3x950mm)x500x2500(1900+600mm)mm, producent.....	1			

6.	Wentylator kwasoodporny producent....., typ.....	1			
RAZEM:					

**Cena ofertowa netto:**.....zł,(słownie.....zł)

**Stawka VAT:** .....%,

2.Spełniam wymagania i warunki postawione w zapytaniu ofertowym i **potwierdzam** to złożeniem wymaganych przez Zamawiającego dokumentów:

- 1)formularz ofertowy,
- 2)projekt umowy,
- 3)zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, odpis z rejestru,
- 4)oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5k rozporządzenia dyrektywy UE oraz art. 7 ust. 1 specustawy,
- 5)certyfikaty.

3.Akceptujemy wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia.

4.Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, oznakowany znakiem CE oraz posiada wszelkie niezbędne dokumenty (autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, kartę katalogową, kartę DTR- Dokumentację Techniczno-Ruchową, kartę gwarancyjną, instrukcję w języku polskim, certyfikaty i badania z laboratorium akredytowanego zgodnie z normą PN EN 14175)

5.Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie..... od daty zawarcia umowy.

6.**Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT**, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT\*

(niepotrzebne skreślić).

- ✓ zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
- ✓ zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.

7.Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam ..... miesięcy gwarancji i akceptuję warunki gwarancji określone w § 10 projektu umowy (załącznik nr 2).

8.Za realizację zamówienia odpowiedzialna/y jest p....., tel....., e-mail.....

9.Przyjmuję postawione przez Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

10.Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy

nr .....

11.Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych bądź w celu bezpośredniej realizacji zamówień zawarte są na stronie internetowej <https://pwik.olsztyn.pl/przetargi>

.....data.....

.....

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

**U M O W A Nr .....(Projekt)**  
**zawarta w dniu .....2024 roku w Olsztynie**  
 **pomiędzy**

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z adresem siedziby 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16 a**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, KRS 0000126352, NIP 739-040-33-23, Regon 510620050, Kapitał zakładowy 156.586.000,00 zł, posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015); bezpieczeństwa i higieny pracy (PN- ISO 45001:2024) oraz ochrony środowiska (PN-EN ISO 14001:2015), w którego imieniu występują:

..... – .....  
..... – .....

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

.....  
.....  
..... zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w **trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 130 tys. zł** zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 3/2024 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 5 marca 2024r), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb **dygestorium laboratoryjne AERO 1800, meble laboratoryjne** (stół laboratoryjny, szafka wisząca, blat, szafa laminowana, **wentylator dachowy kwasoodporny firmy UNIWERSAL typ DAK250/900n** zwany w dalszej treści umowy „**wyposażeniem**”. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie **do** ..... od dnia podpisania umowy.

2. Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obiektywnych czynników mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy, takich jak:

- przestoje lub inne czynniki występujące u producenta przedmiotu umowy,
- działania siły wyższej : klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie spełnia wymagania Zamawiającego, a w szczególności:

- a) jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (zał. 1), odpowiada warunkom serwisu gwarancyjnego
- b) jest fabrycznie nowy i oznakowany,
- c) posiada certyfikat zgodności CE, posiada certyfikaty akredytowanego laboratorium zgodnie z normą PN EN 14175



- d) posiada instrukcję obsługi wydaną w języku polskim oraz karty gwarancyjne, DTR – Dokumentację Techniczno-Ruchową
- e) posiada autoryzowany serwis producenta na terenie Polski,

## § 2

1. Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do:
- a) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż. związanych z zakresem wykonywanej umowy,
  - b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - c) stosowania zasad stałej komunikacji i współpracy z działem Zaopatrzenia PWIK Sp. z o.o. w Olsztynie.
2. Każdy Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m. in.: jakość dostaw i usług, terminowość, ilość reklamacji, zdolność do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych będących warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

## § 3

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia.....
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w warunkach zamówienia.

## § 4

1. Miejscem dostawy wyposażenia jest **Laboratorium** PWIK w Olsztynie, przy ul. Oficerskiej 16a, czynne w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 7.00 do 14.00, dostawa może być zrealizowana tylko w tym czasie.
2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu zgodności parametrów zamówionego wyposażenia.
3. Koszt dostawy wyposażenia do Zamawiającego, rozładunku, wniesienia, rozmieszczenia elementów systemu wg projektu/uzgodnień, montażu , w tym podłączenia do czynników energetycznych w obrysie mebli ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca zapewnia szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji systemów.
5. Do czasu odbioru wyposażenia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

## § 5

1. Wartość całkowita zamówienia określona jest w tabeli i jest stała przez cały okres realizacji niniejszej umowy:

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto/szt.	Wartość netto zł	Stawka VAT %
1.	Dygestorium laboratoryjne, producent....., model.....	1			

2.	Stół laboratoryjny o wym. 1300x750x900 mm., producent.....	1			
3.	Szafka wisząca o wym. 600x300x600 mm., producent.....	1			
4.	Blat o wym. 1500x1000x160 mm.	2			
5.	Szafa laminowana na szkło dwudrzwiowa o wym. 2850 (3x950mm)x500x2500(1900+600mm )mm, producent.....	1			
6.	Wentylator kwasoodporny producent....., typ.....	1			
RAZEM:					

**kwota netto** – .....zł (słownie:..... zł),

**nałężny podatek VAT** .....%.

2. Cena jednostkowa przedmiotu umowy zawiera w sobie wszystkie koszty wraz z transportem do Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do obowiązującej stawki a wynagrodzenie ulegnie zmianie.

#### § 6

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, to zobowiązuje się do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

#### § 7

1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr....., w terminie **30 dni**, od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują odsetki ustawowe.

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do wykonawcy umowy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT.

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie realizowana.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

#### **§ 8**

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.).

#### **§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 20% łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b) 0,5 % wartości netto nie dostarczonego zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl § 1 ust. 1 terminu dostawy,
- c) 1 % wartości netto sprzętu wolnego od wad - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

#### **§ 10**

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji na okres ..... **miesięcy**, od daty odbioru przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad wyposażenia w okresie gwarancyjnym poprzez dokonanie naprawy wyposażenia lub dostarczenia wyposażenia wolnego od wad, za zwrotem wyposażenia wadliwego.

3. Wady wyposażenia usuwane będą przez Wykonawcę bezpłatnie w terminie nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty powiadomienia.

4. Koszt dostarczenia wyposażenia do naprawy w okresie gwarancji lub koszt przyjazdu przedstawiciela Wykonawcy do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas napraw gwarancyjnych wyposażenia spowodowanych winą Wykonawcy.

6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wyposażenia świadczony jest przez Wykonawcę.

#### **§ 11**

1. Ze strony Wykonawcy za realizację dostawy odpowiedzialny będzie p. ...., tel. ...., e – mail : .....

2. Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników **Działu Zaopatrzenia – tel. (89) 532-79-94.**

#### **§ 12**

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

### § 13

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019 r.) udostępnionego na stronie internetowej: [www.pwik.olsztyn.pl](http://www.pwik.olsztyn.pl) oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.

### § 14

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016)* – dalej: rozporządzenie RODO.
2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:
  - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator.
  - 2) w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora <https://pwik.olsztyn.pl>; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: [iod@pwik.olsztyn.pl](mailto:iod@pwik.olsztyn.pl);
  - 3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO;
  - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia ;
  - 5) posiada Pani/Pan:
    - a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
    - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO;
    - c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
  - 6) nie przysługuje Pani/Panu:
    - a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO;
    - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
    - c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

- 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;
  - 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;
  - 9) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:
- 1) wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.
  - 2) informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

#### § 15

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania jej treści osobom trzecim.
2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko wtedy, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

#### § 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

STARSZY INSPEKTOR  
ds. ZAPRAWNIENIA  
*[Signature]*  
Tomasz Kulizak

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Krzysztof Kujawa

