



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzeń w Centralnej Sterylizatorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Usługa obejmuje:

1. naprawa myjni dezynfektora (prod. Getinge; typ 46-5; myjnia Wa-1; nr ser. W 50019646; nr inwentarzowy **TN 802/809**; paszport nr 598) z Centralnej Sterylizatorni. Naprawa polegająca na wymianie pompy drenu (*awaria - kod błędu A03 WOLNE OPROZ*);
2. naprawa sterylizatora parowego (autoklaw parowy) (prod. Getinge; typ GE 2612 AM2; nr ser. 970712; nr inwentarzowy **TN 802/385**; paszport nr 136) z Centralnej Sterylizatorni. Naprawa polegająca na wymianie odwadniacza parowego płaszczu (*zalecenie po przeglądzie- wolne nagrzewanie*);
3. naprawa sterylizatora parowo-formaldehydowego (prod. Getinge; typ HS 6613ER2 LTSF; nr ser. 2109719-01001; nr inwentarzowy **TN 802/806**; paszport nr 595) z Centralnej Sterylizatorni. Naprawa polegająca na wymianie przewodu ciśnieniowego para do płaszczu (*zalecenie po przeglądzie*).

Warunki wykonania usługi:

- dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych oraz zamontowanie ich do ww. urządzeń (wymagane jest oświadczenie o zastosowaniu oryginalnych części zamiennych użytych przy naprawach);
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń;
- wpisy w paszportach technicznych potwierdzających sprawność urządzeń z dopiskiem: „sprawny – dopuszczony do eksploatacji”.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.