

**Sprawa ZO/11/2025**

**Wykonawcy wszyscy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim - powtórzenie**”, ogłoszonego za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_ostrowiec](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_ostrowiec) w dniu 16.04.2025r. informujemy:

**1. Pytanie 1:**

Dotyczy: **wzór umowy § 8.ust.5 pakiety:14,16,25,27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietów nr 14, 16 i 27. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

**2. Pytanie 2:**

Dotyczy: **Wzór umowy § 9.ust.2 pakiety:14,16,25,27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietów nr 14, 16 i 27. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

**3. Pytanie 3:**

Dotyczy: **załącznik nr 2 do zaproszenia, pakiety 14,16,25,27**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości godzin do 72 na przyjazd Wykonawcy w celu usunięcia awarii urządzenia od momentu zgłoszenia w dni robocze?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietów nr 14, 16 i 27. Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu nr 25 na zwiększenie ilości godzin do 72 na przyjazd Wykonawcy w celu usunięcia awarii urządzenia od momentu zgłoszenia w dni robocze.

**4. Pytanie 4:**

Dotyczy: **Wzór umowy § 4.ust.3 pakiety:14,16,25,27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietów nr 14, 16 i 27. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

**5. Pytanie 5:**

Dotyczy: **Wzór umowy § 5.ust.2 pakiety:14,16,25,27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietów nr 14, 16 i 27. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

**6. Pytanie 6:**

Dotyczy: **Wzór umowy § 5.ust.3 pakiety:14,16,25,27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietów nr 14, 16 i 27. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

**7. Pytanie 7:**

Dotyczy: **załącznik nr 1 do zaproszenia OPZ pakiet nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu zestawu do kruszenia kamieni w przewodzie moczowym, litotryptor pneumatyczny, morcelator maciczny z wyposażeniem producenta Richard Wolf?



**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietu nr 14.

**8. Pytanie 8:**

Dotyczy: **załącznik nr 1 do zaproszenia OPZ pakiet nr 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu aparatu do badań urodynamicznych Goby, histeroskopów z kosztem Meden-Inmed, kolumny endoskopowej Endocam Logic 4K Meden Inmed, zestawu laparoskopowego 4K Logic Meden-Inmed?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**9. Pytanie do zadania 29 – Lasery**

Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie pozycji 1 - Laser okulistyczny Ellex LQ3106 Sup do innego pakietu w celu złożenia oferty w postępowaniu. Laser jest poza wsparciem serwisowym.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa dotyczy przeglądów i ewentualnie napraw.

**10.** Czy jest możliwość składania ofert częściowych?

**Odp.:** Na pakiet TAK, natomiast na pozycje w obrębie pakietu NIE.

**Pakiet NR 7**

**11.** Zgodnie z zaleceniami producenta aparatów do znieczulania PRIMUS podczas wykonywania przeglądów co 12 miesięcy należy wymienić zestawy serwisowe. W związku z tym iż producent aparatów do znieczulania PRIMUS wymaga wykonywanie przeglądów co 6 miesięcy proszę o określenie przy jakich terminach przeglądów i jaki zestaw serwisowy ( roczny , dwuletni , trzyletni , czteroletni czy sześcioletni ) należy uwzględnić w wycenie przeglądów ?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietu nr 7.

**12.** Zgodnie z zaleceniami producenta aparatów do znieczulania FABIUS podczas wykonywania przeglądów co 12 miesięcy należy wymienić zestawy serwisowe. Proszę o określenie przy jakich terminach przeglądów i jaki zestaw serwisowy ( roczny , dwuletni , trzyletni , czteroletni czy sześcioletni ) należy uwzględnić w wycenie przeglądów ?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietu nr 7.

**13.** Zgodnie z zaleceniami producenta aparatów do znieczulania ALTAN podczas wykonywania przeglądów co 12 miesięcy należy wymienić zestawy serwisowe. Proszę o określenie przy jakich terminach przeglądów i jaki zestaw serwisowy (dwuletni , trzyletni ) należy uwzględnić w wycenie przeglądów ?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietu nr 7.

**14.** Czy Zamawiający wymaga aby podczas wykonywania przeglądu aparatu do znieczulania FABIUS uwzględnić również w wycenie wymianę czujnika tlenu ?

**Odp.:** Prowadzone postępowanie nie dotyczy pakietu nr 7.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIEIOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY  
Dariusz Tumulec