

## Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiot zamówienia: Naprawa kolonoskopu wideo HDTV Olympus Medical Systems Corp. CF-HQ190L SN:2981500.

1. Zakres naprawy:

- pancerz sondy (w tym mechanizm zginania komplet kanałów)
- złącze elektryczne
- zespół przycisków sterujących
- plastikowa końcówka sondy

2. Inspekcja zużycia części.

3. Sprawdzenie parametrów pracy wymaganych przez producenta przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej posiadającej aktualne świadectwo wzorcowania, narzędzi i materiałów.

4. Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja wartości nastawień w przypadku ich odchylenia od wartości optymalnych.

5. Przywrócenie pełnej sprawności kolonoskopu wideo HDTV Olympus Medical Systems Corp. CF-HQ190L SN:2981500

6. Wykonanie przeglądu kolonoskopu wideo HDTV Olympus Medical Systems Corp. CF-HQ190L SN:2981500 po naprawie wraz z wpisem do paszportu aparatu.

Wymagania:

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby realizujące przedmiot umowy – w tym m.in. potwierdzenie odbycia szkolenia serwisowego technicznego w zakresie wykonywania przedmiotu umowy przeprowadzonego przez autoryzowany serwis producenta przedmiotu umowy lub niezależną jednostkę szkoleniową,
- oświadczenie o dysponowaniu określonym zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy,
- oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią aparaturą kontrolno-pomiarową niezbędną do realizacji przedmiotu umowy;

- Wykonawca po zawarciu Umowy dostarczy w formie pisemnej (*dopuszcza się formę elektroniczną*), ww. oświadczenia, jednak nie później niż przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.