

Zadanie 2 - Parametry techniczne drukarki do szkiełek mikroskopowych

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: Model: Rok produkcji(nie starszy niż 2025r.).....

Producent:..... Numer katalogowy:.....

Kraj pochodzenia:

Lp.	Opis minimalnych wymagań	Parametry wymagane	Oferowany parametr podać TAK/NIE
	Charakterystyka		
1.	Bezpośredni nadruk na szkiełku podstawowym (na lakierowanym polu do opisu)	Tak, warunek bezwzględny	
2.	Nadruk na szkiełko podstawowe przy zastosowaniu taśmy termotransferowej	Tak, warunek bezwzględny	
3.	Możliwość stosowania różnych metod znakowania (kody kreskowe, kody 2 D, opisy, znaki specjalne, numeracja indywidualna)	Tak, warunek bezwzględny	
4.	Odporność na odczynniki stosowane w procesie przeprowadzania materiału	Tak, warunek bezwzględny	
5.	Jakość druku 300 dpi	Tak, warunek bezwzględny	
6.	Automatyczne przenoszenie danych po zeskanowaniu kasetki na szkiełko	Tak, warunek bezwzględny	
7.	Maksymalny czas nadruku jednego szkiełka do 5 sekund	Tak, warunek bezwzględny	
8.	Drukarka drukuje na szkiełkach z lakierowanym polem, wszystkich dostępnych producentów (szkiełka zgodne z normą ISO lub równoważną dotyczącą wymiarów szkiełek : 26 x 76 x 1mm/ 25 x 75 x 1 mm)	Tak, warunek bezwzględny	
9.	Nadruk termotransferowy – czarny	Tak, warunek bezwzględny	
10.	Dotykowy kolorowy ekran z jasnoniebieskim, niemęczącym wzroku tłem, pozwalający na szybką i łatwą obsługę drukarki	Tak, warunek bezwzględny	
11.	Drukarka posiada podłączenie WI- FI pozwala to na szybką aktualizację oprogramowania (np. przy korzystaniu z większej ilości drukarek na pracowni)	Tak, warunek bezwzględny	
12.	Gniazdo Ethernet, 2 gniazda USB	Tak,	

		warunek bezwzględny	
--	--	---------------------	--

WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.

Lp.	Wymogi		Wypełnia Oferent
1.	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025r.	Tak	
2.	Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia (elektronicznie /pisemnie) Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Wykonawca po dostawie i montażu przeszkoli personel w zakresie użytkowania, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji dostarczonego sprzętu. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw	Tak, podać	
3.	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat	Tak	
4.	Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe w ramach wynagrodzenia umownego (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski.	Tak	
5.	Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim	Tak	

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i wystawowym.

Uwagi:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

* Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ