

Zadanie 1 - Parametry techniczne stacji makroskopii do stołu wentylowanego z integracją z systemem PatARCH posiadanym przez Zamawiającego (1 kpl.)

Nazwa oferowanego sprzętu:.....

Typ: Model: Rok produkcji(nie starszy niż 2024r.).....

Producent:..... Numer katalogowy:.....

Kraj pochodzenia:

Lp.	Opis minimalnych wymagań	Parametry wymagane	Oferowany parametr podać TAK/NIE
	Charakterystyka		
1.	Wykonywanie zdjęć w rozdzielczości min. 3,5 Mpix.	Tak, warunek bezwzględny	
2.	Ruchoma głowica kamery zapewniająca zoom optyczny x25 oraz zmianę obserwowanego obszaru (lewo / prawo / góra / dół) bez konieczności dotykania kamery.	Tak, warunek bezwzględny	
3.	Sterowanie głowicą kamery z poziomu aplikacji.	Tak, warunek bezwzględny	
4.	Funkcja automatycznego ustawiania ostrości (autofocus).	Tak, warunek bezwzględny	
5.	Praca pełnoekranowa z możliwością domyślnego wyświetlania aplikacji na drugim monitorze, nie przeszkadzając w równoległej pracy z systemem PatARCH.	Tak, warunek bezwzględny	
6.	Możliwość zestawienia telekonferencji w przeglądarce internetowej pomiędzy stanowiskiem wykrawania materiału a zdalnymi patomorfologami.	Tak, warunek bezwzględny	
7.	System powinien wykorzystywać mikrofon i głośniki ze stanowiska komputerowego do pobierania (wykrawania) materiału.	Tak, warunek bezwzględny	
8.	Możliwość stworzenia dodatkowych pokoi konferencyjnych, w których diagnozujący mogą dyskutować swoje przypadki w czasie rzeczywistym.	Tak, warunek bezwzględny	
9.	Obsługa transmisji zarówno dźwięku jak i obrazu w adaptacyjnej jakości, zależnej od jakości połączenia sieciowego.	Tak, warunek bezwzględny	
10.	Automatyczna autoryzacja użytkownika w systemie telekonferencji na podstawie danych zalogowanego użytkownika w systemie.	Tak, warunek bezwzględny	
11.	Dostęp do pokoju konferencyjnego jednym kliknięciem z poziomu głównego menu systemu.	Tak, warunek bezwzględny	
12.	Kontekstowe wykonywanie zdjęć makroskopowych i dodawanie ich jako załącznika obrazowego w systemie PatARCH.	Tak, warunek bezwzględny	

13.	Możliwość pobrania w trakcie jednej sesji wielu ujęć tego samego materiału, bez konieczności kilkukrotnego wywoływania funkcji kamery.	Tak, warunek bezwzględny	
14.	Wykonane zdjęcia są automatycznie zapisywane w kontekście materiału w systemie PatARCH, w którym aktualnie pracuje użytkownik.	Tak, warunek bezwzględny	
15.	System musi być zgodny ze stanowiskami komputerowymi do pobierania (wykrawania) materiału pracującymi pod kontrolą systemu Windows 11 posiadanymi przez Zamawiającego.	Tak, warunek bezwzględny	
16.	System nie może zajmować więcej niż 2 portów USB na stanowisku komputerowym. W przypadku braku wolnych portów, Wykonawca zastosuje odpowiednie okablowanie, rozdzielacze, huby USB itp.	Tak, warunek bezwzględny	

WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.

Lp.	Wymogi		Wypełnia Oferent
1.	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024r.	Tak	
2.	Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia (elektronicznie /pisemnie) Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skalibruje oferowany system do makrofotografii na stanowisku pobierania (wykrawania) materiału. Montaż do stołu formalinowego/ściany za stołem – zależnie od warunków miejsca i montażu. Wykonawca po dostawie i montażu przeszkoli personel w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw	Tak, podać	
3.	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat	Tak	
4.	Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe w ramach wynagrodzenia umownego (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski.	Tak	
5.	Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim	Tak	

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego sprzętu, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i powystawowym.

Uwagi:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

* Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ