

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaplecza
Komendy Stołecznej Policji
Poukom. Łukasz Ziębiński

.....

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wag precyzyjnych laboratoryjnych o podanych parametrach:

- zasilacz sieciowy – zasilacz zew.,
- rozmiar szalki od 150 mm do 200 mm,
- adiustacja (kalibracja) wewnętrzna – tak,
- legalizacja – tak,
- wzorcowanie – tak,
- obciążenie maksymalne (zakres ważenia): min. 2100 g,
- czas stabilizacji: ~2 sek.,
- dokładność odczytu: 0,01 g,
- działka legalizacyjna e: 0,1 g.