

**Parametry techniczne mikroskopu świetlnego – 1 sztuka**

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: ..... Model: .....

Rok produkcji( nie starszy niż 2025r.).....

Producent:.....

Numer katalogowy:.....

Kraj pochodzenia: .....

Lp.	Opis minimalnych wymagań	Parametry wymagane	Oferowany parametr podać TAK/NIE
	<b>Charakterystyka</b>		
1.	Rewolwer kodowany, 5 gniazd na obiektywy, menedżer oświetlenia – możliwość zapamiętania ustawień natężenia światła dla każdego z 5 obiektywów. Po zmianie obiektywu urządzenie automatycznie zmieni natężenie oświetlenia	Tak, warunek bezwzględny	
2.	LED-owe źródło światła – odpowiednik lampy halogenowej o mocy 30W	Tak, warunek bezwzględny	
3.	Baza mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym, współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manulnym mechanizmem przesuwu stolika w osi Z, zakres przesuwu 25 mm, przesuw zgrubny 15 mm/obróć, przesuw dokładny 100mm/obróć	Tak, warunek bezwzględny	
4.	Okulary z korekcją dioptrii w zakresie +/-5 FN=22	Tak, warunek bezwzględny	
5.	Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika	Tak, warunek bezwzględny	
6.	Kondensor do jasnego pola, NA 1,1	Tak, warunek bezwzględny	
7.	Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera	Tak, warunek bezwzględny	
8.	Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, prawostronne, nisko położone pokrętła napędowe, osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych 76x52 mm	Tak, warunek bezwzględny	
9.	Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, lewostronny element dociskowy	Tak, warunek bezwzględny	
10.	Obiektywy fluorytowe o długości optycznej 45 mm, korekcja na nieskończoność	Tak, warunek bezwzględny	
11.	Obiektów fluorytowy o powiększeniu 4x, odległość robocza 17 mm, NA 0,13, korekcja na szkiełko nakrywkowe o grubości 0,17 mm	Tak, warunek bezwzględny	

12.	Obiektów fluorytowych o powiększeniu 10x, odległość robocza 10 mm, NA 0,3, korekcja na szkiełko nakrywkowe o grubości 0,17 mm	Tak, warunek bezwzględny	
13.	Obiektów fluorytowych o powiększeniu 20x, odległość robocza 2,1 mm, NA 0,5, korekcja na szkiełko nakrywkowe o grubości 0,17 mm	Tak, warunek bezwzględny	
14.	Obiektów fluorytowych o powiększeniu 40x, odległość robocza 0,51 mm, NA 0,75, korekcja na szkiełko nakrywkowe o grubości 0,17 mm	Tak, warunek bezwzględny	
15.	Obiektów fluorytowych o powiększeniu 60x, odległość robocza 0,2 mm, NA 0,9, korekcja na szkiełko nakrywkowe o grubości 0,11-0,23 mm	Tak, warunek bezwzględny	

**WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.**

Lp.	Wymogi		Wypełnia Oferent
1.	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025r.	Tak	
2.	Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia (elektronicznie /pismem) Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Wykonawca po dostawie i montażu przeszkoli personel w zakresie użytkowania, dezynfekcji, i konserwacji dostarczonego sprzętu. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw	Tak, podać	
3.	Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski.	Tak	
4.	Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim	Tak	

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.

**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i powystawowym.

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

**Uwagi:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

\* Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ