

**Parametry techniczne stacji do otrzymywania wody ultra czystej – 1 sztuka**

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: ..... Model: .....

Rok produkcji( nie starszy niż 2025r.).....

Producent:.....

Numer katalogowy:.....

Kraj pochodzenia: .....

Lp.	Opis minimalnych wymagań	Parametry wymagane	Oferowany parametr podać TAK/NIE
	<b>Charakterystyka</b>		
1.	Oznakowanie CE	Tak, warunek bezwzględny	
2.	Zgodność z normami. Parametry produkowanej wody odpowiadają wymagom normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód I, II i III klasy czystości	Tak, warunek bezwzględny	
3.	Spełnia wymagania Farmakopea X	Tak, warunek bezwzględny	
4.	Standardowa wydajność systemu 5 L/godz	Tak, warunek bezwzględny	
5.	Przewodność wody na wyjściu w 25 °C 0,055µS/cm	Tak, warunek bezwzględny	
6.	Oporność wody na wyjściu 25 °C 18.2 MΩ*cm	Tak, warunek bezwzględny	
7.	Poziom TOC<30 ppb	Tak, warunek bezwzględny	
8.	Drobnoustroje < 1cfu (z filtrem 0,22 µm i lampą UV 254 nm)	Tak, warunek bezwzględny	
9.	Cząstki > 0,22 µm< 1/ml (z filtrem 0,22 µm)	Tak, warunek bezwzględny	
10.	Ciśnienie zasilania od 0,3 do 0,5 MPa	Tak, warunek bezwzględny	
11.	Konstrukcja stal nierdzewna oraz twarde PVC	Tak, warunek bezwzględny	
12.	Wypożenie standardowe zbiornik o pojemności 10 L, kranik do poboru wody	Tak, warunek bezwzględny	
13.	Odpowiedni zestaw filtrów na okres 24 miesięcy	Tak, warunek bezwzględny	
14.	Sterowanie mikroprocesorowe za pomocą dedykowanego sterownika	Tak, warunek bezwzględny	
15.	Zasilanie 24 V DC	Tak, warunek bezwzględny	
16.	Pobór mocy elektrycznej max 60 VA	Tak, warunek bezwzględny	

**WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.**

<b>Lp.</b>	<b>Wymogi</b>	<b>Wypełnia Oferent</b>
1.	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025r.	Tak
2.	Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia ( elektronicznie /pismem) Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Wykonawca po dostawie i montażu przeszkoli personel w zakresie użytkowania, dezynfekcji, i konserwacji dostarczonego sprzętu. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw	Tak, podać
3.	Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski.	Tak
4.	Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim	Tak

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.

**Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i powystawowym.

**Uwagi:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

\* Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ