

Opis ocenianych parametrów mikroskopu świetlnego

I.p.	Opis parametrów	Parametry graniczne oceniane	Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać
1	Pole widzenia mikroskopu 26,5 mm	TAK=10 pkt. NIE=0 pkt.	
2	Uchylna nasadka okularowa w zakresie 5-35 stopni	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	
3.	Pokręta regulacji intensywności oświetlenia umieszczone w przedniej części statywu	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	
4.	Modułowa budowa – pozwala na rozbudowę mikroskopu o dodatkowe funkcje (fluorescencja, kontrasty, polaryzacja)	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	
5.	Możliwość pracy z obiektami w zakresie 1,25x do 100 x	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	

¹ Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ.