

Opis ocenianych parametrów stacji otrzymywania wody ultra czystej

I.p.	Opis parametrów	Parametry graniczne oceniane	Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać
1	Panel kontrolny wyświetlacz tekstowy 2x16 znaków wraz z klawiaturą membranową odporną na zachłapanie	TAK=10 pkt. NIE=0 pkt.	
2	Wbudowane porty RS 232/USB opcja	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	
3.	Komunikaty alarmowe uszkodzenia czujnika temperatury, uszkodzenia czujnika przewodności	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	
4.	Wysokość maksymalnie 540 mm	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	
5.	Szerokość maksymalnie 370 mm	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	
6.	Głębokość maksymalnie 370 mm	TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt.	

¹ Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ.