

**ZATWIERDZAM**

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
mgr Monika SADOWSKA

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Rękawiczki nitrylowe:

- diagnostyczne, niesterylne, ochronne,
  - wykonane z nitrylu,
  - brak środka pudrującego,
  - kolor czarny,
  - opakowanie: 100 szt,
  - mankiety – równomiernie rolowany brzeg,
  - uniwersalny kształt – pasujące na prawą i lewą dłoń,
  - termin przydatności – min. 24 miesiące,
  - opakowanie oznakowane znakiem CE,
  - rozmiary od S do XL.
- Zgodnie z wymaganiami normy EN 455-1,2,3,4 – rękawice do jednorazowego użytku.  
Zgodnie z wymaganiami normy EN 374-5:2016 – rękawice chroniące przed mikroorganizmami.  
Zgodność z wymaganiami normy EN ISO 374-1:2016/Typ B.  
Oznakowanie: Klasa I (wyrób medyczny).  
Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425 (środek ochrony osobistej).

**Szacowana ilość podczas obowiązywania umowy: 8 300 opak.**

TECHNIK  
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Paula KRÓLIK

SPECJALISTA  
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
mgr Adrian BŁAŻEJA

