



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do zapytania ofertowego pn.: „*Dostawa fartuchów chirurgicznych sterylnych*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych fartuchów?

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SSMMS o gramaturze 35 (+/- 10%) g/m² w kolorze niebieskim. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo M, 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L, 140 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL oraz 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XXL (Fartuch zaprojektowany dla operatorów o dużych gabarytach). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 2,5cm x 3cm i 2,5cm x 10cm, mankiety o długości 7cm (+/- 1,5cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku bezpośrednio na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina polipropylenowa. Fartuch zgodny z wymaganiami normy PN EN13795-1:2019 oraz 1 klasy palności wg 16CFR część 1610. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO,. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki i kod QR. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 20x30cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 2 – Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartuchów o następujących parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, 115 cm oraz literowo L, 127 cm oraz XL oraz 135 cm oraz literowo XXL dł 140 cm. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 4,5 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - włóknina SMS. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, nie posiadamy oznaczenia normy PN EN13795 na fartuchu, możemy dostarczyć dokumenty potwierdzające ten wymóg. Dodatkowo 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

Całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe. Prosimy o zastąpienie zapisu o niepalności zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m. in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECJALISTA
ds. gospodarki magazynowej
Kamiński
mgr Łukasz Kamiński

