

Zadanie 2

Wkłady kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem Medrad MRXperion posiadanym przez Zamawiającego

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Dane identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy)	Cena jednostkowa netto zł za op./szt	Wartość netto zł	VAT [%]	Wartość brutto zł	Ilość sztuk do testowania / weryfikacji
1	24H zestaw do podawania środka kontrastowego. Zestaw wkładów zintegrowany z dwutłokowym automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Medrad MRXperion. W celu zachowania gwarancji na wstrzykiwacz Zamawiający wymaga oryginalnych wkładów.	szt.	300						2 szt.
2	Jendorazowy sterylny dren pacjency kompatybilny z zestawem 24h, W celu zachowania gwarancji na wstrzykiwacz wymagamy oryginalnych drenów.	szt.	3000						2 szt.
RAZEM						0,00 zł		0,00 zł	

Warunki bezwzględne(wymagane)	
* Sterylne,pakowane pojedynczo	
* Data ważności i numer seryjny na opakowaniu indywidualnym	
* Rozmiar na opakowaniu indywidualnym	
* Kompatybilny z zestawem do automatycznego wstrzykiwacza Medrad MRXperion posiadanym przez Zamawiającego	
* Odporny na ciśnienie max do 20 bar	

Warunki względne(oceniane)	ocena
* Szczelność sprzętu z elementami kompatybilnymi	0-2pkt
* Łatwość manipulacji podczas użycia	0-2pkt.
* Sprawność nabierania kontrastu	0-2pkt.
* Wkład stabilnie utrzymuje się na toku strzykawki	0-2pkt.
* Elastyczny wężyk,dobrze dokręca się z łącznikiem	0-2pkt.