

Zatwierdzam
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zapobiegania
Komendy Stożecznej Policji
podkom. Radosław DUCZEK

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przenośny analizator widma o wskazanych parametrach:

- zakres analizatora 100 kHz – 900 Mhz (tryb normalny), 100 kHz – 7,3 GHz (tryb ultra),
- rozdzielczość dotykowego wyświetlacza LCD minimum 480 x 320 pikseli,
- przekątna ekranu minimum 4 cale,
- z wbudowanym akumulatorem o pojemności nie mniejszej niż 50000 mAh (czas pracy od 2 do 3 godzin), ładowanie za pośrednictwem kabla USB-C 5V/ maksymalnie 1,3 A,
- możliwość połączenia urządzenia z komputerem.

W zestawie z urządzeniem:

- przewód USB-C x 1,
- przewód SMA 30 cm (+/- 5 cm) x 2,
- adapter SMA-SMA x 1,
- antena ze złączem SMA x 1,
- smycz z kostką do obsługi ekranu x 1,
- karta microSD 32 GB x 1.

BIEGLY
Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Stołecznej Policji

kom. Powiat LISZYŃSKI
Swanicki, CL 111035

STARSZY TECHNIK
Szkoli VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej, Polii.
Martyna PLEBANIA

KIEROWNIK
Szekcji VI
Wydziau Zaopatrzenia
Komendy Stoiecznej Policji
p.o. *[signature]*
podkom. Mariusz FIJOŁEK