

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA
POMPY INFUZYJNEJ DWUSTRZYKAWKOWEJ

Pompa infuzyjna przeznaczona do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, onkologii itp.:

- wyświetlacz: LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, 2 x 16 znaków;
- możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji;
- duża liczba obsługiwanych typów strzykawk w zakresie pojemności 5 - 60 ml;
- automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki;
- tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych;
- tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych;
- tryb pracy umożliwiający infuzję wielofazową;
- funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS;
- system wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją Anty-Bolus (ABS);
- system alarmów;
- wbudowana biblioteka leków;
- wbudowany system testów;
- komunikacja zewnętrzna w standardzie RS-232;
- możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML;
- możliwość długotrwałej pracy z akumulatora;
- możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szynie.
- kabel zasilający;
- akumulator wewnętrzny;

Wymagana: instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, specyfikacja techniczna. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny na terenie Polski (wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych).

1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).
2. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:
 - 2.1 Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.
 - 2.2 Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub

- gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

2.3 Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA

ELEKTROKARDIOGRAMU

Aparat Ekg

- aparat 3,6 i 12 kanałowy
- analiza i interpretacja
- detekcja stymulatora serca
- klawiatura alfanumeryczna
- wyświetlacz: graficzny, pozwalający na prezentację 12 odprowadzeń EKG
- kabel zasilający
- akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu
- liniowa głowica termiczna, automatyczna regulacja linii izoelektrycznej,
- cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego
- sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych
- interfejs komunikacyjny: RS 232, AsLink
- waga maksymalnie 2 kg
- wózek na aparat.

3. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).

4. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:

2.4 Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.

2.5 Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

2.6 Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.